



---

**MEMORANDO SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM**

Joinville, 25 de outubro de 2023.

À SAP.LVT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **441/2023****Objeto:** Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.

Prezado(a) Senhor(a),

Segue análise realizada referente ao Processo Licitatório SEI nº 23.0.214297-1,

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Modelo	Avaliação técnica

1	<p>30067 - CATETER DIAGNÓSTICO SIMMONS 1 5FR CATETER DIAGNÓSTICO EM NYLON COM AÇO, TIPO SIMMONS 1 5FR DE DIÂMETRO - CONFECCIONADO EM NYLON COM AÇO INOX; DIAGNÓSTICO; EXTREMIDADES NÃO TRAUMÁTICAS, BEM ACABADAS E BOA DIRIGIBILIDADE, COM ORIFÍCIO DISTAL; RESISTENTE A TORÇÕES TIPO SIMMONS 1, SEM ORIFÍCIOS LATERAIS, COM COMPRIMENTO DE 99 À 115 CM. DESCARTÁVEL, ATÓXICO APIROGÊNICO, PARA FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS. DEVE SER EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p>	<p>Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda</p>	<p>APT</p>	<p>UNID</p>	<p><b><u>REPROVADO</u></b></p> <p>Conforme especificações descritas no portfólio o cateter não é destinado a procedimentos do sistema neurológico, e sim para procedimentos do sistema cardíaco e periférico.</p>
2	<p>30068 - CATETER DIAGNÓSTICO SIMMONS 2 5FR CATETER DIAGNÓSTICO EM NYLON COM AÇO, TIPO SIMMONS 2 5FR DE DIÂMETRO - CONFECCIONADO EM NYLON COM AÇO INOX; DIAGNÓSTICO; EXTREMIDADES NÃO TRAUMÁTICAS, BEM ACABADAS E BOA DIRIGIBILIDADE, COM ORIFÍCIO DISTAL; RESISTENTE A TORÇÕES TIPO SIMMONS 2, SEM ORIFÍCIOS LATERAIS; COM COMPRIMENTO DE 99 À 115 CM. DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, PARA FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS. DEVE SER</p>	<p>Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda</p>	<p>APT</p>	<p>UNID</p>	<p><b><u>REPROVADO</u></b></p> <p>Conforme especificações descritas no portfólio o cateter não é destinado a procedimentos do sistema neurológico, e sim para procedimentos do sistema cardíaco e periférico.</p>

	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
3	30069 - CATETER DIAGNÓSTICO SIMMONS 3 5FR CATETER DIAGNÓSTICO SIMMONS 3 5FR - CONFECCIONADO EM NYLON COM AÇO INOX; DIAGNÓSTICO; EXTREMIDADES NÃO TRAUMÁTICAS, BEM ACABADAS E BOA DIRIGIBILIDADE, COM ORIFÍCIO DISTAL; RESISTENTE A TORÇÕES TIPO SIMMONS 3, SEM ORIFÍCIOS LATERAIS; COM COMPRIMENTO DE 99 À 115 CM. DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO PARA FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS. DEVE SER EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	APT	UNID	<b><u>REPROVADO</u></b>  Conforme especificações descritas no portfólio o cateter não é destinado a procedimentos do sistema neurológico, e sim para procedimentos do sistema cardíaco e periférico.
4	30070 - CATETER DIAGNÓSTICO VERTEBRAL 4FR CATETER DIAGNÓSTICO VERTEBRAL 4FR - COM 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM DUAS CAMADAS DE NYLON E POLIETILENO, DUPLA MALHA EM AÇO, PONTA ARREDONDADA E SEM SOLDA, ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LEVEMENTE RADIOPACA E LISA.	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	APT	UNID	<b><u>REPROVADO</u></b>  Conforme especificações descritas no portfólio o cateter não é destinado a procedimentos do sistema neurológico, e sim para procedimentos do sistema cardíaco e periférico.

	EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.				
5	30072 - CATETER DIAGNÓSTICO COBRA 2 5FR CATETER DIAGNÓSTICO COBRA 2 5FR - COM 65 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM DUAS CAMADAS DE NYLON E POLIETILENO, DUPLA MALHA EM AÇO, PONTA ARREDONDADA E SEM SOLDA, ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LEVEMENTE RADIOPACA E LISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	APT	UNID	<b><u>REPROVADO</u></b>  Conforme especificações descritas no portfólio o cateter não é destinado a procedimentos do sistema neurológico, e sim para procedimentos do sistema cardíaco e periférico.
6	30073 - CATETER DIAGNÓSTICO PIG TAIL 5FR CATETER DIAGNÓSTICO PIG TAIL 5FR - COM 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM DUAS CAMADAS DE NYLON E POLIETILENO, DUPLA MALHA EM AÇO, PONTA ARREDONDADA E SEM SOLDA, ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LEVEMENTE RADIOPACA E LISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	APT	UNID	<b><u>REPROVADO</u></b>  Conforme especificações descritas no portfólio o cateter não é destinado a procedimentos do sistema neurológico, e sim para procedimentos do sistema cardíaco e periférico.
7	30074 - CATETER GUIA 6F COM CATETER INTERNO 5F CATETER GUIA 6F COM CATETER INTERNO DIAGNÓSTICO 5F - PARA ACESSO DE VASCULAR EM ANATOMIA DESFAVORÁVEL. CATETER GUIA DE LÚMEN ÚNICO, REFORÇADO COM ARAMADO DE AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO POR PTFE. PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA PRÉ-	Endotec Produtos Médicos S/A	Chaperon / Microvention	Chaperon M2	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b> , devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772364 ) já ter sido fornecido por outra empresa, conforme

	MOLDADA EM STR. COM 6F DE DIÂMETRO E COM COMPRIMENTO DE 99 À 115 CM. CATETER INTERNO DE LÚMEN ÚNICO REFORÇADO COM ARAMADO DISTAL DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. PONTA PRÉ-MOLDADA EM VTR, SIM E DIÂMETRO EXTERNO DISTAL DE 5F (ID 0.048") COM COMPRIMENTO DE 118 À 130 CM.				ATA de Registro de preços Sei nº 22.0.298870-4
8	30075 - CATETER 6F DE ASPIRAÇÃO DISTAL CATETER 6F INTERMEDIÁRIO PARA ACESSO NEUROVASCULAR - CATETER GUIA 6F COM PONTA DISTAL SUPER FLEXÍVEL PARA ACESSO DISTAL EM ARTÉRIAS INTRACRANIANAS, FORNECENDO GRANDE ESTABILIDADE AO SISTEMA COAXIAL. CATETER GUIA ARAMADO COM FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA. POSSUI DIÂMETRO EXTERNO DE 6F COM CALIBRE LUMINAL MÍNIMO DE 0.068" E DISPONIBILIDADE DE TAMANHOS ENTRE 95CM A 140 CM, COM PONTA RETA OU CURVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SMT Importadora e Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	Capturer Life Vascular	Cateter de aspiracao	<b><u>REPROVADO</u></b> Conforme especificações descritas no portfólio o cateter não é destinado a procedimentos do sistema neurológico, e sim para intervenções do sistema cardiológico. Também não esta descrito que o cateter possui dois modelos de ponta, somente a ponta reta é discriminado.
9	30076 - CATETER GUIA 8F ARAMADO COM BALÃO DISTAL DE	Auto Suture Do Brasil	AUTO SUTURE/ MICRO	CELLO 8F	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>

	BAIXA PRESSÃO CATETER GUIA 8F ARAMADO COM BALÃO DISTAL DE BAIXA PRESSÃO - PARA ACESSO VASCULAR EM TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS, PERMITINDO OCLUSÃO VASCULAR TEMPORÁRIA PARA TESTES DE COLATERIZAÇÃO/PERFUSÃO CEREBRAL, ASSIM COMO, ASPIRAÇÃO NEGATIVA DE TROMBOS NO LÚMEN VASCULAR INTRACRANIANO. INDICADO PARA OCLUSÃO TEMPORÁRIA, INVERSÃO DE FLUXO SANGUÍNEO NO CASO DE ASPIRAÇÃO DE TROMBOS E ANGIOPLASTIA DE CARÓTIDA, CONTROLE DE FLUXO SANGUÍNEO DURANTE EMBOLIZAÇÕES. MEDIDAS DO BALÃO DE 10X10MM A 12X12MM. COMPRIMENTO DO CATETER DEVERÁ SER DE 95 A 110 CM.	Ltda	THERAPEUTICS INC.		As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item
10	30077 - CATETER GUIA 9F ARAMADO COM BALÃO DISTAL DE BAIXA PRESSÃO CATETER GUIA 9F ARAMADO COM BALÃO DISTAL DE BAIXA PRESSÃO - PARA ACESSO VASCULAR EM TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS, PERMITINDO OCLUSÃO VASCULAR TEMPORÁRIA PARA TESTES DE COLATERIZAÇÃO/PERFUSÃO CEREBRAL, ASSIM COMO, ASPIRAÇÃO NEGATIVA DE TROMBOS NO LÚMEN VASCULAR INTRACRANIANO. INDICADO PARA OCLUSÃO TEMPORÁRIA, INVERSÃO DE FLUXO SANGUÍNEO	Auto Suture Do Brasil Ltda	AUTO SUTURE/ MICRO THERAPEUTICS INC.	CELLO 9F	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item

	NO CASO DE ASPIRAÇÃO DE TROMBOS E ANGIOPLASTIA DE CARÓTIDA, CONTROLE DE FLUXO SANGUÍNEO DURANTE EMBOLIZAÇÕES. MEDIDAS DO BALÃO DE 10X10MM A 12X12MM. COMPRIMENTO DO CATETER DEVERÁ SER DE 95 A 110 CM.				
11	30078 - CATETER BALÃO DE OCLUSÃO INTRACRANIANO COMPLACENTE DUPLO LÚMEN CATETER BALÃO DE OCLUSÃO INTRACRANIANO COMPLACENTE DUPLO LÚMEN - BALÃO DE REMODELAMENTO INTRACRANIANO COMPLACENTE DE BAIXO PERFIL COM DUPLO LÚMEN COM MARCAS RADIOPACAS DISTAIS, PONTA DISTAL FLEXÍVEL DE 5 A 15 MM DE COMPRIMENTO, ID 0,015" A 0,017". DIÂMETRO DO BALÃO DEVERÁ SER DE 3 A 5 MM E COMPRIMENTO DO BALÃO DE 10 A 15MM. COMPATÍVEL COM MICRO GUIA DE 0,012" A 0,014". COMPRIMENTO DO CATETER DE 160 À 170 MM. COMPATÍVEL COM DMSO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Auto Suture Do Brasil Ltda	AUTO SUTURE/ MICRO THERAPEUTICS INC.	HYPERGLIDE	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b> As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Solicitamos AMOSTRA para esse item
12	30079 - CATETER BALÃO DE OCLUSÃO INTRACRANIANO HIPERCOMPLACENTE DUPLO LÚMEN CATETER BALÃO DE	Auto Suture Do Brasil Ltda	AUTO SUTURE/ MICRO THERAPEUTICS INC.	HYPERFORM	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b> As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.

	<p>OCCLUSÃO INTRACRANIANO HIPERCOMPLACENTE DUPLO LÚMEN - BALÃO DE REMODELAMENTO INTRACRANIANO HIPERCOMPLACENTE DE BAIXO PERFIL COM DUPLO LÚMEN COM MARCAS RADIOPACAS DISTAIS, PONTA DISTAL FLEXÍVEL DE 2MM A 7MM DE COMPRIMENTO. DIÂMETRO DO BALÃO DEVERÁ SER DE 4MM E COMPRIMENTO DO BALÃO DE 7 A 12 MM. COMPATÍVEL COM MICRO GUIA DE ATÉ 0.014". COMPATÍVEL COM DMSO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>				Solicitamos AMOSTRA para esse item
13	<p>30080 - DISPOSITIVO DE EMBOLIZAÇÃO ENDOVASCULAR POR REDIRECIONAMENTO DE FLUXO DISPOSITIVO DE EMBOLIZAÇÃO ENDOVASCULAR POR REDIRECIONAMENTO DE FLUXO - DISPOSITIVO COM MALHA FLEXÍVEL FORMADA PELA COMBINAÇÃO DE FILAMENTOS TRANÇADOS, CONSTITUÍDO DE LIGA CROMO, COBALTO E TUNGSTÊNIO PLATINA PARA PROPORCIONAR VISIBILIDADE RADIOSCÓPICA. COM BAINHA INTRODUTORA E FIO DE ENTREGA (PUSHER). O DISPOSITIVO TEM COMO FINALIDADE DE REDIRECIONAMENTO DE FLUXO PARA TRATAMENTO DE</p>	<p>Fenergy Comercio De Produtos Médico Hospitalares Ltda</p>	<p>STRYKER NEUROVASCULAR</p>	<p>DIVERSOR DE FLUXO SURPASS EVOLVE</p>	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b>, conforme descrito no Subitem 6 - b do edital.</p>



	ANEURISMAS CEREBRAIS DE COLO LARGO OU LESÕES ANEURISMÁTICAS DE ÍNFIMAS DIMENSÕES. REPOSICIONÁVEL COM MÍNIMO DE 50% DE LIBERAÇÃO. O DISPOSITIVO DEVE SER INTRODUIDO ATRAVÉS DE MICROCATETER DE NO MÁXIMO 0,027". OS DIÂMETROS VARIAM DE 2.5 A 5,0MM E OS COMPRIMENTOS PODEM SER DE 10 A 40MM.				
14	30081 - INTRODUTOR FEMORAL 6FR LONGO 80 A 100 CM DE COMPRIMENTO INTRODUTOR FEMORAL 6FR LONGO 80 A 100 CM DE COMPRIMENTO - DISPOSITIVO QUE PERMITE GERAR UMA VIA DE ACESSO PERCUTÂNEA PARA INTRODUÇÃO DE CATETERES DIVERSOS REDUZINDO O DANO DOS TECIDOS POR MANUSEIO REPETIDO. INTRODUTOR PERCUTÂNEO LONGO COM VÁLVULA REMOVÍVEL, NÃO ARAMADO.	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	BARTY	UNID	<b>REPROVADO</b>  Portifólio do material descreve :  III. CONTRAINDICAÇÕES O uso deste produto destina-se exclusivamente ao campo vascular periférico, sendo contraindicado o seu uso em artérias pulmonares, aorta ascendente, artérias coronárias, artéria carótida primitiva, artéria carótida interna, artéria carótida externa, artérias cerebrais, tronco braquiocefálico, veias cardíacas, veias pulmonares, veia cava superior e veia cava inferior do sistema circulatório central.  Ou seja, material não é destinados a vasos cerebrais .
15	30082 - INTRODUTOR FEMORAL 6FR LONGO COM PONTA FLEXÍVEL HIDROFÍLICA INTRODUTOR LONGO ARAMADO COM PONTA FLEXÍVEL HIDROFÍLICA- BAINHA LONGA DE LÚMEN ÚNICO, RIGIDEZ VARIÁVEL, ARAMADO, COM MARCAÇÃO RADIOPACA E VÁLVULA PROXIMAL REMOVÍVEL. DISPOSITIVO QUE	Balt Brasil Produtos Médicos Ltda	BALT/BALT USA LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA	Cateter Aramado Longo BALLAST	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .

	PERMITE GERAR UMA VIA DE ACESSO PERCUTÂNEA ATÉ AS ARTÉRIAS SUPRA AÓRTICAS, COM EXTREMIDADE DISTAL HIDROFÍLICA E FLEXÍVEL COM LUMEN INTERNO DE NO MÍNIMO 0.88". ACOMPANHA DILATADOR COMPATÍVEL PARA TRANSIÇÃO ATRAUMÁTICA. MEDIDA APROXIMADA DE 80 A 110 CM.				
16	30083 - LÍQUIDO PARA EMBOLIZAÇÃO LÍQUIDO EMBOLIZANTE NÃO ADESIVO INDICADO PARA TRATAMENTO DE ANEURISMAS INTRACRANIANOS CUJAS CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS SÃO DESFAVORÁVEIS A OUTROS TIPOS DE TRATAMENTOS, EMBOLIZAÇÃO DE LESÕES VASCULARES PERIFÉRICAS E NEUROVASCULATURA INCLUINDO MAL-FORMAÇÃO ARTÉRIO VENOSA E TUMORES HIPERVASCULARES. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO DE FRASCO AMPOLA DE EVOH 1,5 A 2ML, UM FRASCO AMPOLA DE DMSO DE 1,5 A 2 ML, DUAS SERINGAS PARA INJEÇÃO DE LÍQUIDO EMBOLIZANTE E UMA SERINGA PARA INJEÇÃO DE DMSO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ FORNECER AGITADOR MECANICO EM COMODATO.	Balt Brasil Produtos Médicos Ltda	BALT/EMBO- FLÜSSIGKEITEN A.G. - SUÍÇA	Líquido Embólico SQUID	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .

17	30084 - KIT INSUFLADOR KIT COM INSUFLADOR PARA ANGIOPLASTIAS, COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 20 ML, COM TRAVA SELETORA LIVRE/ROSCA, MANÔMETRO DE 30 ATM, TUBO E CONECTOR COM SUPORTE A ALTA PRESSÃO E CONECTOR EM Y COMPATÍVEL COM O INSUFLADOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. COM DADOS DE LOTE E VALIDADE NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS.	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	LEPU	UNID	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b>, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772402) já ter sido fornecido por outra empresa, conforme Sei nº ATA de Registro de preços Sei nº 21.0.120435-0</p>
19	30086 - STENT INTRACRANIANO PARA EXTRAÇÃO DE TROMBO (TROMBECTOMIA) STENT INTRACRANIANO PARA EXTRAÇÃO DE TROMBO (TROMBECTOMIA) - DISPOSITIVO PARA TROMBECTOMIA AUTOEXPANSÍVEL CORTADO A LASER, NÃO DESTACÁVEL, COM COMPLETA POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DO BISEL NA PORÇÃO PROXIMAL FAVORECENDO ASSIM A REPOSIÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA E DEFORMAÇÃO DAS CÉLULAS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: DIÂMETRO DE 3 À 6 MM E COMPRIMENTO UTILIZÁVEL 10 À 40MM. RADIOPACO OU COM MARCAS RADIOPACAS, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO. OS MODELOS DE 3MM SÃO COMPATÍVEIS COM MICRO CATETER DE DIÂMETRO	Balt Brasil Produtos Médicos Ltda	BALT/BALT EXTRUSION SAS - FRANÇA	Stent Retriever CATCHVIEW	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b>, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772338) já ter sido fornecido anteriormente, conforme o item "20 - 14825" da Ata de Registro de preços Sei nº 7039705, cujo descritivo foi atualizado para este processo</p>

	INTERNO MÍNIMO DE 0,017", OS MODELOS DE 4MM SÃO COMPATÍVEIS COM MICRO CATETER DE DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 0,021" E MODELOS DE 6MM COMPATÍVEIS COM MICRO CATETER DE DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 0,027".				
20	30087 - STENT INTRACRANIANO AUTO-EXPANSÍVEL COM CORPO RADIOPACO STENT INTRACRANIANO AUTO-EXPANSÍVEL COM CORPO RADIOPACO - STENT INTRACRANIANO AUTO-EXPANSÍVEL CONSTITUÍDO DE NITINOL COM MARCADORES RADIOPACOS. REPOSICIONÁVEL COM 80% A 90% DE LIBERAÇÃO. DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS 3.5MM A 5,5 MM E COMPRIMENTO DE 12 À 75MM.	Balt Brasil Produtos Médicos Ltda	BALT/BALT EXTRUSION SAS - FRANÇA	Stent Intracraniano LEO Plus	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b>, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772338) já ter sido fornecido anteriormente, conforme o item "21 - 15274" da Ata de Registro de preços Sei nº 7039705, cujo descritivo foi atualizado para este processo</p>
21	30088 - MICRO STENT INTRACRANIANO AUTO-EXPANSÍVEL COM CORPO RADIOPACO MICRO STENT INTRACRANIANO AUTO-EXPANSÍVEL COM CORPO RADIOPACO - STENT INTRACRANIANO AUTO-EXPANSÍVEL CONSTITUÍDO DE NITINOL AUTO-EXPANSÍVEL, DE CÉLULA ABERTA, COM MARCADORES RADIOPACOS. REPOSICIONÁVEL COM 80% A 90% DE LIBERAÇÃO. PARA	Balt Brasil Produtos Médicos Ltda	BALT/BALT EXTRUSION SAS - FRANÇA	Stent Intracraniano LEO Plus Baby	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b>, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772338) já ter sido fornecido anteriormente, conforme o item "22 - 15275" da Ata de Registro de preços Sei nº 7039705, cujo descritivo foi atualizado para este processo</p>

	TRATAMENTO DE ANEURISMAS NEUROVASCULARES EM VASOS COM DIÂMETROS DE 2MM A 4,5MM. DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS DE 2MM À 5MM E COMPRIMENTO DE 8 À 30MM.				
23	30090 - PULSEIRA HEMOSTÁTICA RADIAL PULSEIRA HEMOSTÁTICA RADIAL - PULSEIRA INFLÁVEL PARA COMPRESSÃO DA ARTÉRIA RADIAL, EM PVC COM VÁLVULA INSUFLADORA QUE SE AJUSTA AO PULSO DO PACIENTE PROMOVENDO HEMOSTASIA COM PRESSÃO AJUSTÁVEL E VOLUME NOMINAL DE AR ENTRE 10 A 20ML.	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	LEPU	UNID	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .
24	30092 - CATETER GUIA 6FR CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA; EM MALHA METÁLICA E POLÍMERO, REVESTIDO EM PTFE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, ESTÉRIL, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS DE HEMODINÂMICA. COMPRIMENTO DE 90 A 120 CM, EM DIVERSOS FORMATOS; DIÂMETRO DE 6 FR (CÓD. SUS 0702010049).	A.P. Tortelli Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	LEPÚ	LEPÚ	<b>REPROVADO</b>  Portifólio do material descreve :  O cateter guia descartável é aplicável à punção percutânea e é usado para fornecer uma passagem de intervenção para instrumentos médicos e para introduzir 1-2 equipamentos de intervenção/diagnóstico no sistema vascular <b>periférico coronário</b> dentro do vaso sanguíneo.  Ou seja, material não é destinados a vasos cerebrais .
25	30093 - CATETER GUIA 7FR CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA; EM MALHA METÁLICA E POLÍMERO, REVESTIMENTO EM PTE,	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	APT	UNID	<b>REPROVADO</b>  O descritivo diz respeito a Cateter guia 7FR, o material inserido na proposta é fio guia conforme descrição " <u><i>O fio guia Anyreach é um dispositivo utilizado em procedimentos</i></u>

	<p>BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO. INDICADO PARA PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE HEMODINÂMICA. DEVE POSSUIR COMPRIMENTO DE 90 A 120 CM; PONTA CURVA VERTEBRAL, VTR OU MPA; DIÂMETRO DE 7FR (CÓD. SUS: 0702010049).</p>				<p><i>de Angioplastia Transluminal Percutânea Coronária (PTCA)"</i></p>
26	<p>30094 - CATETER GUIA MPA1 8FR CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA; EM MALHA METÁLICA E POLÍMERO, REVESTIMENTO EM PTE, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO. INDICADO PARA PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE HEMODINÂMICA. COMPRIMENTO DE 90 A 120 CM, PONTA CURVA VERTEBRAL, VTR OU MPA; DIÂMETRO DE 8FR (CÓD. SUS: 0702010049).</p>	<p>Boston Scientific Do Brasil Ltda</p>	<p>Boston Scientific</p>	<p>MODEL-8F PV MACH1 MP</p>	<p><b>REPROVADO</b></p> <p>CONTRA INDICAÇÕES ( Pag. 3 Instrução de uso ANVISA)</p> <p>UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO Os Cateteres-guia da Boston Scientific disponibilizam uma via através da qual é possível introduzir instrumentos médicos, tais como cateteres de balão para dilatação, fios-guia ou quaisquer outros dispositivos terapêuticos. Estes dispositivos <b><u>não foram concebidos para serem utilizados na vasculatura cerebral.</u></b></p>
27	<p>30095 - FIO GUIA HIDROFÍLICO 0.035" X 150 A 200 CM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0.035" X 150 A 200 CM CONSTITUÍDO DE NITINOL, RECOBERTO COM JAQUETA PLÁSTICA EM POLIURETANO E COBERTURA HIDROFÍLICA, PONTA FLEXÍVEL, NO MÍNIMO 20 CM DE PONTA RADIOPACA, NOS MODELOS STANDARD, COM PONTA ANGULADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS: 0702040380).</p>	<p>Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda</p>	<p>APT</p>	<p>UNID</p>	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b>, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772402) já ter sido fornecido por outra empresa, conforme Sei nº ATA de Registro de preços Sei nº 22.0.298878-0</p>

28	30096 - FIO GUIA HIDROFÍLICO 0.035" X 260 A 300 CM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0.035" X 260 A 300 CM, CONSTITUÍDO DE NITINOL, RECOBERTO COM JAQUETA PLÁSTICA EM POLIURETANO E COBERTURA HIDROFÍLICA, PONTA FLEXÍVEL, NO MÍNIMO 20 CM DE PONTA RADIOPACA, NOS MODELOS STANDARD COM PONTA ANGULADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS: 0702050806).	First Med Produtos Médicos Ltda	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	<p><b>REPROVADO</b></p> <p>CONTRA INDICAÇÕES ( Pag. 17 DO PORTIFÓLIO)</p> <p>A utilização do produto deve ser efetuada apenas por profissionais médicos devidamente capacitados. É necessária uma avaliação médica para a utilização do Fio Guia FL em pacientes fazendo uso de coagulantes ou extravasamento de sangue. Os Fios Guias Hidrofilicos FL não foram projetados e produzidos para o acesso e navegação nos vasos do sistema coronário (artérias coronárias, circunflexa e ventricular), <b>sistema nervoso central (artérias cerebrais, basilar e vertebral) ou quaisquer outras que pertençam aos sistemas citados.</b></p>
29	30097 - MICRO BALÃO DE REMODELAGEM (INTRACRANIANO COMPLACENTE, COMPATÍVEL COM MICRO GUIA 0,010" E 0,012") SISTEMA DE CATETER BALÃO COMPLACENTE DE BAIXA PRESSÃO PARA OCLUSÃO VASCULAR TEMPORÁRIA DE GRANDES VASOS E ACOMODAÇÃO DE ENDOPRÓTESES. POSSUI SHAFT PROXIMAL REFORÇADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM DUPLO LÚMEN QUE FACILITA RÁPIDA INSUFLAÇÃO DO BALÃO. DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS 4MM A 6MM, COMPRIMENTO DO BALÃO 10 A 40MM E EXTENSÃO DO CATETER DE 150CM, COMPATÍVEL COM MICRO GUIA 0,010" OU 0,012" (CÓD. SUS: 0702010197).	Auto Suture Do Brasil Ltda	AUTO SUTURE/ MICRO THERAPEUTICS INC.	HYPERGLIDE	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b>, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772328 ) já ter sido fornecido por outra empresa, conforme Sei nº ATA de Registro de preços Sei nº 0014139071</p>

30	<p>30098 - MICRO BALÃO DE REMODELAGEM INTRACRANIANO SUPER COMPLACENTE, COMPATÍVEL COM MICRO GUIA 0,010" SISTEMA DE CATETER BALÃO SUPER COMPLACENTE PARA OCLUSÃO VASCULAR TEMPORÁRIA, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA OCLUSÃO DE BIFURCAÇÕES OU GEOMETRIAS ASSIMÉTRICAS. POSSUI SHAFT PROXIMAL REFORÇADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM DUPLO PERMITINDO A RÁPIDA INSUFLAÇÃO DO BALÃO. DISPONÍVEL NO DIÂMETRO DE 4MM A 7MM, COMPRIMENTO DO BALÃO DE 9,8 À 11 MM E EXTENSÃO DO CATETER DE 148 À 160 CM. COMPATÍVEL COM MICRO GUIA 0,010" (CÓD. SUS: 0702010197).</p>	Auto Suture Do Brasil Ltda	AUTO SUTURE/ MICRO THERAPEUTICS INC.	HYPERFORM	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b>, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772328 ) já ter sido fornecido por outra empresa, conforme Sei nº ATA de Registro de preços Sei nº 0014139071</p>
31	<p>30099 - MICRO CATETER 0,010" UTILIZADO PARA ACESSO A VASCULATURA PERIFÉRICA E NEUROVASCULAR SOBRE O FIO GUIA COM CAPACIDADE DE DIRECIONAMENTO, NO TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÕES. COMPRIMENTO DE 149 À 160 CM, DIÂMETRO EXTERNO DISTAL: 1,7F E INTERNO DISTAL DE 0,017", CONTENDO MARCAS RADIOPACAS EM SUAS EXTREMIDADES E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. DEVE PERMITIR A INFUSÃO DE CONTRASTES, AGENTES</p>	First Med Produtos Médicos Ltda	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	<p><b><u>REPROVADO</u></b></p> <p>Micro cateter não possui pontas com modelo de ponta 45° e 90°, apenas ponta reta, segundo apresentação do portfólio.</p>



	<p>FARMACOLÓGICOS, AGENTES EMBOLIZANTES LÍQUIDOS (DMSO COMPATÍVEL) E ENTREGA DE MICRO MOLAS DESTACÁVEIS. PONTA MOLDÁVEL NOS FORMATOS RETO, 45° E 90°. COMPATÍVEL COM MICRO GUIA 0,010". PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO (CÓD. SUS 0702050350).</p>				
32	<p>30100 - MICRO CATETER 0,14" UTILIZADO PARA ACESSO A VASCULATURA PERIFÉRICA E NEUROVASCULAR SOBRE O FIO GUIA COM CAPACIDADE DE DIRECIONAMENTO, NO TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÕES. COMPRIMENTO DE 149 À 160 CM, DIÂMETRO EXTERNO DISTAL: 1,9F E INTERNO DISTAL DE 0,017", CONTENDO MARCAS RADIOPACAS EM SUAS EXTREMIDADES E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. DEVE PERMITIR A INFUSÃO DE CONTRASTES, AGENTES FARMACOLÓGICOS, AGENTES EMBOLIZANTES LÍQUIDOS (DMSO COMPATÍVEL) E ENTREGA DE MICRO MOLAS DESTACÁVEIS. PONTA MOLDÁVEL NOS FORMATOS RETO, 45° E 90°. COMPATÍVEL COM MICRO GUIA 0,014". PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO (CÓD. SUS 0702050350).</p>	<p>First Med Produtos Médicos Ltda</p>	<p>FIRST LINE MEDICAL DEVICE</p>	<p>FIRST LINE MEDICAL DEVICE</p>	<p><b><u>REPROVADO</u></b>  Micro cateter não possui pontas com modelo de ponta 45° e 90°, apenas ponta reta, segundo apresentação do portfólio.</p>

33	<p>30101 - MICRO CATETER 0,18" UTILIZADO PARA ACESSO A VASCULATURA PERIFÉRICA E NEUROVASCULAR SOBRE O FIO GUIA COM CAPACIDADE DE DIRECIONAMENTO, NO TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÕES. COMPRIMENTO DE 158 À 170 CM, DIÂMETRO EXTERNO DISTAL: 2,0F A 2,3F E INTERNO DISTAL DE 0,021", CONTENDO MARCAS RADIOOPACAS EM SUAS EXTREMIDADES E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. DEVE PERMITIR A INFUSÃO DE CONTRASTES, AGENTES FARMACOLÓGICOS, AGENTES EMBOLIZANTES LÍQUIDOS (DMSO COMPATÍVEL) E ENTREGA DE MICRO MOLAS DESTACÁVEIS. PONTA MOLDÁVEL NOS FORMATOS RETO, 45° E 90°. COMPATÍVEL COM MICRO GUIA 0,014" A 0,018". PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO (CÓD. SUS 0702050350).</p>	First Med Produtos Médicos Ltda	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	<p><b><u>REPROVADO</u></b></p> <p>MÍcro cateter não possui pontas com modelo de ponta 45° e 90°, apenas ponta reta, segundo apresentação do portfólio.</p>
34	<p>30102 - MICRO CATETER 0,27" MICRO CATETER 0,27" DE BAIXO PERFIL DESENVOLVIDO PARA ACESSAR VASCULATURAS TORTUOSAS DE REDUZIDA DIMENSÃO, COM RIGIDEZ VARIÁVEL. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150CM. DIÂMETRO EXTERNO DISTAL 2,8FR E PROXIMAL DE 3,2FR, COM DIÂMETRO INTERNO DE 0,027". PONTA FLEXÍVEL E</p>	First Med Produtos Médicos Ltda	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	<p><b><u>REPROVADO</u></b></p> <p>MÍcro cateter não possui pontas com modelo de ponta 45° e 90°, apenas ponta reta, segundo apresentação do portfólio.</p>

	MOLDÁVEL, COBERTURA HIDROFÍLICA NA PONTA DISTAL , REVESTIMENTO INTERNO EM PTFE E MARCADOR RADIOPACO. DEVE SER COMPATÍVEL COM DIÂMETRO DE STENT REDIRECIONADOR DE FLUXO. COMPATÍVEL COM CATETER GUIA 5FR E MICRO GUIA 0,021" (CÓD SUS 0402050350).				
35	30104 - INTRODUTOR FEMORAL 4FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO, FEMORAL, COM CALIBRE 4FR COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10,8 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA PARA PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702050342 – INTRODUTOR VALVULADO).	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	SHUNMEI	UNID	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .
36	30105 - INTRODUTOR FEMORAL 6FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO, FEMORAL, COM CALIBRE 6FR COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 11 À 15 CM DE COMPRIMENTO, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	SHUNMEI	UNID	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .

	LATERAL COM TORNEIRA 3 VIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702010162 – INTRODUTOR 6FR A 8FR).				
38	30107 - INTRODUTOR FEMORAL 5FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO FEMORAL COM CALIBRE DE 5FR, COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA PARA PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDO DE PONTA EM J COM ENDEREÇADOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702050342 – INTRODUTOR VALVULADO).	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	SHUNMEI	UNID	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .
39	30108 - INTRODUTOR FEMORAL 7FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO, FEMORAL, COM CALIBRE 7FR COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035", CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA PARA PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	SHUNMEI	UNID	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .

	INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDA DE PONTA EM J COM ENDEREÇADOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD.SUS: 0702010162).				
40	30109 - INTRODUTOR FEMORAL 8FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO, FEMORAL, COM CALIBRE 8FR COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035", CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA PARA PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDA DE PONTA EM J COM ENDEREÇADOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS: 0702010162).	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	SHUNMEI	UNID	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .
41	30110 - INTRODUTOR FEMORAL 9FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO, FEMORAL, COM CALIBRE 9FR COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035", CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA PARA PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	SHUNMEI	UNID	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .

	INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDA DE PONTA EM J COM ENDEREÇADOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.				
42	30111 - INTRODUTOR RADIAL 5FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO RADIAL COM CALIBRE DE 5FR, COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA DE MICRO PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDO DE PONTA RETA . EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702050342 – INTRODUTOR VALVULADO).	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	SHUNMEI	UNID	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .
43	30112 - INTRODUTOR RADIAL 6FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO RADIAL COM CALIBRE DE 6FR, COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA DE MICRO PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	SHUNMEI	UNID	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .

	RETORCIDO DE PONTA RETA . EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702050342 – INTRODUTOR VALVULADO).				
44	30113 - CONECTOR EM Y COM ROSCA SIMPLES CONECTOR EM Y COM ROSCA SIMPLES COM LÚMEN 9,5F UTILIZADO PARA POSICIONAR E MANTER FIOS GUIAS, CATETERES (BALÕES E STENT) E OUTROS DISPOSITIVOS NO SISTEMA VASCULAR.	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	ANGIOTECH	UNID	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .
45	30114 - MICRO CATETER PARA APLICAÇÃO DE FARMACOLÓGICOS MICRO CATETER FLUXO DEPENDENTE UTILIZADO PARA ACESSAR LOCALIZAÇÕES DISTAIS E SELETIVAS. É INDICADO PARA USO DE CONTRASTE E AGENTES FARMACOLÓGICOS COMO: MICRO PARTÍCULAS DE PVA, AGENTES EMBOLIZANTES LÍQUIDOS E DMSO COMPATÍVEL. POSSUI SHAFT DISTAL E MARCA RADIOACA EM SUA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 158 À 170 CM, DIÂMETRO EXTERNO DISTAL DE 1,3 FR A 1,5FR, DIÂMETRO EXTERNO PROXIMAL DE 2,7 FR A 3,0FR. PONTA MOLDÁVEL. COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,08" E 0,010" (CÓD SUS 0702050350).	Auto Suture Do Brasil Ltda	AUTO SUTURE/ MICRO THERAPEUTICS INC.	MARATHON	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b> , devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772328 ) já ter sido fornecido por outra empresa, conforme Sei nº ATA de Registro de preços Sei nº 0014139071

46	30115 - MICRO GUIA 0,010" MICRO-GUIA HIDROFÍLICO EM AÇO INOXIDÁVEL. DESENVOLVIDO PARA PROMOVER SUPORTE NA INTRODUÇÃO E DIRECIONAMENTO DO CO MICRO-CATETER. PONTA RETA MOLDÁVEL, DIÂMETRO: 0,010" COMPRIMENTO: 180 A 200 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS: 0702050369).	Auto Suture Do Brasil Ltda	AUTO SUTURE/ MICRO THERAPEUTICS INC.	X-PEDION 10	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b>, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772328 ) já ter sido fornecido por outra empresa, conforme Sei nº ATA de Registro de preços Sei nº 0014139071</p>
47	30116 - MICRO GUIA 0,014" MICRO GUIA 0,014" MICRO-GUIA HIDROFILICO EM AÇO INOXIDÁVEL. DESENVOLVIDO PARA PROMOVER SUPORTE NA INTRODUÇÃO E DIRECIONAMENTO DO MICRO CATETER NA VASCULATURA. PONTE RETA MOLDÁVEL. DIÂMETRO: 0,014" COMPRIMENTO: 180 A 200CM (CÓD. SUS: 0702050369).	First Med Produtos Médicos Ltda	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Solicitamos AMOSTRA para esse item .</p>
48	30117 - MICRO GUIA 0,014" COM PONTA 0,012" MICRO GUIA HÍBRIDA DE AÇO INOX E NITINOL. POSSUI DIÂMETRO PROXIMAL DE 0.014" E PONTA FLEXÍVEL DE 0.012" MOLDÁVEL, COM COMPRIMENTO DE 200 CM. COM OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO REGULAR E EXTRA SUPORTE (COD. SUS: 0702050369).	SMT Importadora e Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	APT APT Medical	Micro Cateter 0,014"	<p><b><u>REPROVADO</u></b></p> <p>A descrição do material é claro que esse item é direcionado ao sistema coronário.</p> <p>"O fio guia Anyreach é indicado para facilitar a colocação de cateteres com balão de dilatação durante a Angioplastia <b>Transluminal Percutânea Coronária (PTCA)</b>. Este fio guia também pode ser usado com dispositivos de stent compatíveis durante procedimentos terapêuticos."</p> <p>Ele também não possui ponta 0,012 conforme solicitado.</p>



49	30118 - STENT CAROTÍDEO CÔNICO COM CELULAS FECHADAS PRÓTESE INTRALUMINAL AUTO EXPANSÍVEL EM NITINOL, COM INDICAÇÃO EM ANGIOPLASTIAS DE CARÓTIDA, COMPATÍVEL COM GUIA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO EMBÓLICA 0,014" COM MARCAS RADIOPACAS NAS EXTREMIDADES PROXIMAL E DISTAL DO STENT E TAMBÉM NO SISTEMA DE ENTREGA PARA MELHOR PRECISÃO NA LIBERAÇÃO, NA CONFIGURAÇÃO CÔNICA EM DIÂMETROS DE 6 A 10MM E COMPRIMENTO DE 20 A 40MM (CÓD. SUS 0702040517- STENT METÁLICO NÃO RECOBERTO).	Boston Scientific Do Brasil Ltda	Boston Scientific	CAROTID WALLSTENT MONORAIL 8.0-29	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b>, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772351 ) já ter sido fornecido por outra empresa, conforme Sei nº ATA de Registro de preços Sei nº 21.0.092622-0.</p>
51	30121 - MICRO MOLAS DESTACÁVEIS COM DUPLO FILAMENTO DE POLIPROPILENO DESTACAMENTO MECÂNICO MICRO MOLAS EM PLATINA NOS MODELOS 2D (HELICAL) OU 3D. INDICADA PARA O TRATAMENTO DE ANEURISMAS E OUTRAS PATOLOGIAS ENDOVASCULARES. SISTEMA PROGRESSIVO DE ESCOLHA DE ACORDO COM GUIA PRIMÁRIA E DIÂMETRO EXTERNO DA MOLA. CALIBRES VARIANDO ENTRE 0,0115" E 0,0145". DESTACAMENTO MECÂNICO, SEM CAIXAS E BATERIAS. DIÂMETROS VARIANDO ENTRE 1,5 E 20 MM E COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE 02 E 50 MM PARA OS MODELOS 2D E DIÂMETROS VARIANDO ENTRE 02 E	First Med Produtos Médicos Ltda	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Solicitamos AMOSTRA para esse item .</p>

	25 MM E COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE 02 E 50 MM PARA OS MODELOS 3D EXCELENTE PACKING (EMPACOTAMENTO) E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL. (CÓD. SUS: 0702010138 - ESPIRAIS DE PLATINA). FORNECER DISPARADOR COMPATÍVEL COM A MICRO MOLA.				
52	30122 - MICRO MOLA DE PLATINA 3D MICRO MOLAS DESTACÁVEIS - MICRO MOLAS CONSTITUÍDAS DE PLATINA E TUNGSTÊNIO, NOS MODELOS 2D (HELICAL) OU 3D. INDICADA PARA O TRATAMENTO DE ANEURISMAS E OUTRAS PATOLOGIAS ENDOVASCULARES. SISTEMA PROGRESSIVO DE ESCOLHA DE ACORDO COM GUIA PRIMARIA E DIÂMETRO EXTERNO DA MOLA. RESISTENTES AO ESTIRAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL. (CÓD. SUS: 0702010138 - ESPIRAIS DE PLATINA). FORNECER DISPARADOR COMPATÍVEL COM A MICRO MOLA.	Balt Brasil Produtos Médicos Ltda	BALT/BALT USA LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA	Coil OPTIMA	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .
53	30123 - MICRO MOLAS DESTACÁVEIS POR MECANISMO ELETROTÉRMICO DE BAIXA RIGIDEZ MICRO MOLA DE PLATINA HELICAL COM DESTACAMENTO ELETROTÉRMICO, SEM USO DE CABOS. SUPER FLEXÍVEL, DISPONÍVEL NO SISTEMA 10 COM DIÂMETRO DE 1,5MM A 6MM E	First Med Produtos Médicos Ltda	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	FIRST LINE MEDICAL DEVICE	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.  Solicitamos AMOSTRA para esse item .

	COMPRIMENTO DE 1CM A 8CM. (CÓD. SUS: 0702010138 - ESPIRAIS DE PLATINA). FORNECER DISPARADOR COMPATÍVEL COM A MICRO MOLA				
54	30125 - MICRO CATETER DE FLUXO DEPENDENTE MICRO CATETER FLUXO DEPENDENTE UTILIZADO COM PONTA DESTACÁVEL MECANICAMENTE PARA FINS DIAGNÓSTICOS OU TERAPÊUTICOS PARA ACESSAR LOCALIZAÇÕES DISTAIS E SELETIVAS. COMPRIMENTO DE 163 À 170 CM, DIÂMETRO EXTERNO DISTAL: 1,2F A 1,5F E DIÂMETRO EXTERNO PROXIMAL DE 2,5F A 3,0F, COMPRIMENTO DE PONTA DESTACÁVEL ENTRE 1,5 A 5 CM, CONTENDO MARCAS RADIOOPACAS EM SUAS EXTREMIDADES. É INDICADO PARA PARA USO DE CONTRASTE E AGENTES FARMACOLÓGICOS COMO: MICRO PARTÍCULAS DE PVA, AGENTES EMBOLIZANTES LÍQUIDOS E DMSO COMPATÍVEL. PONTA MOLDÁVEL . COMPATÍVEL COM MICRO GUIA 0,08" E 0,010". PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO (CÓD. SUS 0702010170).	Auto Suture Do Brasil Ltda	AUTO SUTURE/ MICRO THERAPEUTICS INC.	APOLLO	<p><b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b></p> <p>As documentação apresentada está de acordo com o solicitado.</p> <p>Para este item a empresa <b>está isenta da apresentação da amostra</b>, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772328 ) já ter sido fornecido por outra empresa, conforme Sei nº ATA de Registro de preços Sei nº 0014139071</p>

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Coordenador(a)**, em 27/10/2023, às 11:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018878685** e o código CRC **C3E3CB3A**.

---

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

23.0.214297-1

0018878685v10