



MEMORANDO SEI N° 27309621/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 29 de outubro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Solicitação de anulação - Pregão Eletrônico nº **335/2025**.

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Audiologia e Equipamentos para o Laboratório de Prótese.

Em atenção ao Memorando 27305675, segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (comprasnet)	Modelo (Proposta)	Descriutivo de acordo com o Edital	8.10.1 ANVISA	8.10.2 alíneas "a", "b" e "c" - Prospecto	Parecer
5	41390 - FOTÓFORO COM ILUMINAÇÃO EM LED, BATERIA, FOCO REGULÁVEL, ILUMINÂNCIA DE 30.000 LUX OU SUPERIOR E TEMPERATURA DE COR 5.800 K OU SUPERIOR. DEVE SER PROVIDO DE CAPACETE E LENTE DE INTENSIFICAÇÃO. O CAPACETE DEVE POSSUIR REGULAGEM EM ALTURA E CIRCUNFERÊNCIA. DEVE POSSUIR BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS QUANDO EM CARGA COMPLETA E POSSUIR	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MD	Omni led	De acordo.	80070210092- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

INDICADOR DE BATERIA FRACA. DEVE PERMITIR O USO DO EQUIPAMENTO MESMO QUANDO A BATERIA ESTIVER SENDO CARREGADA. DEVE ACOMPANHAR CARREGADOR DE BATERIAS E BOLSA OU MALETA PARA ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240V - 50/60HZ. ACESSÓRIOS: DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES, CARREGADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO. DEVE CONTER 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.					
--	--	--	--	--	--

Segue a análise dos documentos de habilitação:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	9.6 m - Alvará Sanitário.	9.6 n- AFE	Parecer
5	41390 - FOTÓFORO COM ILUMINAÇÃO EM LED	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Válido até 30/01/2026- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 29/10/2025, às 09:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27309621** e o código CRC **3EAFAEAF3**.

