

MEMORANDO SEI Nº 26712676/2025 - SES.UAD.APA

Joinville, 08 de setembro de 2025.
Joinville, 08 de julho de 2025.À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 289/2025**Objeto:** Aquisição de Cadeira Odontológica Completa

Prezados,

Em resposta ao memorando SEI 26708460 venho por meio deste encaminhar a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unidade e Medida	Fornecedor	Marcas	Descrição da proposta de acordo com Edital?	Prospecto/ ficha técnica	Registro Anvisa	Parecer
01	41193 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM MOCHO (EQUIPO/ SUGADOR /REFLETOR) CADEIRA ODONTOLÓGICA: ESTRUTURA EM AÇO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; BASE COM PROTEÇÃO EM BORRACHA QUE PROTEJA A CADEIRA E EVITE A ENTRADA DE ÁGUA EMBAIXO DA CADEIRA; AMBIDESTRA; COM ESTABILIDADE, QUE NÃO BALANCE NEM VIRE QUANDO O PACIENTE SENTA OU SE MEXE; DIVIDIDA EM 3 SEGMENTOS: APOIO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, ENCOSTO, ASSENTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 CM E	unidade	MF DE ALMEIDA E CIA. LTDA - CNPJ: 05.021.932/0001-34	ALLIAGE/ D700/ D702 + Opcionais	Sim	Apresentou. São apresentados vários opcionais, porém, não foi possível identificar com clareza, quais são os opcionais ofertados para adequar o equipamento às características exigidas	ANVISA CADEIRA : 10069210062 vigente conforme consulta ao portal ANVISA em 08/09/2025 ANVISA EQUIPO: 10069210075 vigente conforme consulta ao portal ANVISA em 08/09/2025	Diligenciar. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe claramente quais são os opcionais que compõem a proposta comercial, visando a adequação a todas as exigências do edital, principalmente no que se refere aos itens a seguir: 1- Apoio de cabeça articulável 2- Braço articulável ou rebatível no lado direito 3- Quantidade e tipos de terminais para o equipo e bomba a vácuo 4- Se o equipamento ofertado (ALLIAGE/ D700/D702) possui válvula anti refluxo 5- Se possui caixa de ligação independente da cadeira.

POSSUIR SUPORTE PARA AS PERNAS COM PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS PÉS DO PACIENTE; REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM PVC, NA COR VERDE CLARO, PASSÍVEL DE ASSEPSIA; APOIO DE BRAÇO DOS DOIS LADOS SENDO O DIREITO ESCAMOTEÁVEL OU REBATÍVEL. MOVIMENTOS: ACIONAMENTO ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS COM MOTO REDUTORES, PEDAL PARA OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, COM PELO MENOS TRÊS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS EXECUTADOS SEM TRAVAMENTO: UM VOLTA A ZERO E DOIS PROGRAMÁVEIS. POSIÇÃO DE TRENDELENBURG. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. CAPACIDADE PARA SUPORTAR E LEVANTAR PELO MENOS 135 KG; EQUIPO ODONTOLÓGICO: ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, COM MOVIMENTO HORIZONTAL COM BATENTES DE FIM DE CURSO E MOVIMENTO VERTICAL PNEUMÁTICO. QUATRO TERMINAIS, QUE POSSIBILITE ENCAIXE ADEQUADO DAS PEÇAS DE MÃO, SENDO DOIS PARA MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN) E DOIS TERMINAIS PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN) E 1 SERINGA TRÍPLICE; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL E AUTOMÁTICO. SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE DUTOS DE ÁGUA E SPRAY COM VÁLVULA ANTI REFLUXO; PEDAL DE ACIONAMENTO DO EQUIPO COM CONTROLE VARIÁVEL (PROGRESSIVO) DA ROTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS, COM CAIXA DE LIGAÇÃO, SENDO AS MANGUEIRAS ARREDONDADAS E LISAS E CONTENDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO. CAIXA DE			no descritivo	ANVISA REFLETO R: 10069210069 vigente conforme consulta ao portal ANVISA em 08/09/2025 ANVISA UNIDADE AGUA: 10069210063 vigente conforme consulta ao portal ANVISA em 08/09/2025 ANVISA MOCHO: ISENTO	6- Qual é o modelo do mocho ofertado 7- Se o modelo do consultório ofertado é o D702. 8- Se a cadeira odontológica possibilita a posição de Trendelenburg. 9- Qual é o material de revestimento estofamento
---	--	--	------------------	--	---

LIGAÇÃO INDEPENDENTE
 DA CADEIRA;
 RESERVATÓRIO DE ÁGUA
 DO EQUIPO E SISTEMA DE
 DESINFECÇÃO EM
 MATERIAL
 TRANSPARENTE OU
 TRANSLÚCIDO, DE NO
 MÍNIMO 500 ML;
 BANDEJAS REMOVÍVEIS
 DE AÇO INOXIDÁVEL. A
 VÁLVULA DE COMANDO
 DUPLO DO EQUIPO DEVE
 TER REGULAGEM
 EXTERNA DO FLUXO DE
 ÁGUA, NÃO
 DEVE OCORRER
 VAZAMENTO DE ÁGUA
 DURANTE O USO DO
 EQUIPAMENTO.
 REFLETOR
 ODONTOLÓGICO COM
 LÂMPADA HALÓGENA OU
 LED: MONOFOCAL,
 MULTIFACETADO,
 INTENSIDADE MÍNIMA DE
 25.000 LUX, LUZ
 FRIA, ACOPLADO A
 CADEIRA, FIAÇÃO
 EMBUTIDA, COMANDO DE
 LIGA/DESLIGA ACIONADO
 POR PEDAL; BRAÇOS DO
 REFLETOR ARTICULADOS
 E BALANCEADOS PARA
 POSICIONAMENTO COM
 ESTABILIDADE DURANTE
 O USO, COM PROTETOR
 DE LÂMPADA E ESPELHO
 EM MATERIAL
 RESISTENTE E
 TRANSPARENTE; ESTRUT
 URA COM TRATAMENTO
 ANTICORROSIVO, COM
 PINTURA EPÓXI OU
 ELETROSTÁTICA
 TOTALMENTE LISA, DE
 FORMAS
 ARREDONDADAS;
 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
 220 V. UNIDADE
 AUXILIAR
 ODONTOLÓGICA: ACOPLA
 DA A
 CADEIRA, REBATÍVEL, BA
 CIA DA CUSPIDEIRA
 REMOVÍVEL EM
 PORCELANA OU
 CERÂMICA OU MATERIAL
 DE ALTA RESISTÊNCIA;
 RALO SEPARADOR DE
 DETRITOS, CONECTADO A
 MANGUEIRA DE SUCÇÃO,
 REGISTRO PARA
 ACIONAMENTO DE ÁGUA
 DA CUSPIDEIRA, UM
 TERMINAL SUGADOR DO
 TIPO VENTURI E UM
 TERMINAL SUGADOR
 BOMBA DE VÁCUO (BV),
 COM MANGUEIRAS E
 TERMINAIS
 LISOS. DEVE POSSIBILITA
 R O USO DE BOMBA À
 VÁCUO. O SUPORTE DO
 SUGADOR DEVE

PERMANECER ESTÁVEL AO INSERIR E RETIRAR O SUGADOR DESCARTÁVEL. AO ENCAIXAR O SUGADOR NO SUPORTE DA UNIDADE SUCTORA, O SISTEMA DE SUCÇÃO CESSA DE IMEDIATO. MOCHO: MOCHO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL, FORMATO ERGONÔMICO,CONTEND O ENCOSTO E ASSENTO AJUSTÁVEIS POR ALAVANCAS DE REGULAÇÃO DE ALTURA E INCLINAÇÃO COM SISTEMA A GÁS, REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM PVC NA COR VERDE CLARO, PASSÍVEL DE ASSEPSIA; ASSENTO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 45 CM; ARO DE APOIO PARA OS PÉS, BASE COM 5 (CINCO) RODÍZIOS QUE DESLIZEM SEM TRAVAR DURANTE O USO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 110 KG. TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER PASSÍVEIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO MEDIANTE A APLICAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS SEM PREJUÍZOS DA PINTURA E/OU ACABAMENTO; PARTES METÁLICAS COM PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA TOTALMENTE LISA; OS BRAÇOS DO EQUIPAMENTO DEVEM PERMANECER ESTÁVEIS E NÃO PODEM SE MEXER DURANTE O USO SEM QUE SEJAM ACIONADOS PELO PROFISSIONAL. O EQUIPAMENTO DEVE REALIZAR TODAS AS FUNÇÕES EXIGIDAS, ISENTO DE VAZAMENTOS, INSTABILIDADES OU RUÍDOS QUE INDIQUEM MAL FUNCIONAMENTO DE QUALQUER COMPONENTE. ACOMPANHA MANUAL DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO EM PORTUGUÊS DE TODOS OS COMPONENTES DO CONJUNTO.						
---	--	--	--	--	--	--



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 08/09/2025, às 08:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26712676** e o código CRC **31ACCF7C**.

Rua Max Colin, 550 - Bairro América - CEP 89204-040 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.104064-8

26712676v7