

MEMORANDO SEI N° 0019984854/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de fevereiro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico n° 472/2023.
Objeto: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0019984714), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1-Registro Anvisa	Parecer
19	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.	Unidade	MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	VACUPLAST/BD	EVSEG23/368872	De acordo	10379860188- Escalpe-registro vigente, confirmado no portal da Anvisa 10033430513- Adaptador-registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	O adaptador é de marca diferente do escalpe, não sendo possível confirmar se são compatíveis entre si. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o adaptador é compatível com o escalpe ofertado.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 01/02/2024, às 15:19, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019984854** e o código CRC **0294A17A**.