



MEMORANDO SEI Nº 27050197/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 06 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 389/2025

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração).

Em atenção ao memorando SEI nº 27031872, seguem as análises solicitadas:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descrição de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
5	Exclusivo	40579 - AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 20 X 0,55 MM DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X DIÂMETRO) 20 MM X 0,55 MM, HASTE DE AÇO INOXIDADA	UNID	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	---	A proposta apresenta descritivo resumido.	80495519102 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	O edital exige haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconada, canhão plástico em cor universal. Na ficha técnica, não há informações a

VEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. FORNECIDA EM CAIXAS CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES CONSTATANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E									respeito das exigências de haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconada, canhão plástico em cor universal. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação complementar para que seja possível verificar que o item atende as seguintes exigências do edital: 1 - Que o item ofertado possui haste de aço inoxidável. 2 - Que o item possui bisel trifacetado. 3 - Que o item é
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ISENCAO/ REGISTR O M.S./ANVI SA. VALIDAD E MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA .									siliconad o. 4 - Que o item possui canhão plástico em cor universal.
7	Excl usiv o	40581 - AGULHA DESCART AVEL HIPODER MICA CALIBRE 25 X 0,8 MM DESCART ÁVEL, MEDINDO (COMPRI MENTO X DIÂMETR O) 25 MM X 0,8 MM, HASTE DE ACO INOXIDA VEL COM PONTA EM BISEL TRIFACET ADO, SILICONA DA, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERS AL, CONECTO R PADRAO ADAPTAV EL A SERINGA S E OUTROS DISPOSITI VOS, PROTETO R	UNID	MEDM ED COME RCIO DE MATER IAIS HOSPI TALAR ES LTDA	MEDI X	---	A proposta apresenta descritiv o resumido .	804955 19102 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Apresent ou	---	O edital exige haste de aço inoxidáve l com ponta em bisel tri facetado, siliconada , canhão plástico em cor universal. Na ficha técnica, não há informaç ões a respeito das exigência s de haste de aço inoxidáve l com ponta em bisel tri facetado, siliconada , canhão plástico em cor universal. Para continuid ade da análise, solicitam os que a empresa apresente

		PLASTICO , ESTERIL, EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. FORNECIDA EM CAIXAS CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES CONSTATANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E EISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA .								documentação complementar para que seja possível verificar que o item atende as seguintes exigências do edital: 1 - Que o item ofertado possui haste de aço inoxidável. 2 - Que o item possui bisel trifacetado. 3 - Que o item é siliconado. 4 - Que o item possui canhão plástico em cor universal.	
17	Exclusivo	40589 - AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 13 X 0,30 MM DESCARTÁVEL, MEDINDO	UNID	VOLARE COMERCIO LTDA	MÉDICO	13x0,30mm (30G 1/2”)	A proposta apresenta descritivo resumido .	80495510095 - Registro vigente. Confirmado no portal da	Apresentou.	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		(COMPRI MENTO X DIÂMETR O) 13 MM X 0,30 MM, HASTE DE ACO INOXIDA VEL COM PONTA EM BISEL TRIFACET ADO, SILICONA DA, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERS AL, CONECTO R PADRAO ADAPTAV EL A SERINGA S E OUTROS DISPOSITI VOS, PROTETO R PLASTICO , ESTERIL, EMBALA GEM UNITÁRI A EM PAPEL GRAU CIRÚRGIC O COM ABERTUR A ASSÉPTIC A. FORNECI DA EM CAIXAS CONTEND O ATÉ 100 UNIDADE S CONSTAN DO DADOS DE						ANVIS A.			
--	--	---	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

		IDENTIFI CACAO, LOTE, PROCEDE NCIA, ESTERILI ZACAO, VALIDAD E E ISENCAO/ REGISTR O M.S./ANVI SA. VALIDAD E MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA .									
33	Excl usiv o	916950 - DISPOSITI VO INTRAVE NOSO SCALP Nº 21 COM DISPOSITI VO DE SEGURAN ÇA PARA PUNCAO VENOSA, CURTA DURACA O, DESCART AVEL, ESTERIL, HASTE EM ACO INOXIDA VEL, PAREDE FINA, BISEL CURTO, TRIFACET ADO, CORTANT E COM FACIL INTRODU CAO, SILICONI	UNID	AMG HOSPI TALAR COME RCIO DE PRODU TOS LTDA	VENPE R	---	De acordo.	818405 49029 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Apresent ou.	---	Proposta de acordo com o edital, classifica da.

		ZADO, SEM COLAGE M ENTRE O TUBO VINILICO, TRANSPA RENTE, ATOXICO E APIROGE NICO, FLEXIVEL , COM PROTETO R RIGIDO DE CONECTO RES DE AGULHA E ASAS, ASA DE EMPUNH ADURA FLEXIVEL , COM IDENTIFI CACAO DO CALIBRE NA ASA, PROTECA O LUER NA PORCAO DISTAL, COR UNIVERS AL. EMBALA GEM INDIVIDU AL, PAPEL GRAU CIRURGIC O, COM ABERTUR A ASSEPTIC A, COM DISPOSITI VO DE SEGURAN ÇA, CONTEND O EXTERNA										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		MENTE DADOS DE IDENTIFI CACAO, PROCEDE NCIA, TIPO E DATA DE ESTERILI ZACAO, VALIDAD E, NUMERO DO LOTE, ISENCAO/ REGISTR O NO M.S./ANVI SA. VALIDAD E MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA .									
35	Excl usiv o	916952 - DISPOSITI VO INTRAVE NOSO SCALP Nº 25 COM DISPOSITI VO DE SEGURAN ÇA PARA PUNCAO VENOSA, CURTA DURACA O, DESCART AVEL, ESTERIL, HASTE EM ACO INOXIDA VEL, PAREDE FINA, BISEL CURTO, TRIFACET ADO,	UNID	AMG HOSPI TALAR COMER CIO DE PRODU TOS LTDA	VENPE R	---	De acordo.	818405 49029 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Apresent ou.	---	Proposta de acordo com o edital, classifica da.

CORTANT
E COM
FACIL
INTRODU
CAO,
SILICONI
ZADO,
SEM
COLAGE
M ENTRE
O TUBO
VINILICO,
TRANSPA
RENTE,
ATOXICO
E
APIROGE
NICO,
FLEXIVEL
, COM
PROTETO
R RIGIDO
DE
CONECTO
RES DE
AGULHA
E ASAS,
ASA DE
EMPUNH
ADURA
FLEXIVEL
, COM
DISPOSITI
VO DE
SEGURAN
ÇA, COM
IDENTIFI
CACAO
DO
CALIBRE
NA ASA,
PROTECA
O LUER
NA
PORCAO
DISTAL,
COR
UNIVERS
AL.
EMBALA
GEM
INDIVIDU
AL,
PAPEL
GRAU
CIRURGIC
O, COM
ABERTUR

		A ASSEPTIC A, CONTEND O EXTERNA MENTE DADOS DE IDENTIFI CACAO, PROCEDE NCIA, TIPO E DATA DE ESTERILI ZACAO, VALIDAD E, NUMERO DO LOTE, ISENCAO/ REGISTR O NO M.S./ANVI SA. VALIDAD E MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA .								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 07/10/2025, às 07:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27050197** e o código CRC **38836DC2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br