



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0017780435/2023 - SES.UAFACM

Joinville, 25 de julho de 2023.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **226/2023**

Objeto: Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José.

Em atenção aos memorandos SEI nº 0017751305 e SEI nº 0017760626 segue análise técnica dos itens solicitados:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital? 10.9 -	8.10.1 Registro ANVISA	8.10.4 Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site	Parecer
1	23523 - ELETRODO PAS DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE MODELO ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM, DESCARTÁVEIS, COM INDICAÇÃO DO LOCAL CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CONECTOR PRETO	Jogo	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MED-LINK ODMDE0062C	Proposta não refere especificações exigidas em edital: 1. Para DEA LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE	80036309001, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não apresentou.	Proposta Reprovada por não atender ao item 8.10.4 do edital.

	(MODELO NOVO), COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.				2. Com pré-conexão dos eletrodos sem violação da embalagem 3. Com indicação do local correto de posicionamento das pás no tórax do paciente 4. Com conector preto (modelo novo) 5. Compatível com o equipamento desfibrilador LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE			
2	23524 - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE MODELO INFANTIL JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM DESCARTÁVEIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CONECTOR PRETO (MODELO NOVO), COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.	Jogo	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CMOS DRAKE CMOS DRAKE / INFANTIL	De acordo	80058130008, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	SEI 0017744617 - pág 05.	Proposta Classificada.

3	23568 - ELETRODO PAS DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400-FUTURA PLUS/ CMOS DRAKE MODELO ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM, DESCARTÁVEIS, COM INDICAÇÃO DO LOCAL CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA PLUS/ CMOS DRAKE- CONECTOR AZUL/ BRANCO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.	Jogo	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A. PÁ DESCARTÁVEL MARCA: PRÓPRIA PROCEDÊNCIA: NACIONAL ADULTO CONECTOR AZUL E BRANCO PARA DEA LIFE 400 FUTURA	De acordo	Não apresentou.	Incluiu ficha técnica parcial na segunda página da proposta.	Proposta Reprovada por não atender ao item 8.10.1 do edital.
4	23181 - ELETRODO DESCARTÁVEL MULTIFUNCIONAL ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS ADULTO, PARA MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO E DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, PRÉ-CONECTADOS, DESCARTÁVEIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 180 CM, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS CARDIOMAX 8 E ISIS MARCA INSTRAMED.	Jogo	CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	FIAB Compatível com equipamentos da marca INSTRAMED. Modelo: Eurodefipads. Código: F7955W	Proposta não refere especificações exigidas em edital: 1. Jogo de 2 eletrodos multifuncionais adulto, para marcapasso transcutâneo 2. Pré-conectados 3. Descartáveis 4. Com desenho indicando o local de posicionamento das pás no tórax do paciente	80443699009, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	SEI 0017744598 - pag. 05 Imagem do prospecto confirma as especificações que não constam na proposta, porém não refere o comprimento do cabo.	Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar as exigências do edital: 1. Com cabo de no mínimo 180 cm.

					5. Com cabo de no mínimo 180 cm			
5	23182 - ELETRODO DESCARTÁVEL MULTIFUNCIONAL INFANTIL JOGO DE 2 ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS INFANTIL, PARA MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO E DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, PRÉ-CONECTADOS, DESCARTÁVEIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 180 CM, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS CARDIOMAX 8 E ISIS MARCA INSTRAMED	Jogo	CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	FIAB Compatível com equipamentos da marca INSTRAMED. Modelo: Eurodefipads. Código: F7955PW	Proposta não refere especificações exigidas em edital: 1. Jogo de 2 eletrodos multifuncionais adulto, para marcapasso transcutâneo 2. Pré-conectados 3. Descartáveis 4. Com desenho indicando o local de posicionamento das pás no tórax do paciente 5. Com cabo de no mínimo 180 cm	80443699009, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	SEI 0017744598 - pág 05 Imagem do prospecto confirma as especificações que não constam na proposta, porém não refere o comprimento do cabo.	Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar as exigência do edital: 1. Com cabo de no mínimo 180 cm.
6	2815 - PAS DE ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS ADULTO PAS DE ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS ADULTO PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE MARCAPASSO EXTERNO E DEA COMPATIVEL COM CARDIOVERSOR MINDRAY BENEHEART D3.	Jogo	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI DBI (DE-MT)	De acordo	80722800022, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	SEI 0017744538 - pág 03.	Proposta Classificada.
7	15004 - TALA DESCARTÁVEL DE PAPELÃO - 40 CM X 10 CM PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES,	Unidade	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E	TECH-SUL	De acordo	Não apresentou.	Não apresentou.	Proposta Reprovada por não

	CONFECCIONADA EM PAPELÃO RESISTENTE, COM SUAS EXTREMIDADES PORTANDO DUAS DOBRAS PARA MODELAGEM AO MEMBRO TRAUMATIZADO, E OITO FUROS RENTES A ESTAS DOBRAS. DEVE TER AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 40 CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA.		COMERCIO LTDA					atender aos itens 8.10.1 e 8.10.4 do edital.	
8	15005 - TALA DESCARTÁVEL DE PAPELÃO - 70 CM X 10 CM PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, CONFECCIONADA EM PAPELÃO RESISTENTE, COM SUAS EXTREMIDADES PORTANDO DUAS DOBRAS PARA MODELAGEM AO MEMBRO TRAUMATIZADO, E OITO FUROS RENTES A ESTAS DOBRAS. DEVE TER AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA.	Unidade	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA	E	TECH-SUL	De acordo	Não apresentou.	Não apresentou.	Proposta Reprovada por não atender aos itens 8.10.1 e 8.10.4 do edital.
9	15006 - MANTA TÉRMICA METALIZADA ALUMINIZADA, ISOLANTE, DE BAIXO PESO, À PROVA D'ÁGUA E VENTO, RESISTENTE AO ATRITO COM SOLO; QUE MANTENHA O CALOR INTERNO OU REFLITA O EXTERNO; DEVE TER AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS: 200 CM X 130 CM DE LARGURA.	Unidade	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA	E	TECH-SUL	De acordo	Não apresentou.	SEI 0017760474 - pág. 04.	Proposta Reprovada por não atender ao item 8.10.1 do edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 26/07/2023, às 16:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017780435** e o código CRC **6066797F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.136957-3

0017780435v22