Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 31235211/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 13 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 579/2026
Objeto: Aquisição de materiais para terapia ocupacional e materiais de imobilização de uso pré-hospitalar

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31234357 segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	Parecer
20	49846 - IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA (COXIM) ADULTO IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA (COXIM) ADULTO - IMPERMEÁVEL, COR AMARELO, CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL, COMPOSTO POR (02) DUAS ALMOFADAS COM ORIFÍCIOS PARA VERIFICAÇÃO DO OUVIDO, (01) UMA FRONHA (BASE) COM VELCRO PARA FIXAR AS DUAS ALMOFADAS, (02) DUAS FITAS PARA FIXAR O EQUIPAMENTO NA PARTE SUPERIOR DA MACA E (02) DUAS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO DAS ALMOFADAS (TESTA E QUEIXO). EQUIPAMENTO TRANSLÚCIDO AO RAIO-X. DIMENSÕES NOMINAIS DA BASE: 40 CM DE LARGURA E 25 CM DE ALTURA; COMPRIMENTO DAS TIRAS DE TESTA E QUEIXO: 76 CM; DIMENSÕES DO TIJOLO: 26 CM DE COMPRIMENTO E 15 CM DE ALTURA. SERÁ ADMITIDA UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM (DOIS CENTÍMETROS PARA MAIS OU PARA MENOS NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS.	Unidade	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	RESGATE SP	O Descritivo está ofertando o item com material: **Confeccionado em Espuma injetada por materiais sintéticos por aplicação a quente,** (descrição comercial simplificada) do **(EVA Lux 35 + PEBD).**	ISENTO	Apresentou. Porém no prospecto apresentado o item ofertado é : 1- "***Confeccionado em Etil Vinil Acetado (E.V.A. Lux 35), Densidade 44 "dm" mais PEBD"***; Não atende a seguinte exigência do edital: 1-***Confeccionado em "Nylon impermeável";***	No prospecto apresentado o item ofertado é : 1- "***Confeccionado em Etil Vinil Acetado (E.V.A. Lux 35), Densidade 44 "dm" mais PEBD"***; O item ofertado não atende a seguinte exigência do edital: 1-***Confeccionado em "Nylon impermeável".***

								Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio**, **Servidor(a) Público(a)**, em 14/10/2026, às 11:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31235211** e o código CRC **2AB01ED8**.