



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0017692608/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 17 de julho de 2023.

À SAPLCT

Encaminhamos parcial de análises técnicas das propostas:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
31	911910	AGULHA TIPO PONTA DE LAPIS N° 27	PC	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	UNISIS	De acordo	10150470178- Registro vigente, referente a agulha ponta de lápis, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 22/05/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
60	916952	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP N° 25 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	MEDIX	De acordo	80495510077- Registro vigente e referente a escalpe com dispositivo de segurança, confirmado no portal da anvisa	Não se aplica	Válido até 21/09/2023	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
67	909635	EQUIPO PARA PRESSAO VENOSA CENTRAL	PC	ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	MP HOSPITALAR	De acordo	80305560049- Registro vigente e referente a equipo de PVC, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 29/02/2024 de acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
74	16329	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO EM SONDA (500 ML)	UNIDADE	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	BIOBASE	De acordo	80212349002- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 21/09/2023	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
75	16329	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO EM SONDA (500 ML)	UNIDADE	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	BIOBASE	De acordo	80212340040- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 17/08/2023	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
106	5157	ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G)	UNIDADE	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	SAFER	De acordo	10150470543- Registro vigente e referente a escalpe com dispositivo de segurança,	Exige	Válido até 17/08/2023	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Apesar da empresa ter indicado de acordo com o edital,

												solicitamos que seja confirmado se o item possui adaptador fixo ou separado; caso a empresa informe que seja separado, solicitamos que informe se serão fornecidos adaptadores (no mínimo 1 para cada 100 agulhas).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Encaminhamos também a análise das informações das empresas para os itens 107 e 108, onde foi questionado por esta unidade se os itens ofertados serão fornecidos com os adaptadores:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
107	5156	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G)	UNIDADE	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	MEDIX	De acordo	80495519050- Registro vigente e referente a agulha com dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no prtal da Anvisa	Proposta aprovada, apta a apresentar amostras
108	5156	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G)	UNIDADE	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDIX	De acordo	80495519050- Registro vigente e referente a agulha com dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no prtal da Anvisa	Proposta aprovada, apta a apresentar amostras

As análises das propostas para os demais itens serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 17/07/2023, às 16:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017692608** e o código CRC **2336AE1B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017692608v3