

MEMORANDO SEI Nº 30766975/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 02 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Convocação da amostras - Pregão Eletrônico **112/2026**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem - Fios cirúrgicos.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a Convocação SEI nº 30426632 segue o resultado da análise das amostras:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Parecer
48	47141 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 1,9 A 2,0 CM	ENVELOPE	CIRURGICA SENHORA LTDA NOSSA	MEDIX	Amostra reprovada conforme SEI nº 30766900
49	47142 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,4 A 2,5 CM	ENVELOPE	CIRURGICA SENHORA LTDA NOSSA	MEDIX	Amostra reprovada conforme SEI nº 30766897
51	47143 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 1,9 A 2,0 CM	ENVELOPE	CIRURGICA SENHORA LTDA NOSSA	MEDIX	Amostra reprovada conforme SEI nº 30766904
56	47144 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 2,4 A 2,5 CM	ENVELOPE	CIRURGICA SENHORA LTDA NOSSA	MEDIX	Amostra reprovada conforme SEI nº 30766902

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Coordenador(a)**, em 02/09/2026, às 13:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



código verificador **30766975** e o código CRC **F00B55EA**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.040569-5

30766975v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 112/2026

ITEM : 49 – FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,4 A 2,5 CM

DESCRIÇÃO: 47142 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,4 A 2,5 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM NO MÍNIMO 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,4 A 2,5 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
FORNECEDOR: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA
MARCA: MEDIX
REGISTRO 80495519040
LOTE:= 240601
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	() Atende ☒ Não atende
Maleabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	☒ Atende () Não atende
Penetrabilidade:	() Atende ☒ Não atende
Resistência do arame:	☒ Atende () Não atende
Encastamento da agulha e fio:	☒ Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na ANVISA, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: fio sem resistência a tração sobre o nó

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: fio inseguro para manter o nó

DATA: 01/09/26 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: 
 Dr. Stephan Kreutzfeld
Cirurgia Geral
CRM 15260

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 112/2026

ITEM : 48 – FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 1,9 A 2.0 CM

DESCRIÇÃO: 47141 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 1,9 A 2.0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM NO MÍNIMO 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO DE 1,9 A 2.0 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
FORNECEDOR: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA
MARCA: MEDIX
REGISTRO 80495519040
LOTE: = 240601
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	() Atende ☒ Não atende
Maleabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	☒ Atende () Não atende
Penetrabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência do arame:	☒ Atende () Não atende
Encastamento da agulha e fio:	☒ Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na ANVISA, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:


Apontamentos: difícil manuseio devido a pouca resistência a tração sobre o nó

() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA: o fio não segura o nó

DATA: 13/08/26 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: 

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 112/2026

ITEM : 56 –FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 2,4 A 2,5 CM

DESCRIÇÃO: 47144 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 2,4 A 2,5 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, COM NO MÍNIMO 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,4 A 2,5 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
FORNECEDOR: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA
MARCA: MEDIX
REGISTRO 80495519040
LOTE: = 241201
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04

AValiação Técnica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	() Atende ☒ Não atende
Maleabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	☒ Atende () Não atende
Penetrabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência do arame:	☒ Atende () Não atende
Encastamento da agulha e fio:	☒ Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na ANVISA, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: resistência do fio é baixo

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: fio se rompe facilmente

DATA: 13/08/26 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: 

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 112/2026

ITEM : 51 –FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 1,9 A 2,0 CM

DESCRIÇÃO: 47143 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 1,9 A 2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 3.0, COM NO MÍNIMO 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 1,9 A 2,0 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
FORNECEDOR: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA
MARCA: MEDIX
REGISTRO 80495519040
LOTE: 230803
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	() Atende ☒ Não atende
Maleabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	☒ Atende () Não atende
Penetrabilidade:	() Atende ☒ Não atende
Resistência do arame:	☒ Atende () Não atende
Encastamento da agulha e fio:	() Atende ☒ Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na ANVISA, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: fio ã segure o nó

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: fio ã atende o mínimo no quesito resistência do nó

DATA: 16/08/26 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:


Dr. Stephan Kreutzfeld
Cirurgia Geral
CRM 10200