

MEMORANDO SEI Nº 25644516/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 30 de maio de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Amostras analisadas- Pregão Eletrônico **051/2025**

Objeto: Aquisição de Testes Rápidos para Diagnóstico, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville e do Hospital Municipal São José

Em atenção a Convocação 25576197, informamos que a amostra apresentada pela empresa EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA para o item 3 foi **APROVADA**, conforme Análise SEI nº 25644496.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 30/05/2025, às 14:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25644516** e o código CRC **4CBFD16C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.260053-0

25644516v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 51/2025

ITEM: 03

26918 - TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NSI DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NSI DO VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA NO MÍNIMO 90% DE SENSIBILIDADE E 95% DE ESPECIFICIDADE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES.

FORNECEDOR: EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: Marca: AllTest Fabricante: AllTest (HANGZHOU ALLTEST)

LOTE: ATDES24090015 (08/2026) e ATDES25010007 (12/2026)

REGISTRO (ANVISA): 81325990219

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 caixas

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: a embalagem cumpre os requisitos dispostos no edital do processo licitatório.

(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: tem atende ao descritivo no que diz respeito à sensibilidade e especificidade e demais obrigações.

(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: tem atende ao descritivo. Realizado testes em amostras de sangue total, todos com comportamento dentro do esperado.

(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 30/05/2025


ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO