

MEMORANDO SEI Nº 0024628077/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de fevereiro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 0024620144, segue análise solicitada:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Para os itens 38 , 39/40, 41 - Apresentar Laudos BFE (eficiência de filtração bacteriana) de acordo com a NBR 16064:2016 e suas atualizações; os laudos devem ser emitidos por Laboratório Analítico que realiza ensaios de controle de qualidade - ECQ.	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
38	Exclusivo	275 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.	Unidade	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	apion g 598274/ pion g	De acordo	Apresentou o registro 80342069001, de acordo.	Apresentou	Apresentou.	EXIGE	Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse se o item ofertado é impermeável. No retorno, a empresa informou que o produto ofertado é hidrorrepelente. Proposta reprovada.
41	Exclusivo	910838 - CAMPO OFTÁLMICO MÍNIMO 80 X 80 CM ESTÉRIL CAMPO CIRÚRGICO OFTÁLMICO TAMANHO MÍNIMO 80X80CM, GRAMATURA DE 45 G/M², COM BOLSA PLÁSTICA COLETORA DE FLUÍDOS E PELÍCULA INCISIONAL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL. ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.	Unidade	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ingamed/ ingamed	De acordo	Apresentou o registro 80086720041, de acordo.	EXIGE.	Apresentou.	EXIGE	Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse se o item ofertado é impermeável e que possui laudo BFE. No retorno, a empresa informou que o produto ofertado é hidrorrepelente e não possui laudo BFE. Proposta reprovada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/02/2025, às 15:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024628077** e o código CRC **9641C76D**.