

MEMORANDO SEI Nº 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 08 de novembro de 2024.

À

SAP.LCT

SES.UAD.ACP

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 468/2024.**Objeto:** Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.

Prezados,

Em atenção aos MEMORANDOS SEI Nº 0023458944, 0023464804, 0023468330 - SAP.LCT, encaminhamos análise técnica dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 468/2024.

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/Fabricante	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer
4	25271 - LUGOL FORTE P.A. 2%. APRESENTAÇÃO 1.000 ML.	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LABORCLIN	Não confere. SOLUÇÃO DE IODO COM CONCENTRAÇÃO DE 1%.	10097010156 - Confirmado no Portal da Anvisa	Sim	Proposta reprovada por não atender ao descritivo do Edital
5	917680 - OLEO DE IMERSÃO Óleo de imersão para microscopia. Apresentação frasco com 100ml.	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LABORCLIN	Sim	Isento	Sim	Aprovado
6	917546 - BANDAGEM ADESIVA Bandagem adesiva	DE PAULI COMERCIO	MEDIX STOPPER/PROINLAB	Sim	10426950002 - Confirmado no	Sim	Aprovado

	absorvente hipoalérgica para uso pós coleta sanguínea, nas cores branca ou bege, caixa c/ 500 unidades.	REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			Portal da Anvisa		
8	16724 - BANDEJA EM POLIETILENO 28 CM DE LARGURA X 42 CM DE COMPRIMENTO X 7,5 CM DE ALTURA. CAPACIDADE 8 L.	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	NALGON	Sim	Isento	Sim	Aprovado
9	16725 - BANDEJA EM POLIETILENO 38 CM DE LARGURA X 53 CM DE COMPRIMENTO X 8,0 CM DE ALTURA. CAPACIDADE 12 L	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	NALGON	Sim	Isento	Sim	Aprovado
10	16727 - COLETOR DE URINA 24 HORAS, CAPACIDADE DE 2.000 A 2.700 ML COM TAMPA ROSCA, GRADUADO, BOCA LARGA, A COR DEVERÁ PROTEGER DA LUZ.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	Sim	10379860182 - Conforme Portal da Anvisa e pág. 6 da proposta comercial SEI 0023451018, o registro informado é referente a coletor de urina infantil	Não apresentou	Proposta reprovada por não atender aos requisitos 8.10.1 e 8.10.2 do Edital.
11	25391 - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO/REGRESSIVO, QUE MARCA HORA/MINUTOS/SEGUNDOS, COM ALARME, BATERIA COMPATÍVEL FORNECIDA COM O EQUIPAMENTO.	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	VOLLO	Sim	Isento	Sim	Aprovado
12	25325 - CUBA DE COLORAÇÃO COM BERÇO PARA 30 LÂMINAS COM TAMPA CUBA DE VIDRO, ALTA, SEM RANHURAS (PARA SER UTILIZADA COM BERÇO). CAPACIDADE PARA 30 LÂMINAS DE MICROSCOPIA 25,4-26 X 76	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	OLEN	Sim	Isento	Sim	Aprovado

	MM. ACOMPANHADA DE TAMPA. CUBA E TAMPA FABRICADAS EM VIDRO. BERÇO FABRICADO EM AÇO INOX PARA 30 LÂMINAS.						
13	16709 - ESTANTE EM POLIPROPILENO P/ TUBOS DE ENSAIO C/ 60 FUROS. Estante em polipropileno p/ tubos de ensaio c/ 60 furos (interior dos furos diâmetro de 16 a 21 mm).	EVEN COMERCIAL LTDA	Gene	Sim	Isento	Sim	Aprovado
15	25380 - LÂMINA LAPIDADA PARA MICROSCOPIA TAMANHO 26,0 X 76,0 MM, ESPESSURA = 1,0 A 1,4 MM. COM TARJA FOSCA. FORNECIDO EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	J.PROLAB	Sim	Isento	Sim	Aprovado
16	25381 - LÂMINA PARA ESFREGAÇO (EXTENSORA) LÂMINAS FABRICADAS EM VIDRO NEUTRO, COM ARESTAS LAPIDADAS, CANTOS DA FACE DO ESFREGAÇO EM 45° E OUTROS DOIS CANTOS EM 90°. DIMENSÕES: 25,4 - 26,00 X 76,2 MM. ESPESSURA: 1,0 - 1,2 MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 LÂMINAS.	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PERFECTA	Sim	Isento	Sim	Aprovado
18	16712 - LAMÍNULA DE VIDRO 22 MM X 22 MM. PARA MICROSCOPIA (CAIXA COM 100 UNIDADES).	EVEN COMERCIAL LTDA	longlass	Sim	Isento	Sim	Aprovado
19	917570 - LAMPADA P/ MICROSCOPIO 6 V 30 W. Lâmpada de Halogênio para microscópio 6V 30W.	RPF COMERCIAL LTDA	Hikari	Sim	Isento	Sim	Aprovado
20	25393 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 1000 MICROLITROS A 5.000 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM	UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	ACCUMAX	Sim	Isento	Sim, porém o prospecto enviado junto à proposta comercial SEI 0023451102 se encontra em Língua Inglesa	Solicito que seja realizada diligência para envio do prospecto em Língua Portuguesa.

	VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC17025:2005.	LABORATORIO LTDA					
21	25394 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 200 MICROLITROS A 1.000 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC17025:2005.	EVEN COMERCIAL LTDA	Jetta	Descritivo não menciona se o produto possui Certificado de Calibração.	Isento	Sim	Solicito diligência para confirmar se o produto atende ao seguinte requisito do edital: <i>"Certificado de calibração com validade de no mínimo 6 meses, acreditado pelo INMETRO E RBC (Rede Brasileira de Calibração), cumprindo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC17025:2005."</i>
22	25395 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 20 MICROLITROS A 200 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC17025:2005.	UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	ACCUMAX	Sim	Isento	Sim, porém o prospecto enviado junto à proposta comercial SEI 0023451102 se encontra em Língua Inglesa	Solicito que seja realizada diligência para envio do prospecto em Língua Portuguesa.
23	25396 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 2 MICROLITROS A 20 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM	UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	ACCUMAX	Sim	Isento	Sim, porém o prospecto enviado junto à proposta comercial SEI 0023451102 se encontra em Língua Inglesa	Solicito que seja realizada diligência para envio do prospecto em Língua Portuguesa.

	VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC17025:2005	LABORATORIO LTDA					
25	25383 - PIPETA PASTEUR, PLÁSTICO, VOLUME 1 A 3 ML, GRADUADA	EVEN COMERCIAL LTDA	Gene	Sim	Isento	Sim	Aprovado
28	25386 - PONTEIRA AMARELA TIPO GILSON (2 A 200 MICROLITROS) PARA MICROPIPETAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM NO MÁXIMO 1.000 UNIDADES	EVEN COMERCIAL LTDA	Gene	Sim	Isento	Sim	Aprovado
29	27332 - PONTEIRA AZUL TIPO GILSON (200 A 1.000 MICROLITROS) PARA MICROPIPETAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM NO MÁXIMO 1.000 UNIDADES	EVEN COMERCIAL LTDA	Gene	Sim	Isento	Sim	Aprovado
31	911577 - SACO PLASTICO AUTOCLAVAVEL 20 LITROS SACO PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL PARA DESCONTAMINACAO E/OU ESTERILIZACAO DE MATERIAIS FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, FABRICADO CONFORME AS NORMAS ABNT (NBR 9190/ NBR 9191).	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	Sim	Isento	Sim	Aprovado
32	25397 - SUPORTE EM ACRÍLICO PARA MICROPIPETAS MONOCANAL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5 MICROPIPETAS, COM RECIPIENTE RETANGULAR NA PARTE FRONTAL DO	EVEN COMERCIAL LTDA	Gene	Não confere - Conforme proposta comercial SEI 0023451054 o produto apresentado é fabricado em POLIPROPILENO (pág. 2) e possui	Isento	Sim	Proposta reprovada por não atender ao descritivo do Edital.

	SUPORTE PARA USO EM GERAL.			capacidade para 6 micropipetas (pág. 13).			
33	5117 - Tubo Cônico Tipo Falcon 15 ml Tubo cônico tipo Falcon plástico para biologia molecular, confeccionado em polipropileno (PP), fundo cônico, graduado de 15ml, com tampa de rosca, translúcido, estéril, resistente a altas e baixas temperaturas (-70°C até 120°C), autoclavável, utilizado para centrifugação em altas velocidades (10.000 rpm) para reagentes líquidos.	ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	ALFA / ALFA	Sim	Isento	Sim	Aprovado
34	25388 - TUBO CÔNICO PARA URINA, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), FUNDO CÔNICO, GRADUADO DE 15 ML, TRANSLÚCIDO, NÃO ESTÉRIL.	MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	CRALPLAST	Sim	Isento	Sim	Aprovado
35	25389 - TUBO DE ENSAIO DE POLIESTIRENO, RÍGIDO, ALTAMENTE TRANSPARENTE, FUNDO REDONDO, UTILIZADOS PARA SOROLOGIA, CAPACIDADE 5 ML.	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	J.PROLAB	Sim	Isento	Sim	Aprovado
36	25390 - TUBO DE ENSAIO EM VIDRO, SEM TAMPA 12X75MM, CAPACIDADE 5ML.	EVEN COMERCIAL LTDA	longlass	Sim	Isento	Verifica-se na pág. 3 da proposta comercial SEI 0023468115 o link https://ionlab.com.br/produtos/ onde se pode ter acesso ao prospecto do item ofertado.	Solicito que seja realizada diligência para envio do prospecto contendo o produto ofertado para o item 36.
37	16707 - TUBO DE ENSAIO EM VIDRO, SEM TAMPA 15 X 100 MM, CAPACIDADE 10 ML.	EVEN COMERCIAL LTDA	longlass	Sim	Isento	Verifica-se na pág. 3 da proposta comercial SEI 0023468115 o link https://ionlab.com.br/produtos/ onde se pode ter acesso ao prospecto do item ofertado..	Solicito que seja realizada diligência para envio do prospecto contendo o produto ofertado para o item 37.
38	910353 - COLETOR DE URINA 80ML ESTERIL COM ROSCA	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE	J.PROLAB	Sim	80097910001 - Confirmado no Portal da Anvisa	Sim	Aprovado

		PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA					
39	27331 - LAMINULAS DE VIDRO 18 MM X 18 MM PARA MICROSCOPIA, CAIXA COM 100 UNIDADES	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	Sim	Isento	Sim	Aprovado

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 08/11/2024, às 15:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023491178** e o código CRC **4267AB43**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.193021-8

0023491178v10