



## Prefeitura de Joinville

### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

#### PREGÃO ELETRÔNICO nº 428/2021

**Objeto:** Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, aos usuários do Sistema Único de Saúde, acolhidos no Hospital Municipal São José, que necessitem de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade nas especialidades de Cirurgia Neurológica, Cirurgia Bucomaxilofacial e Cirurgia de Traumatismo-Ortopedia.

#### ESCLARECIMENTOS:

**Recebido em 19 de janeiro de 2022 às 16h51min (documento SEI 0011697517).**

**2º Questionamento:** *"Lote I: Item 01: Edital: 16217 - Placa bloqueada distal de clavícula, em titânio, de 3 à 5 furos, nos lados direito e esquerdo. Material à ser ofertado: Placa bloqueada distal de clavícula, em titânio, de 4 à 8 furos, nos lados direito e esquerdo Lote II: Item 05: Edital: 12875 - Placa bloqueada de diáfise clavícula, direita/esquerda, com no mínimo 7 à 9 furos, em titânio Material à ser ofertado: Placa bloqueada de diáfise clavícula, direita/esquerda, com no mínimo 4 à 8 furos, em titânio Lote III, IV e VII: Item 11, 18 e 32: Edital: 16224 - Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 10 à 40mm, rosca parcial Material à ser ofertado: Parafuso cortical auto rosqueante diâmetro 3,5 nos tamanhos de 16 à 38mm, rosca parcial Lote IV: Item 15: Edital: 16228 - Placa bloqueada de úmero proximal longa em titânio, de 10 à 14 furos, nos lados direito e esquerdo Material à ser ofertado: Placa bloqueada de úmero proximal longa em titânio, de 10 à 12 furos, nos lados direito e esquerdo Lote VI: Item 26: Edital: 16230 -Placa bloqueada de Olécrano em aço cirúrgico ou titânio, de 05 à 09 furos, nos lados direito e esquerdo Material à ser ofertado: Placa bloqueada de Olécrano em aço cirúrgico ou titânio, de 02 à 07 furos, nos lados direito e esquerdo Lote VIII: Item 37: Edital: 16170 - Parafuso Cortical 2,7mm , tamanhos de 6 mm a 30mm. Material à ser ofertado: Parafuso Cortical 2,7mm , tamanhos de 10 mm a 55mm. Lote X: Item 44: Edital: 16296 - Placa bloqueada de tibia distal direita e esquerda, de 4,6,8,10 e 12 furos, em aço cirúrgico ou titânio. Material à ser ofertado: Placa bloqueada de tibia distal direita e esquerda, de 4,6,8 e 10 furos, em aço cirúrgico ou titânio Lote X: Item 45: Edital: 16231 - Parafuso cortical auto rosqueante no diâmetro 2,7 mm nos tamanhos de 10 à 60mm Material à ser ofertado: Parafuso cortical auto rosqueante no diâmetro 2,7 mm nos tamanhos de 10 à 55mm".*

**Resposta:** Conforme manifestação da Área de Cadastro da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal da Saúde, secretaria requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0011713298/2022 - SES.UAF.ACM: *"informamos que as opções de fornecimento elencadas pela empresa não trazem prejuízos a assistência prestada aos usuários, sendo possível o aceite destes sem que haja riscos aos pacientes."*

Atenciosamente,

Pregoeiro,

**Portaria nº 001/2022 - SEI nº 0011532106**

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 21/01/2022, às 15:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011718701** e o código CRC **6A874FFC**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.166065-7

0011718701v2