

MEMORANDO SEI Nº 27859671/2025 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 15 de dezembro de 2025.

A

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 424/2025.

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital Municipal São José.

Prezado(a) Senhor(a),

Venho por meio deste, encaminhar a resposta deste setor para o Processo Licitatório SEI nº 25.0.188932-5, com a análise na tabela abaixo:

It e m	Material/Serviço	Unid. Medida	Quan tidad e	Fornecedor	ANVISA	Prospecto ou Ficha Técnica	Necessidade de Amostra	Parecer
2	910683 - PLACA ELETROCIRURGICA PLACA DE RETORNO (PLACA TERRA) DESCARTAVEL, ADULTO, RECOBERTA COM POLIMERO HIDROGEL CONDUTOR QUE ADAPTA-SE TOTALMENTE A REGIÃO DO CORPO ONDE ESTÁ SENDO APLICADA, COM BORDAS ADESIVAS QUE IMPEÇAM A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS NA ZONA DE CONTATO, POSSUIR SISTEMA DE MONITORAÇÃO DA QUALIDADE DE CONTATO QUE IMPEÇA QUEIMADURAS POR FUGA DE CORRENTE (COMPATIVEL COM SISTEMA REM), QUE BLOQUEIA O USO DO BISTURI ELETRICO QUANDO OCORRER QUEDA NO SINAL DE IMPEDANCIA, BIPARTIDA, SEM CABO CONECTOR ELETTRICO. COMPATIVEL COM O CABO/CONECTOR DOS BISTURIS ELETTRICOS WEN, MODELO SS-500; VALLEYLAB MODELO FORCE 2, BIRTCHER MODELO 4400 POWER PLUS.	PC	12.000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Apresentou, na página 02, do documento SEI 27842533	Apresentou, nas páginas 08 a 10, do documento SEI 27842533	Não é necessário, pois já utilizamos esse produto, conforme ARP 13384944	Habilitado para próxima fase
4	47398 - SENSOR ADESIVO HIPOALÉRGICO, CIRCUITO EM POLIÉSTER, COM ELETRODOS COMPOSTOS POR GEL AQUOSO E DISCO EM PLÁSTICO NYLON, ISENTO DE LÁTEX E PVC, RADIOTRANSPIRANTE. DEVE POSSIBILITAR NO MÍNIMO, A MONITORIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS: CURVA DE EEG, ÍNDICE DE PROFUNDIDADE ANESTÉSICA OU ÍNDICE DE SEDAÇÃO, EMG (ELETROMIOGRAFIA FACIAL), ÍNDICE DE ARTEFATOS OU ÍNDICE DE QUALIDADE DE SINAL E SR (RELAÇÃO/FATOR DE SUPRESSÃO). COMPATÍVEL COM O USO SIMULTÂNEO DE EQUIPAMENTO DE ELETROCAUTÉRIO E ULTRASSOM, SEM INTERFERÊNCIA NA	Unidade	360	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	Apresentou, nas páginas 03 e 12, do documento SEI 27842550	Apresentou, nas páginas 89 e 12, do documento SEI 27842550	Não é necessário, pois já utilizamos esse produto, conforme ARP 0020953208	Habilitado para próxima fase

	QUALIDADE DO SINAL OU FUNCIONAMENTO DOS PARÂMETROS MONITORADOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E LACRADO, DEVE POSSUIR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO MS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.						
5	911803 - BOLSA PRESSURIZADORA BOLSA PRESSURIZADORA PARA INFUSÃO DE FLUÍDOS (SORO/SANGUE), ALÇA DE FIXAÇÃO AO SUPORTE, GANCHO PARA SUPORTE DE FRASCOS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO, COM MANÔMETRO ANALÓGICO CONECTADO DIRETAMENTE NO CORPO DO PRESSURIZADOR. COM CAPACIDADE DE PRESSÃO DE NO MÍNIMO 300 MMHG, VISOR EM ACRÍLICO/POLIMETILMETACRILATO E BOMBA DE AR (PERA/BULBO) QUE SE CONECTA AO MANGUITO, PERMITINDO INFLÁ-LO. LIVRE DE LÁTEX, CAPACIDADE DE 1.000 ML, CONFECIONADA COM MATERIAL QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO.	UN	50	VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	Apresentou, na página 02, do documento SEI 27842565	Apresentou, na página 03 a 06, do documento SEI 27842565	É necessário amostra Habilitado para próxima fase
8	912693 - BALAO PARA REINALACAO EM SILICONE 3 LITROS BALAO FABRICADO EM SILICONE PARA REINALACAO UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS ANESTESICOS, TAMANHO 3 LITROS.	UNID	100	VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	Não apresentou	Não apresentou	Não é necessário Solicitamos diligência para apresentação de documentação exigida em Edital.
10	909448 - VACUÔMETRO COMPLETO VACUÔMETRO - ASPIRADOR PARA USO EM REDE DE VÁCUO - CARACTERÍSTICAS: MANÔMETRO COM FAIXA MÍNIMA DE 0 A 30 POL HG; BOTÃO DE CONTROLE NA TAMPA PARA CONTROLE DE ASPIRAÇÃO; FRASCO GRADUADO EM POLICARBONATO DE 400 OU 500 ML; BÓIA DE SEGURANÇA. REGISTRO NA ANVISA. CONEXÃO COMPATÍVEL COM NORMAS ABNT NBR 11906 E 12188 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	PC	500	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Apresentou, na página 03, do documento SEI 27842571	Apresentou, na página 03, do documento SEI 27842571	É necessário amostra Habilitado para próxima fase
11	909474 - VÁLVULA REGULADORA O2 PARA REDE COM MANÔMETRO VÁLVULA REGULADORA DE O2 PARA REDE DE GASES, CORPO CONSTRUÍDO EM LATÃO CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO AJUSTADAS, BOTÃO DE REGULAGEM DA PRESSÃO. REGULAGEM DE FLUXO DE 0 A 11 KGF/CM.	PC	70	IX MEDICAL LTDA	Apresentou, na página 03, do documento SEI 27842579	Não apresentou	Não é necessário Solicitamos diligência para apresentação de prospecto e ficha técnica do produto
14	911211 - TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO DE O2 TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA REDE DE OXIGÊNIO, NIPLE DE SAÍDA CROMADO. ROSCA PADRÃO ABNT.	PC	30	IX MEDICAL LTDA	Apresentou, na página 03, do documento SEI 27842579	Não apresentou	Não é necessário Solicitamos diligência para apresentação de prospecto e ficha técnica do produto
15	913178 - TORNEIRA FLEXA C/VALVULA DE IMPACTO P/REDE DE AR COMPRIMIDO TORNEIRA FLEXA C/VALVULA DE IMPACTO P/REDE DE AR COMPRIMIDO, CORPO EM METAL CROMADO,BOTAO DE REGULAGEM DE FLUXO, NA COR AMARELA CONFORME PADRAO ABNT. SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTO, NIPLE DE SAIDA CROMADO. ROSCA PADRAO ABNT.	PC	50	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Apresentou Isenção de registro, conforme páginas 34 a 38 27842571, porém não deixa claro se o item faz parte da relação.	Não apresentou	Não é necessário Solicitamos diligência para apresentação de prospecto e ficha técnica do produto
16	913179 - TORNEIRA FLEXA C/VALVULA DE IMPACTO P/REDE DE OXIGENIO TORNEIRA FLEXA C/VALVULA DE IMPACTO P/REDE DE OXIGENIO, CORPO EM METAL CROMADO,BOTAO DE REGULAGEM DE FLUXO, NA COR VERDE CONFORME PADRAO ABNT. SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTO, NIPLE DE SAIDA CROMADO. ROSCA PADRAO ABNT.	PC	100	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Apresentado registro ANVISA de outro item (fluxômetro)	Apresentado ficha técnica de outro item (fluxômetro)	Não é necessário Solicitamos diligência para apresentação de registro da ANVISA ou ISENÇÃO e de prospecto e ficha técnica do produto
17	913180 - TORNEIRA FLEXA C/VALVULA DE IMPACTO P/REDE DE VACUO TORNEIRA FLEXA C/VALVULA DE IMPACTO P/REDE DE VACUO, CORPO EM METAL CROMADO,BOTAO DE REGULAGEM DE FLUXO, NA COR CINZA CONFORME PADRAO ABNT. SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTO, NIPLE DE SAIDA CROMADO. ROSCA PADRAO ABNT.	PC	200	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Apresentado registro ANVISA de outro item (fluxômetro)	Apresentado ficha técnica de outro item (fluxômetro)	Não é necessário Solicitamos diligência para apresentação de registro da ANVISA ou ISENÇÃO e de prospecto e ficha técnica do produto

18	909447 - FLUXOMETRO OXIGENIO 15 LTS P/MINUTO NO MINIMO Fluxometro OXIGENIO 15 litros / minuto no minimo, com conexão de rosca, fabricados em latão (polido e cromado) completamente limpos e isento de graxa/oleo e termoplasicos de alta resistencia. Cor para identificação do gás conforme as NBR 12188 e NBR 12176.	PC	200	IX MEDICAL LTDA	Apresentou, na página 04, do documento SEI 27842579	Apresentou, na página 05, do documento SEI 27842579	Não é necessário	Habilitado para próxima fase
19	46200 - CONECTOR Y ADULTO SEM FURO PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO CONECTOR PARA TRAQUEIA, UTILIZADO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO, TAMANHO ADULTO, EM POLÍMERO ATÓXICO FORMATO Y COM DIÂMETROS EXTERNO 22 MM E INTERNO 15 MM A CADA ENTRADA, AUTOCLAVÁVEL A 134ºC.	Unidade	300	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Apresentou, na página 02, do documento SEI 27842606	Apresentou, nas páginas 04 a 09, do documento SEI 27842606	Não é necessário	Habilitado para próxima fase
20	46231 - DRENO COLETOR DE ÁGUA PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO DRENO COLETOR DE ÁGUA PARA USO NA CONEXÃO DE TRAQUEIAS USADAS EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS COM OBJETIVO DE DRENAR A UMIDADE EXISTENTE NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, TAMANHO ADULTO, EM MATERIAL ATÓXICO COM DIÂMETROS DAS CONEXÕES EXTERNO 22 MM E INTERNO 15 MM, AUTOCLAVÁVEL A 134ºC.	Unidade	200	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Apresentou, na página 03, do documento SEI 27842620	Apresentou, na página 05 a 12, do documento SEI 27842620	Não é necessário	Habilitado para próxima fase

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Germano Richartz**, Gerente, em 15/12/2025, às 10:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Aparecida Farias Pezzi**, Servidor(a) Público(a), em 15/12/2025, às 12:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27859671** e o código CRC **4480566C**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.188932-5

27859671v6