



MEMORANDO SEI N° 0023694153/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 27 de novembro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 481/2024.**Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda.

Prezado Senhor,

Em atenção ao MEMORANDO SEI N° 0023690693 - SAP.LCT, encaminho a análise técnica dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 481/2024.

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer
1	918701 - AZUL CRESIL BRILHANTE FRASCO C/ 100ML	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	RENYLAB	Sim	80002670086 - Confirmado no Portal da Anvisa	Sim	Proposta aprovada
3	31053 - LAPIS DERMATOGRÁFICO CERA AZUL ATÓXICA PARA MARCAÇÕES EM QUALQUER SUPERFÍCIE DE PAPEL OU VIDRO (LISA OU ÁSPERA), NÃO SAI NA ÁGUA E EM SOLUÇÕES A BASE DE ÁLCOOL. COMPOSIÇÃO FEITA COM PIGMENTOS E CERA ENVOLTA EM MADEIRA OU EM UMA ESPÉCIE DE PAPEL COM CORDÃO QUE SERVE PARA APONTAR O LÁPIS SEM PRECISAR DE APONTADOR AO SER PUXADO.	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	ESPACIAL	Sim	Isento	A imagem visualizada na pág. 12 da proposta comercial SEI 0023690584, exibe um lápis dermatográfico da marca Mitsubishi, diferente da marca informada na pág. 1 da mesma proposta (Espacial).	Solicito diligência para confirmar com a empresa qual é a marca do produto ofertado.
4	24425 - SANGUE OCULTO - TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA. TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO, EM CASSETE OU TIRA. TESTE PARA DETECÇÃO RÁPIDA DE HEMOGLOBINA HUMANA NAS FEZES SEM A NECESSIDADE DE DIETA. SENSIBILIDADE ANALÍTICA (cut-off) de 50 ng/ml ou inferior. SENSIBILIDADE: maior ou igual a 93%; ESPECIFICIDADE: maior ou igual a 99%. KIT COMPLETO PARA EXECUÇÃO DO TESTE. ARMAZENAMENTO	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	HIGHTOP	Sim	80258020128 - Confirmado no Portal da Anvisa	Sim	Proposta aprovada

EM TEMPERATURA AMBIENTE (+2°C a +30°C). RESULTADO DO TESTE EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 20 A 50 TESTES.

b) Amostras -

Considerando o Edital 0023428101 o qual define que "Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente amostra, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação", as amostras deverão ser apresentadas conforme quantitativos a seguir:

Item	Código	Descritivo resumido	Quantidade de amostras por item
4	24425	SANGUE OCULTO - TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA.	50 (cinquenta) unidades, em embalagem original e lacrada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 27/11/2024, às 13:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023694153** e o código CRC **2F7063B5**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.201574-2

0023694153v13