

MEMORANDO SEI Nº 25966991/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 02 de julho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **071/2025**.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 25957517 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudo BFE-Para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Prospe to, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostr a	Parecer
24	9424 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal	Unidade	MEDSAL US INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA	Betel Medsal us	De acordo	81768860017, registrado ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
	29855 - AVENTAL CIRURGICO									

30	<p>IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA. - Cota Principal</p>	Unidade	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Medix 9422	De acordo	80495510109, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Apresentou	EXIGE	<p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p> <p>Haverá a necessidade de apresentar amostra.</p>
36	<p>42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDÃO-TECIDO DE USO ODONTOMÉDICO-HOSPITALAR, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M²; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE. - Cota Principal</p>	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESCARTEE	De acordo	80441390019, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Apresentou	EXIGE	<p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p> <p>Haverá a necessidade de apresentar amostra.</p>
	<p>909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CM X 23CM COMPRESSA DE CAMPO</p>									<p>A proposta descreve dimensão: cerca de 10 x 9 cm; edital exige 25 cm x 23 cm. A empresa apresentou prospecto/catálogo com diversos itens, sem identificação do</p>

4 9	<p>OPERATORIO 25 CM X 23 CM = CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRACOES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, POSSUIR FIO RADIOPACO, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, NAO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES TOPICOS. PACOTE PLASTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.</p>	PCT	<p>MEDMED COMERCI O DE MATERIA IS HOSPITA LARES LTDA</p>	ERIMAX	<p>Proposta descreve e dimens ão: cerca de 10 x 9 cm; edital exige 25 cm x 23 cm.</p>	<p>806981 39005, registr o ativo para campo operat ório estéril com diverso s tamanh os e quanti dades no pacote (de 1 a 50 unidad es).</p>	-----	<p>Apresen tou prospec to/catál ogo com diversos itens, sem identific ação do item ofertado</p>	EXI GE	<p>modelo ofertado.</p> <p>O registro ANVISA do item está ativo para campo operatório estéril com diversos tamanhos e quantidades no pacote (de 1 a 50 unidades).</p> <p>Para continuidade e da análise, solicitamos que a empresa realize a adequação da proposta, identifique no prospecto/catálogo qual é o item ofertado e confirme o registro ANVISA do produto.</p>
5 3	<p>912414 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT. C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. - Cota Principal</p>	PCT	<p>SOMA/SC PRODUTO S HOSPITA LARES LTDA</p>	<p>AMED HERIKA D05 PREMI UM PCT C/ 10 CAIXA COM 360</p>	De acordo	<p>814819 00001, registr o com medida cautela r - suspens ão: distrib uição, uso recolhi mento, comerc ializaçã o ativa (B01- 1)</p>	-----	Apresen tou	EXI GE	<p>Registro ANVISA do item com medida cautelar, - suspensão: distribuição, uso, recolhimento, comercialização ativa (B01-1).</p> <p>Para finalização da análise solicitamos que a empresa confirme se a medida cautelar vigente é apenas para o lote B01-1.</p>

As demais análises serão enviadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 03/07/2025, às 11:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25966991** e o código CRC **F5D07FA9**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

25966991v14