



## Prefeitura de Joinville

### ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 15 dias de março de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sr. Giovanna Catarina Gossen e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 001/2022**, documento SEI nº 0011532106, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), conforme documento anexo SEI nº 0012245881, do **Pregão Eletrônico nº 117/2022**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Equipamentos de Audiometria para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Joinville**.



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2022, às 16:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2022, às 16:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andreia Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2022, às 16:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012246609** e o código CRC **6F85FBCA**.

---

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

22.0.025183-6

0012246609v2

0012246609v2

## Pregão Eletrônico

453230.1172022 .17904 .4499 .2651445900



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00117/2022 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 04 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 001/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 22.0.025183-6, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00117/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Audiometria para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Joinville.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Cabine acústica p/ audiometria**Descrição Complementar:** Cabine Acústica P/ Audiometria Material: Visor Triplo Vidro , Tipo Fechamento: Porta Com Borracha Vedaçāo, Isolamento Acústico , Dimensões: 2 X 1,7 X 2 M, Características Adicionais: Controles Elétricos Externos, Luz Interna , Revestimento: Revestimento Externo/Interno Madeira Ou Cortiça**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.231,5400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Cadeira clínica**Descrição Complementar:** Cadeira Clínica Aplicação: Otorrinolaringologia , Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana , Acabamento Do Assento: Espuma De Alta Densidade , Tipo De Pés: Com 4 Rodízios , Acionamento: Elétrico/Hidráulico , Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13.840,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 10.585,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

**Item: 3****Descrição:** Audiômetro**Descrição Complementar:** Audiômetro Tipo: 2 Canais Independentes , Faixa De Intensidade: Campo Livre,Via Aérea Até 120db,Via Ossea Até 80db , Tipo De Medição: Testes Supra-Liminares,Audiometria Autom. Bekesy , Acessórios: Fone, Vibrador, Chave, Microfone , Características Adicionais: Alta Frequência Até 20.000db**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 109.311,0500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 61.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

**Item: 4****Descrição:** Impedânciometro**Descrição Complementar:** Impedânciometro Tipo: Portátil , Aplicação: Timpanometria Automática , Uso: Analisador Ouvido Médio, Triagem Reflexos , Tipo Registro: Gráfico, Visor Cristal Líquido , Frequência: 226 E 1000hz , Características Adicionais: Kit Olivas, Filtro E Ferramenta , Pressão: -600 A +400dapa;Complascênci:0,1 A 8ml , Outros Componentes: Conexão C/ Pc E Impressora S/ Fio**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 46.740,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 27.900,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

**Item: 5****Descrição:** Audiômetro

**Descrição Complementar:** Audiômetro Faixa De Intensidade: Campo Livre,Via Aérea Até 120db,Via Óssea Até 80db , Tipo De Medição: Testes Supra-Liminares,Audiometria Autom. Bekesy , Tipo: 2 Canais Independentes , Características Adicionais: Alta Frequência Até 20.000db , Acessórios: Fone, Vibrador, Chave, Microfone

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.750,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Cabine acústica p/ audiometria****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER	Sim	Sim	3	R\$ 12.000,0000	R\$ 36.000,0000	04/03/2022 02:37:52

**Marca:** Medical Company**Fabricante:** Medical Company**Modelo / Versão:** Cabine Acústica P/ Audiometria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabine Acústica P/ Audiometria Material: Visor Triplo Vidro , Tipo Fechamento: Porta Com Borracha Vedação, Isolamento Acústico , Dimensões: 2 X 1,7 X 2 M, Características Adicionais: Controles Elétricos Externos, Luz Interna , Revestimento: Revestimento Externo/Interno Madeira Ou Cortiça

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:30:00:443

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	04/03/2022 08:32:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	04/03/2022 08:40:00	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	04/03/2022 08:50:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	04/03/2022 08:50:18	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta.. Valor encontra-se acima do máximo aceitável no edital..
Encerramento etapa aberta	04/03/2022 09:00:19	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	04/03/2022 09:00:19	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 09:10:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 11:12:20	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/03/2022 11:38:51	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por descumprir o prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. Valor acima do estimado.
Cancelado no julgamento	04/03/2022 11:39:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por descumprir o prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. Valor acima do estimado.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 2 - Cadeira clínica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.925.353/0001-38	SENSEVIEW COMERCIO DE	Sim	Sim	4	R\$ 13.800,0000	R\$ 55.200,0000	03/03/2022 13:01:43

**EQUIPAMENTOS  
MÉDICOS  
LIMITADA**
**Marca:** APRAMED**Fabricante:** APRAMED**Modelo / Versão:** ELITE 3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA OTORRINOLÓGICA Acionamento em botões na lateral da cadeira. Baixo nível de Ruídos. Braços escamoteável total (facilita entrada de pacientes obesos). Encosto cabeça inclina/reclina e sobe/desce. Espuma injetada (melhor acabamento). Estofado com costura. Movimento sobe e desce. Pedal para acionamento. Pedaleira não escamoteável. Pés niveladores. Posição do reclino até 180º. Reclinável automática através de motorredutor embaixo do assento. Sistema de subida e descida em alumínio com motorredutor de velocidade (isento de óleo). Volta a Zero. Tensão de alimentação 127 / 220V Frequência de operação 50 / 60 Hz. Corrente de carga 2A. Consumo de energia 150W. Capacidade máxima de elevação 180Kg.

**Porte da empresa:** ME/EPP

62.413.869/0001-15	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	Sim	Não	4	R\$ 13.820,0000	R\$ 55.280,0000	02/03/2022 15:33:05
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** GIGANTE RECEM NASCIDO**Fabricante:** GIGANTE RECEM NASCIDO**Modelo / Versão:** CE-9000X

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÓDIGO 22445 – CADEIRA OTORRINOLÓGICA CADEIRA PARA EXAMES GRN MODELO EXPRESSION CE-9000-X Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido \* Equipamento fabricado para uso profissional em Oftalmologia e Otorrinolaringologia, desenvolvido sob rigorosas normas de fabricação. \* Estrutura em aço carbono, com tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta de alta resistência. \* Acabamento em plástico de engenharia, com design inovador e moderno. \* Sistema de elevação do assento e encosto do tórax totalmente elétricos e simultâneos, através de teclados de simples toque. \* Teclado de comandos no encosto do tórax em ambos os lados – esquerdo e direito com os movimentos: sobe/desce o encosto, sobe/desce o assento, volta a zero e posição de trabalho. \* Posição tipo maca – 180º \* Braços anatômicos, escamoteáveis e com movimento simultâneo ao do encosto, sendo que os braços mantêm o mesmo alinhamento do assento. \* Encosto de cabeça articulável com regulagem de altura permitindo o atendimento às crianças, facilidade e conforto para o médico e paciente. \* Apoio para os pés articulável \* Estofamento com espuma injetada de auto-extinguível de alto impacto e revestimento atóxico na cor desejada. \* Conector para acoplamento/ligação do pedal de acionamento ou coluna oftalmológica \* Botão de Parada de Emergência. \* Base com pés reguláveis para ajuste ao chão. \* Acessório incluso: Sistema de giro em até 360º. Especificações Elétricas: Tensão de alimentação: 110-130V~ /220-230V~ Reversão automática de Tensão Frequência: 50/60 Hz Fusível: 5A (110-130V~) ou 2,5A (220-230V~) Chave geral luminosa para indicação de equipamento ligado Registro ANVISA nº. 10228740034 Validade da Proposta: 60 dias Procedencia: Nacional Garantia: 12 meses. Demais condições conforme Edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 13.840,0000	R\$ 55.360,0000	03/03/2022 17:54:20
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** "CADEIRA PARA EXAMES**Fabricante:** "CADEIRA PARA EXAMES – MODELO EXPRESSION CE-9000-X**Modelo / Versão:** "CADEIRA PARA EXAMES – MODELO EXPRESSION CE-9000-X

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA OTORRINOLÓGICA ACIONAMENTO PORCOMANDOS NO ENCOSTODO TÓRAX. APOIO DOSBRAÇOSESCAMOTEÁVEIS(DIREITA E ESQUERDA).BASE COM PÉSREGULÁVEIS PARAAJUSTE AO CHÃO.CONSTRUÍDA EM AÇO,PINTADA COM TINTAEPÓXI. CADEIRAGIRATÓRIA ATÉ 360°.ENCOSTO DE CABEÇAESCAMOTEÁVEL.ESPUMA INJETADA,ESTOFADO EM COURVIM.MOVIMENTO DOENCOSTO E PENEIRAEELÉTRICO. SIMULTÂNEA,ATINGINDO POSIÇÃOFINAL TIPO MACA 180º.

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER	Sim	Sim	4	R\$ 19.000,0000	R\$ 76.000,0000	04/03/2022 02:37:52
--------------------	---------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** GIGANTE/ Xenônio.**Fabricante:** GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS / Xenônio.**Modelo / Versão:** Cadeira Clínica Aplicação: Otorrinolaringologia

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Clínica Aplicação: Otorrinolaringologia , Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana , Acabamento Do Assento: Espuma De Alta Densidade , Tipo De Pés: Com 4 Rodízios , Acionamento: Elétrico/Hidráulico , Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.000,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:30:00:443
R\$ 13.840,0000	05.286.960/0001-83	04/03/2022 08:30:00:443
R\$ 13.820,0000	62.413.869/0001-15	04/03/2022 08:30:00:443
R\$ 13.800,0000	39.925.353/0001-38	04/03/2022 08:30:00:443
R\$ 13.090,0000	62.413.869/0001-15	04/03/2022 08:41:02:297
R\$ 12.959,1000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:49:02:547
R\$ 12.290,0000	62.413.869/0001-15	04/03/2022 08:49:33:880
R\$ 12.167,1000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:50:34:110
R\$ 11.500,0000	62.413.869/0001-15	04/03/2022 08:50:48:917
R\$ 11.385,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:51:49:190
R\$ 10.800,0000	62.413.869/0001-15	04/03/2022 08:52:25:093
R\$ 10.692,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:53:25:700
R\$ 10.585,0000	62.413.869/0001-15	04/03/2022 08:55:23:447

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	04/03/2022 08:32:41	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	04/03/2022 08:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	04/03/2022 08:57:24	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	04/03/2022 08:57:24	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 09:11:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 11:12:27	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/03/2022 11:41:47	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 10.479,1500. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por descumprir o prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 13:34:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 14:04:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Aceite de proposta	15/03/2022 15:04:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 10.585,0000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 15:07:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 3 - Audiômetro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.035.382/0001-51	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	Não	Não	3	R\$ 109.000,0000	R\$ 327.000,0000	03/03/2022 20:02:05

**Marca:** Interacoustics

**Fabricante:** Interacoustics

**Modelo / Versão:** Affinity Compact Version 4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANVISA: 10356029012 - VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS - GARANTIA - 12 (DOZE) MESES - DESCRIÇÃO: - EQUIPAMENTO DO RAMO DE AUDIOLOGIA, PORTÁTIL. INCLUI AUDIÔMETRO DE 2 CANAIS, INDEPENDENTES, FORNECENDO TODOS OS RECURSOS DE VIA AÉREA, ÓSSEA E DE MASCARAMENTO NECESSÁRIOS PARA DIAGNÓSTICO BÁSICO OU AVANÇADO E USO CLÍNICO E, ANALISADOR DE DESEMPENHO DE PRÓTESE AUDITIVA (MEDIDAS COM MICROFONE SONDA E/O GANHO DE INSERÇÃO E/O MENSURAÇÃO IN SITU), COM 4 CANAIS, QUE MENSURA O DESEMPENHO DE PRÓTESES AUDITIVAS DE DIFERENTES TIPOS. O MÓDULO AUDIÔMETRO DEVE CONTER CONFIGURAÇÕES DE TESTE, IMPRESSÕES E MODELOS DE RELATÓRIO PERSONALIZÁVEIS; FERRAMENTAS DE ACONSELHAMENTO VISUAL E AUDITIVO (BANANA DA FALA E SIMULADOR DE PERDA DE AUDIÇÃO); LISTAS DE PALAVRAS DIGITALIZADAS A PARTIR DO DISCO RÍGIDO DO PC PARA REALIZAÇÃO DE LOGOAUDIOMETRIA; PERMITIR A SOBREPOSIÇÃO PARA COMPARAÇÃO HISTÓRICA DOS AUDIOGRAMAS E, REALIZAR A AUDIOMETRIA DE ALTA FREQUÊNCIA (ATÉ 20.000 Hz). O ANALISADOR UTILIZADO PARA MEDIR O NÍVEL DE PRESSÃO DO SOM PERTO DA MEMBRANA DO TIMPANO DO CLIENTE, BEM COMO NO EXTERIOR DO OUVIDO, PERTO DO PAVILHÃO AURICULAR, SIMULTANEAMENTE NOS DOIS OUVIDOS. A MENSURAÇÃO IN SITU É UMA FERRAMENTA DE VERIFICAÇÃO ESSENCIAL PARA ASSEGURAR ADAPTAÇÕES PRECISAS DOS APARELHOS AUDITIVOS. OS PROTOCOLOS DE TESTE DEVEM SER BASEADOS NOS PADRÕES ANSI, PODENDO SER ADICIONADOS TESTES CONFORME NECESSIDADE, INCLUINDO MAPEAMENTO VISÍVEL DE FALA E VERIFICAÇÃO DE ZUMBIDO. A FERRAMENTA DE MAPEAMENTO DE FALA, COM ANÁLISE PERCENTIL, PERMITE REALIZAR MEDIÇÕES DO MICROFONE SONDA PARA DEMONSTRAR QUE OS SONS DA FALA QUE SÃO AMPLIFICADOS PELO APARELHO AUDITIVO SÃO AUDÍVEIS E APRESENTADOS NO INTERVALO DE AUDIÇÃO RESTANTE DO CLIENTE. O EQUIPAMENTO DEVE INCLUIR: TESTES AVANÇADOS E ACONSELHAMENTO. MISTURA E COMBINA AUDIOMETRIA, REM, RECD, VSP E HIT. REALIZE A ANÁLISE DE GANHO E SAÍDA MÁXIMA NAS REGRAS PRESCRITÍVEIS NAL-NL2 E DSLV5; CONTER RECURSOS PARA ANÁLISES DE PRÓTESES AUDITIVAS DE ADAPTAÇÃO ABERTA; CONTER TESTES DE DIRECIONALIDADE DE MICROFONES; OPÇÃO DE BASE DO ACOPLADOR PARA VERIFICAÇÃO VIA ACOPLADOR;

COMPATÍVEL COM AUTOFIT, REMFIT E EXPRESSFIT COMPATÍVEL COM NOAH/OTOACCESS™ (SISTEMAS E INTERFACES UTILIZADAS ROTINEIRAMENTE PARA AJUSTAR PRÓTESES AUDITIVAS). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR CABO USB. CALIBRAÇÃO DAS SONAS CONTROLADAS REMOTAMENTE. NA ANÁLISE DE PRÓTESES AUDITIVAS DEVE AVALIAR A FAIXA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 125 A 10.000 Hz. DEVE CONTER VARIADOS ESTÍMULOS: TOM WARBLE, TOM PUTO, RUIÓ, ICRA E ESTÍMULOS DE FALA VARIADOS, EM DIFERENTES IDIOMAS (ISTS E FALA AO VIVO). DEVE CONTER PROTOCOLOS DE TESTE PRÉ-PROGRAMADOS, QUE POSSIBILITAM MENSURAÇÕES SEQUENCIAIS DINÂMICAS, COM ANÁLISES PERCENTUAIS E VARIAÇÕES DE COMPRESSÃO. DEVE FORNECER DADOS EM CADA FAIXA DE FREQUÊNCIA PESQUISADA, COM DIFERENTES NÍVEIS DE ENTRADA DE SOM (INTENSIDADES VARIADAS). DEVE CONTER CONJUNTO DE SONDAS INTEGRADO AOS TRANSDUTORES RECD E SONDAS ADICIONAIS COM CABOS LONGOS PARA AVALIAÇÃO PEDIÁTRICA; DEVE REALIZAR MEDIDAS BINAURAIS SIMULTÂNEAS. DEVE CONTER SOLUÇÕES INTEGRADAS AO SOFTWARE, COMO VÍDEOS INSTRUTIVOS E MANUAIS. TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA O COMPUTADOR ATRAVÉS DE CABO UBS OU BLUETOOTH. DEVE FUNCIONAR NO INTERVALO DE ESPETRO DE 2,400 GHZ-2,4835GHZ. DEVE INCLUIR SOFTWARE DE TESTE.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

92.981.752/0001-07	VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	Não	Não	3	R\$ 109.300,0000	R\$ 327.900,0000	23/02/2022 11:28:10
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** Interacoustics

**Fabricante:** Interacoustics

**Modelo / Versão:** Callisto AUD+HF+REM+HIT+VSP.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GANHO DE INSERÇÃO EQUIPAMENTO DO RAMO DE AUDIOLOGIA, PORTÁTIL, INCLUI AUDIÔMETRO DE 2 CANAIS, INDEPENDENTES, FORNECENDO TODOS OS RECURSOS DE VIA AÉREA, ÓSSEA E DE MASCARAMENTO NECESSÁRIOS PARA DIAGNÓSTICO BÁSICO OU AVANÇADO E USO CLÍNICO E, ANALISADOR DE DESEMPENHO DE PRÓTESE AUDITIVA (MEDIDAS COM MICROFONE SONDA E/OU GANHO DE INSERÇÃO E/OU MENSURAÇÃO IN SITU), COM 4 CANAIS, QUE MENSURA O DESEMPENHO DE PRÓTESES AUDITIVAS DE DIFERENTES TIPOS. O MÓDULO AUDIÔMETRO DEVE CONTER CONFIGURAÇÕES DE TESTE, IMPRESSÕES E MODELOS DE RELATÓRIO PERSONALIZÁVEIS; FERRAMENTAS DE ACONSELHAMENTO VISUAL E AUDITIVO (BANANA DA FALA E SIMULADOR DE PERDA DE AUDIÇÃO); LISTAS DE PALAVRAS DIGITALIZADAS A PARTIR DO DISCO RÍGIDO DO PC PARA REALIZAÇÃO DE LOGOAU迪METRIA; PERMITIR A SOBREPOSIÇÃO PARA COMPARAÇÃO HISTÓRICA DOS AUDIOGRAMAS E, REALIZAR A AUDIOMETRIA DE ALTA FREQUÊNCIA (ATÉ 20.000 Hz). O ANALISADOR UTILIZADO PARA MEDIR O NÍVEL DE PRESSÃO DO SOM PERTO DA MEMBRANA DO TÍMPANO DO CLIENTE, BEM COMO NO EXTERIOR DO OUVIDO, PERTO DO PAVILHÃO AURICULAR, SIMULTANEAMENTE NOS DOIS OUVIDOS. A MENSURAÇÃO IN SITU É UMA FERRAMENTA DE VERIFICAÇÃO ESSENCIAL PARA ASSEGURAR ADAPTAÇÕES PRECISAS DOS APARELHOS AUDITIVOS. OS PROTOCOLOS DE TESTE DEVEM SER BASEADOS NOS PADRÓES ANSI, PODENDO SER ADICIONADOS TESTES CONFORME NECESSIDADE, INCLUINDO MAPEAMENTO VISÍVEL DE FALA E VERIFICAÇÃO DE ZUMBO. A FERRAMENTA DE MAPEAMENTO DE FALA, COM ANÁLISE PERCENTIL, PERMITE REALIZAR MEDIÇÕES DO MICROFONE SONDA PARA DEMONSTRAR QUE OS SONS DA FALA QUE SÃO AMPLIFICADOS PELO APARELHO AUDITIVO SÃO AUDÍVEIS E APRESENTADOS NO INTERVALO DE AUDIÇÃO RESTANTE DO CLIENTE. O EQUIPAMENTO DEVE INCLUIR: TESTES AVANÇADOS E ACONSELHAMENTO. MISTURA E COMBINA AUDIOMETRIA, REM, RECD, VSP E HIT. REALIZE A ANÁLISE DE GANHO E SAÍDA MÁXIMA NAS REGRAS PRESCRITÍVEIS NAL-NL2 E DSLV5; CONTER RECURSOS PARA ANÁLISES DE PRÓTESES AUDITIVAS DE ADAPTAÇÃO ABERTA; CONTER TESTES DE DIRECIONALIDADE DE MICROFONES; OPÇÃO DE BASE DO ACOPLADOR PARA VERIFICAÇÃO VIA ACOPLADOR; COMPATÍVEL COM AUTOFIT, REMFIT E EXPRESSFIT COMPATÍVEL COM NOAH/OTOACCESS™ (SISTEMAS E INTERFACES UTILIZADAS ROTINEIRAMENTE PARA AJUSTAR PRÓTESES AUDITIVAS). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR CABO USB. CALIBRAÇÃO DAS SONAS CONTROLADAS REMOTAMENTE. NA ANÁLISE DE PRÓTESES AUDITIVAS DEVE AVALIAR A FAIXA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 125 A 10.000 Hz. DEVE CONTER VARIADOS ESTÍMULOS: TOM WARBLE, TOM PUTO, RUIÓ, ICRA E ESTÍMULOS DE FALA VARIADOS, EM DIFERENTES IDIOMAS (ISTS E FALA AO VIVO). DEVE CONTER PROTOCOLOS DE TESTE PRÉ-PROGRAMADOS, QUE POSSIBILITAM MENSURAÇÕES SEQUENCIAIS DINÂMICAS, COM ANÁLISES PERCENTUAIS E VARIAÇÕES DE COMPRESSÃO. DEVE FORNECER DADOS EM CADA FAIXA DE FREQUÊNCIA PESQUISADA, COM DIFERENTES NÍVEIS DE ENTRADA DE SOM (INTENSIDADES VARIADAS). DEVE CONTER CONJUNTO DE SONDAS INTEGRADO AOS TRANSDUTORES RECD E SONDAS ADICIONAIS COM CABOS LONGOS PARA AVALIAÇÃO PEDIÁTRICA; DEVE REALIZAR MEDIDAS BINAURAIS SIMULTÂNEAS. DEVE CONTER SOLUÇÕES INTEGRADAS AO SOFTWARE, COMO VÍDEOS INSTRUTIVOS E MANUAIS. TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA O COMPUTADOR ATRAVÉS DE CABO UBS OU BLUETOOTH. DEVE FUNCIONAR NO INTERVALO DE ESPETRO DE 2,400 GHZ-2,4835GHZ. DEVE INCLUIR SOFTWARE DE TESTE. Modelo: Callisto AUD+HF+REM+HIT+VSP.

Marca e fabricante: Interacoustics. Procedência: Dinamarca. Reg. ANVISA: 10356029018.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER	Sim	Sim	3	R\$ 130.000,0000	R\$ 390.000,0000	04/03/2022 02:37:52
--------------------	------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** Medical Company /AUD

**Fabricante:** Medical Company /AUDITON

**Modelo / Versão:** Audiômetro

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Audiômetro Tipo: 2 Canais Independentes , Faixa De Intensidade: Campo Livre,Via Aérea Até 120db,Via Óssea Até 80db , Tipo De Medição: Testes Supra-Liminares,Audiometria Autom. Bekesy , Acessórios: Fone, Vibrador, Chave, Microfone , Características Adicionais: Alta Frequência Até 20.000db

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 130.000,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:30:00:443
R\$ 109.300,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:30:00:443
R\$ 109.000,0000	01.035.382/0001-51	04/03/2022 08:30:00:443
R\$ 103.500,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:41:08:083
R\$ 102.000,0000	01.035.382/0001-51	04/03/2022 08:48:04:083
R\$ 96.850,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:48:27:003
R\$ 95.881,5000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:49:27:240

R\$ 91.000,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:50:11:860
R\$ 90.090,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:51:11:863
R\$ 85.500,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:51:35:063
R\$ 84.645,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:52:42:293
R\$ 80.400,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:52:57:500
R\$ 79.596,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:53:57:697
R\$ 75.600,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:54:23:083
R\$ 74.844,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:55:23:077
R\$ 71.050,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:55:45:667
R\$ 70.339,5000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:56:45:493
R\$ 68.500,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:58:13:320
R\$ 67.815,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:58:13:483
R\$ 64.000,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:58:49:893
R\$ 63.360,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:59:49:647
R\$ 62.700,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 09:00:42:323
R\$ 62.073,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 09:01:42:390
R\$ 61.000,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 09:03:42:020
R\$ 60.390,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 09:03:42:133

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	04/03/2022 08:32:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	04/03/2022 08:40:02	Item aberto para lances.
Encerramento	04/03/2022 09:05:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/03/2022 09:05:43	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 09:11:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 11:12:38	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/03/2022 11:42:04	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 60.390,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por descumprir o prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 13:34:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 14:04:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07.
Aceite de proposta	15/03/2022 15:04:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 61.000,0000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 15:07:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA - CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - Impedânciometro

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.035.382/0001-51	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	Não	Não	3	R\$ 46.700,0000	R\$ 140.100,0000	03/03/2022 20:02:05

**Marca:** Interacoustics

**Fabricante:** Interacoustics**Modelo / Versão:** AT235H

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANVISA: 10356020061 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS - GARANTIA 12 (DOZE) MESES - DESCRIÇÃO: ANALISADOR DE ORELHA MÉDIA AUTOMÁTICO E MANUAL. DEVE CONTER OS SEGUINTE BATERIAS DE TESTE: TIMPANOMETRIA. PESQUISA DE REFLEXO ACÚSTICO IPSILATERAL. PESQUISA DE REFLEXO ACÚSTICO CONTRALATERAL. PESQUISA DE REFLEXO DECADÊNCIA. TESTE DA FUNÇÃO TUBÁRIA. AUDIOMETRIA VIA AÉREA. SONDA COM FREQUÊNCIA DE 226HZ, 678 HZ, 800 HZ E 1000 HZ PARA TIMPANOMETRIA. MEMÓRIA INTERNA PARA OS 2 OUVIDOS. 6 GRAVAÇÕES PARA ESTÍMULO IPSI E 6 PARA CONTRALATERAL PARA CADA ORELHA. POSSÍVEL SE CONECTAR COM COMPUTADOR VIA USB. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. CAIXA COM OLIVAS ACOMPANHANDO. IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA. PRESSÃO DE AR COM CONTROLE AUTOMÁTICO. ALCANCE PADRÃO 200 PARA 400 DAPA (MAX.300 PARA 600DAPA). LIMITAÇÃO DE SEGURANÇA é 800 DAPA E 600 DAPA. COMPLIANCIA DE 0,1 é 6,0ML. BOMBA DE PRESSÃO DO AR AUTOMÁTICA. AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO DA TUBA AUDITIVA COMPATÍVEL COM TÍMPANO INTACTO OU PERFURADO. INTENSIDADE DOS ESTÍMULOS ATÉ: 110 DB HL PARA IPSILATERAL E 120 DBNA PARA CONTRALATERAL. FREQUÊNCIA AVALIADAS IPSI: 250, 500 1, 2, 3 E 4K, WB, HP, RUÍDO LP FREQUÊNCIA AVALIADAS CONTRALATERAL: 125 A 8 KHZ, WB, LP, HP RUÍDO. AUDIOMETRIA: - 10 A 120 DBNA INTENSIDADE E 125HZ A 8 KHZ FREQUÊNCIA. ATENUADOR: 1 DB OU 5DB.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

92.981.752/0001-07 VITASON'S  
CENTRO DE  
APOIO  
AUDITIVO  
LTDA

Não

Não

3

R\$ 46.740,0000

R\$ 140.220,0000

23/02/2022

11:28:10

**Marca:** Interacoustics**Fabricante:** Interacoustics**Modelo / Versão:** AT235H

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** IMITANCIÔMETRO ANALISADOR DE ORELHA MÉDIA AUTOMÁTICO E MANUAL. DEVE CONTER OS SEGUINTE BATERIAS DE TESTE: TIMPANOMETRIA. PESQUISA DE REFLEXO ACÚSTICO IPSILATERAL. PESQUISA DE REFLEXO ACÚSTICO CONTRALATERAL. PESQUISA DE REFLEXO DECADÊNCIA. TESTE DA FUNÇÃO TUBÁRIA. AUDIOMETRIA VIA AÉREA. SONDA COM FREQUÊNCIA DE 226HZ, 678 HZ, 800 HZ E 1000 HZ PARA TIMPANOMETRIA. MEMÓRIA INTERNA PARA OS 2 OUVIDOS. 6 GRAVAÇÕES PARA ESTÍMULO IPSI E 6 PARA CONTRALATERAL PARA CADA ORELHA. POSSÍVEL SE CONECTAR COM COMPUTADOR VIA USB. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. CAIXA COM OLIVAS ACOMPANHANDO. IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA. PRESSÃO DE AR COM CONTROLE AUTOMÁTICO. ALCANCE PADRÃO 200 PARA 400 DAPA (MAX.300 PARA 600DAPA). LIMITAÇÃO DE SEGURANÇA é 800 DAPA E 600 DAPA. COMPLIANCIA DE 0,1 é 6,0ML. BOMBA DE PRESSÃO DO AR AUTOMÁTICA. AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO DA TUBA AUDITIVA COMPATÍVEL COM TÍMPANO INTACTO OU PERFURADO. INTENSIDADE DOS ESTÍMULOS ATÉ: 110 DB HL PARA IPSILATERAL E 120 DBNA PARA CONTRALATERAL. FREQUÊNCIA AVALIADAS IPSI: 250, 500 1, 2, 3 E 4K, WB, HP, RUÍDO LP FREQUÊNCIA AVALIADAS CONTRALATERAL: 125 A 8 KHZ, WB, LP, HP RUÍDO. AUDIOMETRIA: -10 A 120 DBNA INTENSIDADE E 125HZ A 8 KHZ FREQUÊNCIA. ATENUADOR: 1 DB OU 5DB. Modelo: AT235H. Marca e fabricante: Interacoustics. Procedência: Dinamarca. Reg. ANVISA: 10356020061.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

26.483.526/0001-63 DIEGO  
LANGUER

Sim

Sim

3

R\$ 55.000,0000

R\$ 165.000,0000

04/03/2022

02:46:32

**Marca:** Medical Company /AUD**Fabricante:** Medical Company /AUDITON**Modelo / Versão:** IMITANCIÔMETRO Analisador de Orelha Média automáti

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** IMITANCIÔMETRO Analisador de Orelha Média automático e manual, Deve conter os seguintes baterias de teste: Timpanometria. Pesquisa de reflexo acústico. Pesquisa de reflexo acústico contralateral. Pesquisa de reflexo decadênci. Teste da função tubária. Audiometria via aérea. Sonda com freqüência de 226Hz, 678, Hz, 800 Hz e 1000 Hz para timpanometria.

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 55.000,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:30:00:443
R\$ 46.740,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:30:00:443
R\$ 46.700,0000	01.035.382/0001-51	04/03/2022 08:30:00:443
R\$ 44.350,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:41:37:150
R\$ 46.000,0000	01.035.382/0001-51	04/03/2022 08:48:29:607
R\$ 43.500,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:48:58:633
R\$ 43.000,0000	01.035.382/0001-51	04/03/2022 08:49:20:527
R\$ 40.800,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:49:50:390
R\$ 39.500,0000	01.035.382/0001-51	04/03/2022 08:50:39:103
R\$ 37.500,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:51:18:600
R\$ 37.125,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:52:18:310
R\$ 35.260,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:52:45:717
R\$ 34.907,4000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:53:46:593
R\$ 33.150,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:54:05:637
R\$ 32.818,5000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:55:05:833
R\$ 31.150,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:55:28:347
R\$ 30.838,5000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:56:28:280
R\$ 30.500,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:56:54:987
R\$ 29.200,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:57:42:093
R\$ 28.908,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:58:42:403

R\$ 28.500,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:59:37:247
R\$ 28.215,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 09:00:37:333
R\$ 27.900,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 09:01:48:263
R\$ 27.621,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 09:01:48:493

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	04/03/2022 08:33:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	04/03/2022 08:40:02	Item aberto para lances.
Encerramento	04/03/2022 09:03:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/03/2022 09:03:49	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 09:11:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 11:12:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/03/2022 11:42:18	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 27.621,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por descumprir o prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 13:34:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITASON 'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 14:06:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITASON 'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07.
Aceite de proposta	15/03/2022 15:05:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITASON 'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 27.900,0000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 15:07:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITASON 'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA - CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - Audiômetro

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.981.752/0001-07	VITASON 'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	Não	Não	3	R\$ 8.400,0000	R\$ 25.200,0000	23/02/2022 11:28:10

**Marca:** Audiotecno

**Fabricante:** Audiotecno

**Modelo / Versão:** FFA50

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA DE CAMPO LIVRE O SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE, É UM EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDIOMÉTRICOS COM CAIXAS ACÚSTICAS GERALMENTE UTILIZADAS PARA CRIANÇAS QUE NÃO ACEITAM FONES, PARA TESTES DE GANHO FUNCIONAL DE APARELHOS AUDITIVOS E TESTE DE FAIXA DE FALA (TESTE DE FALA) INDICADO PARA VÁRIOS MODELOS DE AUDIÔMETROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO MÓDULO AMPLIFICADOR (ESTÉREO): SISTEMA DE CAMPO LIVRE PARA AUDIÔMETROS COM SAÍDAS PARA CAMPO LIVRE FF1/FF2 (DUAS SAÍDAS). POTÊNCIA DE SAÍDA DE 50 WATTS RMS (60 WATTS IHF - INSTITUTE OF HIGH FIDELITY - ALTA FIDELIDADE). FAIXA DE RESPOSTA - 10HZ A 15.000HZ. PROTEÇÃO CONTRA CURTO INTERNA. FUNCIONAMENTO EM 110 OU 220 VOLTS, AC 60HZ, 2 CANAIS INDEPENDENTES (ESTÉREO), 2 CANAIS DE AMPLIFICAÇÃO. POTÊNCIA DE CONSUMO MÁXIMO: 60 VA. POTÊNCIA DE SAÍDA POR CANAL: 50WATTS RMS. DEVE SER FORNECIDO DA SEGUINTE FORMA: COM DUAS CAIXAS COM ALTO FALANTE DE ALTA QUALIDADE DE 50WATTS RMS CADA E COM TODOS OS CONECTORES E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. INTENSIDADE DE TRABALHO: DE 20 A 120 DB NPS/110 DB NA. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MEDIDAS DO AMPLIFICADOR: 20CM DE LARGURA X 14CM DE PROFUNDIDADE X 6,5CM DE ALTURA. MEDIDAS CAIXAS ACÚSTICAS: 25CM DE LARGURA X 14CM PROFUNDIDADE X 24CM DE ALTURA. PESO LÍQUIDO: 5,4KG (AMPLIFICADOR E CAIXAS SEM PEEP SHOW) BOMBA DE PRESSÃO DO AR AUTOMÁTICA. INCLUSO PEEP SHOW, REFORÇO VISUAL. DUAS (2) CAIXAS COM ALTO-FALANTES E BONECOS (ACOPLADOS A CAIXA) CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA PEEP SHOW: (BONECOS ACOPLADOS A CAIXA). BASEADO NA TÉCNICA DE SUZUKI E OGIBA (1961). Modelo: FFA50. Marca e fabricante: Audiotecno. Procedência: Brasil. Reg. ANVISA:

Isento.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

26.483.526/0001-63 DIEGO LANGUER Sim Sim 3 R\$ 20.000,0000 R\$ 60.000,0000 04/03/2022 02:40:49

**Marca:** Medical Company /AUD**Fabricante:** Medical Company /AUDITON**Modelo / Versão:** SISTEMA DE CAMPO LIVRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA DE CAMPO Faixa De Intensidade: Campo Livre,Via Aérea Até 120db,Via Óssea Até 80db , Tipo De Medição: Testes Supra-Liminares,Audiometria Autom. Bekesy , Tipo: 2 Canais Independentes , Características Adicionais: Alta Frequência Até 20.000db , Acessórios: Fone, Vibrador, Chave, Microfone

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:30:00:443
R\$ 8.400,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:30:00:443
R\$ 8.316,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:49:03:547
R\$ 7.850,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:49:29:967
R\$ 7.771,5000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:50:30:217
R\$ 7.380,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:50:55:247
R\$ 7.306,2000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:51:55:570
R\$ 6.900,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:52:12:367
R\$ 6.831,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:53:12:613
R\$ 6.480,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:53:35:907
R\$ 6.415,2000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:54:35:967
R\$ 6.090,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:54:56:940
R\$ 6.029,1000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:55:57:243
R\$ 5.700,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:56:13:927
R\$ 5.643,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:57:13:550
R\$ 5.000,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:58:28:693
R\$ 4.950,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:58:28:813
R\$ 4.900,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 08:59:53:120
R\$ 4.851,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 08:59:53:240
R\$ 4.800,0000	92.981.752/0001-07	04/03/2022 09:01:28:640
R\$ 4.752,0000	26.483.526/0001-63	04/03/2022 09:01:28:767

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	04/03/2022 08:33:35	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	04/03/2022 08:40:03	Item aberto para lances.
Encerramento	04/03/2022 09:03:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/03/2022 09:03:29	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 09:11:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 11:13:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/03/2022 11:42:51	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 4.752,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por descumprir o prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. Valor acima do estimado.
Recusa de proposta	04/03/2022 13:56:46	Recusa da proposta. Fornecedor: VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 4.800,0000. Motivo: A empresa foi desclassificada, conforme item 11.9, alínea "e" do Edital. Valor acima do estimado.
Cancelado no julgamento	04/03/2022 13:59:06	Item cancelado no julgamento. Motivo: A proposta das empresas foram desclassificadas (subitem 8.2 e 11.9, alínea "e" do Edital) Valores acima do estimado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	04/03/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	04/03/2022 08:30:55	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública. Iniciamos a etapa competitiva do PE 117/2022.
Pregoeiro	04/03/2022 08:31:01	Realizaremos breve análise de admissibilidade das propostas. Conforme os itens forem analisados, serão liberados para a disputa. Permaneçam atentos.
Sistema	04/03/2022 08:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2022 08:40:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2022 08:40:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2022 08:40:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2022 08:40:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2022 08:40:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/03/2022 08:40:09	Declaro aberta a fase de lances.
Pregoeiro	04/03/2022 08:40:24	Lances iniciados, podem melhorar suas propostas?
Pregoeiro	04/03/2022 08:40:41	Senhores, façam seus lances com segurança.
Pregoeiro	04/03/2022 08:41:07	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante em Edital para os itens. Aguardo lances.
Pregoeiro	04/03/2022 08:42:39	As propostas apresentadas para os itens 01 e 05 encontram-se acima do estimado máximo constante em Edital. Aguardo lances.
Pregoeiro	04/03/2022 08:42:51	Conforme item 7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lances, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	04/03/2022 08:50:01	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	04/03/2022 08:50:18	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Valor encontra-se acima do máximo aceitável no edital.. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/03/2022 08:50:48	As propostas apresentadas para os itens 01 e 05 encontram-se acima do estimado máximo constante em Edital. Aguardo lances.
Pregoeiro	04/03/2022 08:51:06	Conforme item 7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lances, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	04/03/2022 08:57:24	O item 2 está encerrado.
Sistema	04/03/2022 09:00:19	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	04/03/2022 09:02:31	A proposta apresentada para o item 05 continua acima do estimado máximo constante em Edital. Aguardo lances.
Pregoeiro	04/03/2022 09:02:36	Conforme item 7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lances, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	04/03/2022 09:03:29	O item 5 está encerrado.
Sistema	04/03/2022 09:03:49	O item 4 está encerrado.
Sistema	04/03/2022 09:05:43	O item 3 está encerrado.
Sistema	04/03/2022 09:05:47	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	04/03/2022 09:08:34	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	04/03/2022 09:08:50	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser

elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Pregoeiro	04/03/2022 09:09:05	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	04/03/2022 09:09:26	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	04/03/2022 09:09:32	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descriptivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	04/03/2022 09:10:49	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	04/03/2022 09:11:02	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	04/03/2022 09:11:12	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	04/03/2022 09:11:28	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	04/03/2022 09:11:43	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	04/03/2022 09:15:13	Para DIEGO LANGUER - As propostas apresentadas para os itens 01 e 05 encontram-se acima do estimado máximo constante em Edital. Convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	04/03/2022 09:15:23	Para DIEGO LANGUER - Somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	04/03/2022 11:12:20	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	04/03/2022 11:12:27	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	04/03/2022 11:12:38	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, o prazo para envio de anexo para o ítem 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	04/03/2022 11:12:55	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	04/03/2022 11:13:03	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, o prazo para envio de anexo para o ítem 5 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	04/03/2022 11:18:25	Prezados, informo que, com relação aos ITENS 01, 02, 03, 04 e 05, a proposta da empresa DIEGO LANGUER foi desclassificada por descumprir o prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Pregoeiro	04/03/2022 11:37:42	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela empresa DIEGO LANGUER, constatou-se que a empresa foi INABILIDADA, pois não apresentou os documentos solicitados no item 10.6, alíneas "h", "i" e "l". Ainda, para os ITENS 01 e 05, estes se encontram com valor acima do máximo estimado no Edital.
Sistema	04/03/2022 11:39:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/03/2022 11:47:45	Senhores, foram recusadas as propostas da empresa DIEGO LANGUER para os itens 01, 02, 03 , 04 e 05 no sistema.
Pregoeiro	04/03/2022 11:47:58	A sessão será suspensa, retomaremos às 13h30min. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	04/03/2022 13:30:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	04/03/2022 13:33:20	ITENS 02, 03 e 04 Senhores, considerando a desclassificação da empresa DIEGO LANGUER para os ITENS 02, 03 e 04, convocarei as segundas colocadas para os itens.
Pregoeiro	04/03/2022 13:33:36	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	04/03/2022 13:33:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	04/03/2022 13:33:48	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	04/03/2022 13:33:54	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	04/03/2022 13:34:05	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descriptivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Sistema	04/03/2022 13:34:26	Senhor fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	04/03/2022 13:34:35	Senhor fornecedor VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	04/03/2022 13:34:43	Senhor fornecedor VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	04/03/2022 13:47:44	Senhores, considerando a desclassificação da empresa DIEGO LANGUER para o ITEM 05, convocarei a segunda colocada para o item.
Pregoeiro	04/03/2022 13:49:30	Para VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA - Considerando que a proposta apresentada pela empresa VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA para o ITEM 05 está com valor acima do estimado máximo constante em Edital;
Pregoeiro	04/03/2022 13:49:44	Para VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA - Ainda, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa arrematante, VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, a apresentar uma contraproposta para o ITEM 05, para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance.
Pregoeiro	04/03/2022 13:50:15	Para VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA - Aguardo vossa manifestação neste Chat
92.981.752/0001-07	04/03/2022 13:51:31	Boa tarde Sr(a). Pregoeiro(a), infelizmente não podemos alcançar o seu valor estimado, o mesmo se encontra muito abaixo do que é praticado em mercado para o item 05, precisamos manter nosso ultimo lance.
Pregoeiro	04/03/2022 13:53:32	Para VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA - Senhores, considerando que a proposta apresentada pela empresa VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA para o ITEM 05 está com valor acima do estimado máximo constante em Edital;
Pregoeiro	04/03/2022 13:53:50	Considerando que a empresa VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA informou que não consegue reduzir o preço para o item 05.
Pregoeiro	04/03/2022 13:54:15	Informo que, com relação do ITEM 05, a proposta da empresa VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA foi DESCLASSIFICADA, conforme item 11.9, alínea "e" do Edital.
Pregoeiro	04/03/2022 13:54:25	11.9 - Serão desclassificadas as propostas:
Pregoeiro	04/03/2022 13:54:32	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado...
Pregoeiro	04/03/2022 13:54:42	...e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
Pregoeiro	04/03/2022 13:54:52	Sendo assim, recusarei a proposta da empresa VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA para o ITEM 05 no sistema.
Pregoeiro	04/03/2022 13:59:35	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas e documentações pela equipe técnica, SUSPENSO a presente sessão.
Pregoeiro	04/03/2022 13:59:45	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	04/03/2022 14:04:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	04/03/2022 14:04:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	04/03/2022 14:06:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA, CNPJ/CPF: 92.981.752/0001-07, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	10/03/2022 16:34:34	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2022 Objeto: Aquisição de Equipamentos de Audiometria para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Joinville. Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 15 de março de 2022 às 15:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br.
Pregoeiro	15/03/2022 15:00:34	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento das Propostas e Documentos de Habilitação apresentados ao PE 117/2022.
Pregoeiro	15/03/2022 15:01:15	ITENS 02, 03 e 04 Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0012177030/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	15/03/2022 15:03:18	ITEM 2 Informamos que a proposta comercial da empresa GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA foi ACEITA para o ITEM 02, conforme Memorando 0012177030 da área técnica.
Pregoeiro	15/03/2022 15:03:30	Ademais, para o ITEM 02, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	15/03/2022 15:03:44	ITENS 03 E 04 Informamos que a proposta comercial da empresa VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA foi ACEITA para o ITENS 03 E 04, conforme Memorando 0012177030 da área técnica.
Pregoeiro	15/03/2022 15:03:57	Ademais, para os ITENS 03 E 04, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a

empresa VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Pregoeiro	15/03/2022 15:04:16	Prezados, agradeço a participação de todos. Declaro encerrada a presente sessão.
Pregoeiro	15/03/2022 15:08:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/03/2022 às 15:39:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/02/2022 08:56:47	
Abertura da sessão pública	04/03/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	04/03/2022 08:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	04/03/2022 09:05:47	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	04/03/2022 11:39:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	15/03/2022 15:08:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/03/2022 às 15:39:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:40 horas do dia 15 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GIOVANNA CATARINA GOSSEN  
**Pregoeiro Oficial**

ELIANE ANDREA RODRIGUES  
**Equipe de Apoio**

LAERCIO PRESTINI  
**Equipe de Apoio**

LUCIANA KLITZKE  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)

