



MEMORANDO SEI Nº 30337973/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 28 de julho de 2026.

À SAPLCT

Prezados,

Em resposta ao Memorando SEI 30323638 , encaminhamos análise apresentadas no Processo Licitatório SEI nº 26.0.104151-4, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Fornecedor	Valor Unit. Lance	Redução	Análise da Diligência
8	911803 - BOLSA PRESSURIZADORA BOLSA PRESSURIZADORA PARA INFUSÃO DE FLUÍDOS (SORO/SANGUE), ALÇA DE FIXAÇÃO AO SUPORTE, GANCHO PARA SUPORTE DE FRASCOS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO, COM MANÔMETRO ANALÓGICO CONECTADO DIRETAMENTE NO CORPO DO PRESSURIZADOR, COM CAPACIDADE DE PRESSÃO DE NO MÍNIMO 300 MMHG, VISOR EM ACRÍLICO/POLIMETILMETACRILATO E BOMBA DE AR (PERA/BULBO) QUE SE CONECTA AO MANGUITO, PERMITINDO INFLÁ-LO. LIVRE DE LÁTEX, CAPACIDADE DE 1.000 ML, CONFECCIONADA COM MATERIAL QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO.	1.643,00	ZAMMI INSTRUMENTA L LTDA	435,00	-73,52 %	Considerando o documento apresentando na diligência 30323582 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa com outro órgão. Proposta aprovada

Em resposta ao Memorando SEI 30327301, encaminhamos análise apresentada, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca Registrada	Valor Unit. Lance	Proposta	Registro do Produto	Ficha técnica	Exige Amostras	Análise
54	43874 - KIT PARA ANESTESIA REGIONAL TÉCNICA COMBINADA COM TRAVA CONTENDO AGULHA TIPO TUOHY DE 16G OU 18G COM CONECTOR LUER LOCK, AGULHA 27G, CATETER EPIDURAL TRANSPARENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 800MM, COM GUIA E MARCAS PARA CONTROLE DE INTRODUÇÃO, COM FILTRO E SERINGA EPIDURAL PARA TÉCNICA DE PERDA DE RESISTÊNCIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL QUE GARANTA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	KIT	650	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PORTEX	310,00	página 01 - 30327285	Anvisa: 80228990109 página 04 - 30327285	página 05 à 08 - 30327285	Exige	Proposta desclassificada: ausência de tamanho de comprimento mínimo de 800mm.

Em resposta ao Memorando SEI 30337592, encaminhamos análise das diligências apresentadas, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca Registrada	Valor Unit. Lance	Proposta	Registro do Produto	Ficha técnica	Exige Amostras	Análise
8	911803 - BOLSA PRESSURIZADORA BOLSA PRESSURIZADORA PARA INFUSÃO DE FLUIDOS (SORO/SANGUE), ALÇA DE FIXAÇÃO AO SUPORTE, GANCHO PARA SUPORTE DE FRASCOS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO, COM MANÔMETRO ANALÓGICO CONECTADO DIRETAMENTE NO CORPO DO PRESSURIZADOR. COM CAPACIDADE DE PRESSÃO DE NO MÍNIMO 300 MMHG, VISOR EM ACRÍLICO/POLIMETILMETACRILATO E BOMBA DE AR (PERA/BULBO) QUE SE CONECTA AO MANGUITO, PERMITINDO INFLA-LO. LIVRE DE LÁTEX, CAPACIDADE DE 1.000 ML, CONFECCIONADA COM MATERIAL QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO.	UN	50	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	PREMERE	435,00	página 01 - 30316467	Anvisa: 10216350119 página 02 - 30316467	página 03 à 06 - 30316467	Exige	Proposta classificada.
44	910559 - DRENO SUCTOR 3.2 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 3.2 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	2.730	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITAL SUC	16,97	página 01 - 30316528	Anvisa: 10296900146 página 02 - 30316528	página 03 à 06 - 30316528	Exige	Proposta desclassificada. Produto só possui 1 via, descritivo requer 3 vias.
46	910561 - DRENO SUCTOR 6.4 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 6.4 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	190	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDSHARP	22,97	página 01 - 30316369	Anvisa: 80267170017 página 02 - 30316369	página 01 - 30333514	Exige	Solicito diligência: ponta biselada de 10cm. Ausência de conector 3 vias.
47	909502 - EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGAÇÃO CONTINUA EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGAÇÃO VESICAL CONTINUA NO TRANSOPERATÓRIO, TUBO DE PVC CRISTAL, 4 PONTAS INTRODUTORAS PERFUCORTANTES PARA ADAPTAÇÃO AOS FRASCOS DE SORO, TAMPA PROTETORA, PINÇA PLÁSTICA CORTA FLUXO, UNIÇO EM PVC ANELADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	400	NEO MDC LTDA	BIOTEC	19,5500	página 01 - 30259923	Anvisa: 80330630015 página 21 - 30259923	página 21 à 22 - 30259923	Exige	Proposta desclassificada. Material do tubo solicitado em PVC Cristal, conforme descritivo, e ofertado PVC Liso.
51	13078 - FRASCO DE ASPIRAÇÃO FRASCO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO A VÁCUO RÍGIDO, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLISULFONA, AUTOCLAVÁVEL A 134° C, GRADUADO, COM CAPACIDADE DE 5.000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL E VÁLVULA DE SEGURANÇA (FUNÇÃO ANTIREFLUXO) OU COM TAMPA VEDANTE EM BORRACHA (02 HASTES + BOIA), COM DIÂMETRO DE 19 A 21 CM.	Pecas	74	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	NEVONI	445,6287	página 03 - 30257912	Anvisa: 80273459007 página 18 - 30257912	página 02 - 30337574	Exige	Proposta desclassificada. Ficha técnica da diligência 30337574, página 2, destacou que tampa não é autoclavável.

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777330
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 29/07/2026, às 10:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30337973** e o código CRC **A7434CDC**.