

MEMORANDO SEI N° 0019905165/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de janeiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **496/2023**.

Objeto: Aquisição de Testes Rápidos para Diagnóstico para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville e do Hospital São José.

Em atendimento a Convocação SAP.LCT (SEI n° 0019736970), encaminhamos as informações acerca da análise das amostras referentes ao item 9:

Empresa	Item	Parecer
WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	9	Amostra aprovada conforme SEI n° 0019905138

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 25/01/2024, às 12:00, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019905165** e o código CRC **477B32E3**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

PARECER TÉCNICO Nº 01/2024

Material: BHCG

Quantidade Enviada: 1 caixa (40 Testes)

Marca: WAMA (DIAGNÓSTICA)

Lote: 23I135

Validade: AGOSTO/2025

Período da Avaliação: Janeiro/2024

1. A apresentação da embalagem contém as informações sobre conteúdo, fabricante, lote, data de fabricação, validade, condições de armazenamento, concentração?
(X) SIM () NÃO
2. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material?
(X) SIM () NÃO
3. As características físicas do produto estão adequadas?
(X) SIM () NÃO
4. As instruções de uso são claras e permitiram a correta utilização do produto?
(X) SIM () NÃO
5. O procedimento de análise tem sensibilidade dentro do valor estipulado pelo setor?
(X) SIM () NÃO
6. A bula do kit descreve com clareza o procedimento técnico e a avaliação dos resultados?
(X) SIM () NÃO

AMOSTRA	FAST TEST CEPALAB (EM USO) Lote HCG-2220333 – val 11/04/2024 Sensibilidade de detecção: 25 mUI/mL	WAMA (DIAGNÓSTICA) (EM TESTE) Lote 231135 – val AGOSTO/2025 Sensibilidade de detecção: 25 mUI/mL
1	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE
2	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE
3	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE
4	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE
5	REAGENTE	REAGENTE
6	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE
7	REAGENTE	REAGENTE
8	REAGENTE	REAGENTE
9	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE
10	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE
11	REAGENTE	REAGENTE
12	REAGENTE	REAGENTE
13	REAGENTE	REAGENTE
14	REAGENTE	REAGENTE
15	REAGENTE	REAGENTE
16	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE
17	REAGENTE	REAGENTE
18	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE
19	REAGENTE	REAGENTE
20	REAGENTE	REAGENTE
21	REAGENTE	REAGENTE
22	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE
23	REAGENTE	REAGENTE
24	REAGENTE	REAGENTE

AValiação FINAL

- APROVADO**
- REPROVADO**

Carolina Simone de Souza de Oliveira
Responsável Técnica - CRF/SC 8600
Coordenação
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA
Coordenação e Responsável Técnica
CRF SC 8600
Matrícula 40.412