

Saul de Villa Luciano

De: Silva, Joyce <Joyce.Silva@draeger.com>
Enviado: Ter 08/05/2018 14:18
Para: Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 28/2018
Modificado: Qua 09/05/2018 10:09
Anexos: EDITAL_028_2018.pdf

AO

Hospital Municipal São José

Pregão Eletrônico 28/2018

OBJETO: A presente licitação tem por fim o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Acessórios para uso nos Equipamentos Eletro Médicos utilizados no atendimento diário aos pacientes internados no Hospital Municipal São José, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital.

A/C: Sr. Pregoeiro

Assunto: Pedido de Esclarecimento

A DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ n.º 02.535.707/0001-28, na condição de interessada em participar do **Pregão Eletrônico 28/2018**, vem pela presente, solicitar **ESCLARECIMENTO** acerca das especificações exigidas no “Anexo I - Quadro de Quantitativos, Especificações Mínima dos Itens e Valor Estimado Máximo Admitido ” do edital, o quanto segue:

Item 24

O edital solicita: “CABO EXTENSOR SENSOR DE TEMPERATURA MONITOR MULTIPARAMETRO CABO EXTENSOR (PRE-CABO) PARA SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER MODELO KAPPA.

O sensor de temperatura não possui extensor o que temos disponível são sensores de temperatura de 1,5m e 3m, avaliar e informar qual vocês desejam para esse item.

Qualquer duvida estou à disposição.

Obrigada!

Atenciosamente.

Joyce Silva

Departamento Comercial

Dräger Safety do Brasil Ltda.

Al. Pucuruí, 51 / 61 - Tamboré

06460-100 Barueri, São Paulo

Tel +55 11 4689-6438

Fax +55 11 4191-6606

Joyce.silva@draeger.com

www.draeger.com

Dräger. Technology for Life[®]



This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to the sender and delete it from your records.

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger dieser E-mail sein, senden Sie bitte diese an den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.



INFORMAÇÃO SEI Nº 1844633/2018 - HMSJ.UAD.CAME

Joinville, 10 de maio de 2018.

Para: SES.UCC.ASU

Considerando que o material item 24 - código 2130 - CABO EXTENSOR SENSOR DE TEMPERATURA MONITOR MULTIPARAMETRO CABO EXTENSOR (PRE-CABO) PARA SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER MODELO KAPPA, esta com informação divergente, restando dúvidas quanto seu entendimento, solicitamos a **exclusão** deste item do Edital. Faremos as adequações e incluiremos em processo futuro.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Germano Richartz, Coordenador (a)**, em 10/05/2018, às 14:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1844633** e o código CRC **D909E09B**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br