
MEMORANDO SEI Nº 25347529/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 05 de maio de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Amostras não recebidas- Pregão Eletrônico **051/2025**

Objeto: Aquisição de Testes Rápidos para Diagnóstico, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville e do Hospital Municipal São José

Em atenção a Convocação 0025159255, informamos que a amostra do item 8 não foi apresentado pela empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA;

Informamos também que a empresa VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA apresentou para o item 3, amostra com registro na Anvisa diferente do indicado na proposta. Conforme Análise 25341269, na proposta a empresa indicou o registro 80785070202, fabricante Vida Biotecnologia - ME - Brasil, porém, a amostra apresentada é do registro Anvisa 80474870117, fabricante Hangzhou ALLTEST BIOTECH CO. LTD - China. Sendo assim, a **amostra foi reprovada por apresentar registro ANVISA e Fabricante divergentes da proposta ofertada.**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 05/05/2025, às 13:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25347529** e o código CRC **522A5BA2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.260053-0

25347529v3

ANÁLISE SEI Nº 25341269/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 05 de maio de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 51/2025

ITEM - 03

DESCRIÇÃO	26918 - TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NS1 DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA NO MÍNIMO 90% DE SENSIBILIDADE E 95% DE ESPECIFICIDADE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES.
FORNECEDOR	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
MARCA	VIDA DENGUE NS1
REGISTRO ANVISA	80785070202 registro da proposta classificada: fabricante Vida Biotecnologia - ME - Brasil; Empresa Vida Biotecnologia Ltda - ME 80474870117 registro da amostra ofertada: fabricante Hangzhou ALLTEST BIOTECH CO. LTD - China - Empresa Biosul Produtos
LOTE	24110013
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	02 caixas com 25 cassetes cada

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (X) Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (X) Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (X) Não se aplica

Registro ANVISA da proposta classificada: 80785070202 - fabricante Vida Biotecnologia - ME - Brasil; Empresa Vida Biotecnologia Ltda - ME

Registro ANVISA da amostra ofertada: 80474870117 - fabricante Hangzhou ALLTEST BIOTECH CO. LTD - China - Empresa Biosul Produtos

Amostra reprovada por apresentar registro ANVISA e Fabricante divergentes da proposta ofertada.

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 05/05/2025, às 10:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25341269** e o código CRC **125E413F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.260053-0

25341269v7