

MEMORANDO SEI Nº 26156218/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 17 de julho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **071/2025**.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 26152089, segue a análise solicitada:

Item	Material/ Serviço	Unid . medida	Fornecedor	Marca	Descrição de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE para os itens 38 , 39/40, 41	8.10 c) Prospeto , Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
18	910805 - ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M NAO ESTERIL ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M - COMPOSTA 100% RAYON, NAO ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Rolo	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	POLARFIX F01796	De acordo	8003400025-registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	---	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostras, marca ofertada já utilizada e aprovada anteriormente, conforme SEI nº 0019826902.
33	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO,		HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Live 30gr/Live	Apresentou descrição de acordo com o edital, porém, indicou o item 34.	80630310018, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Apresentou	EXIGE	Na proposta a empresa indicou item 34, porém, trata-se do item 33.

	GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Reservada até 25%								Aprovaçã o condicion ada à empresa ajustar o número do item na propostas . Haverá a necessida de de apresenta r amostras.	
34	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Principal	Unidade	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Live 30gr/Live	De acordo	80630310018, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificad a. Haverá a necessida de de apresenta r amostras.
77	909739 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRAS OU ELASTICO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SR	De acordo	81391540011- Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Apresentou.	-----	Na proposta a empresa indicou descritivo de acordo com o edital,

	HOSPITALAR; COMPOSICAO ANTI- ALERGICA, TEXTURA SUAVE; TAMANHO ADEQUADO, ABRANGENDO TODA REGIÃO MENTO- NASAL, AMOLDADOR PARA CONTORNO DO NARIZ COM ELEMENTO METÁLICO, FACIL ADAPTAÇÃO A ANATOMIA NASAL; POSSUIR TIRAS OU ELÁSTICOS RESISTENTES PARA FIXAÇÃO; PERMITE O MOVIMENTO INSPIRAÇÃO/EXPIRAÇ ÃO SEM PRODUZIR SUFOCAMENTO; ISENTA DE FIBRA DE VIDRO; EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES, ABERTURA OVAL NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA, PICOTADA, PERMITINDO RETIRADA INDIVIDUAL DAS MASCARAS. IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, TAMANHO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA. - Cota Principal								porém, na ficha técnica apresenta da não constam informaçõ es acerca da embalage m. Aprovaçã o condicion ada a empresa confirmar que o item atende as seguintes exigência s do edital: 1- EMBALA GEM DE PAPELÃO CONTEN DO ATÉ 100 UNIDAD ES, ABERTU RA OVAL NA PARTE SUPERIO R DA CAIXA, PICOTAD A, PERMITI NDO RETIRAD A INDIVID UAL DAS MASCAR AS.	
78	29033 - SAPATILHA DESCARTAVEL TAMANHO 36 A 42 CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO DE POLIPROPILENO 20 G/M2, RESISTENTE, BORDAS DE CORTE BEM DEFINIDAS, SEM DESFIAMENTO DO TECIDO, COSTURAS DAS EMENDAS BEM ACABADAS, REFORCADAS, EVITANDO RASGAR, TAMANHO ADEQUADO PROTEGENDO OS SAPATOS DENTRO DA SAPATILHA, EM	Unid ade	LARISME D - INDUSTR IA E COMERC IO DE MATERIA IS MEDICO E HOSPITA LAR LTDA	FORTC LEAN	Apresent ou descrição resumida	81474190 016- Registro ativo, confirma do no Portal ANVISA.	-----	Apresent ou.	-----	Proposta de acordo com o edital, classifica da.

PACOTES COM 100 UNIDADES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, TAMANHO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 17/07/2025, às 13:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26156218** e o código CRC **05F129FC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26156218v15