



MEMORANDO SEI Nº 27003009/2025 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 01 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Convocação da amostras - Pregão Eletrônico 353/2025

Objeto: Aquisição de embalagem para fracionamento de comprimidos para o Hospital Municipal São José

Prezados,

Venho por meio deste, informar a análise das amostras, conforme item 11 do edital:

Nº do Item	Código	Denominação	Quantidade de amostras	Análise
01	28737	EMBALAGEM PARA UNITARIZAÇÃO BLISTER CORTADO, MEDIDA 60MM X 60 MM	1	Reprovada por entregar amostra fora do prazo em 29/09/2025 e não atender ao Item 11.2 do Edital "As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados". No Edital pede-se: EMBALAGEM PARA UNITARIZAÇÃO BLISTER CORTADO, MEDIDA 60MM X 60MM, FRENTE CRISTAL TRANSPARENTE OU FOTOSSENSÍVEL COM 01 (UMA) TARJA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. APRESENTAÇÃO EM ROLO COM 10 (DEZ) MILHEIROS. COMPATIVEL COM MAQUINA UNITARIZADORA MARCA OPUSPAC, MODELO OPUS 30X, TAMANHO 60X60MM. Empresa encaminhou Rolo com 1050 unidades
02	22799	EMBALAGEM PARA UNITARIZAÇÃO BLISTER CORTADO, MEDIDA 60MM X 100 MM	1	Reprovada por entregar amostra fora do prazo em 29/09/2025 e não atender ao Item 11.2 do Edital "As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados". No Edital pede-se: EMBALAGEM PARA UNITARIZAÇÃO BLISTER CORTADO, MEDIDA 60MM X 100 MM, FRENTE CRISTAL TRANSPARENTE OU FOTOSSENSÍVEL COM 01 (UMA) TARJA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. APRESENTAÇÃO EM ROLO COM 10 (DEZ) MILHEIRO COMPATIVEL COM MAQUINA UNITARIZADORA MARCA OPUSPAC, MODELO OPUS 30X, TAMANHO 60X100MM. Empresa encaminhou Rolo com 600 unidades
03	912509	EMBALAGEM PLASTICA PARA DOSE UNICA HOSPITALAR INCOLOR 30MM X 100MM	1	Reprovada A amostra foi analisada conforme parecer 26890188, no entanto verificou-se a necessidade de reanálise e adequação que culminou no parecer 27003002, visto que no Edital solicita-se a medida 5x5cm e a empresa encaminhou amostra na medida 5,7x5cm, divergente do solicitado.

Atenciosamente,

Beatriz Soares
Enfermeira Coren 687.914
Matricula 7385-5
Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Soares, Servidor(a) Público(a)**, em 03/10/2025, às 15:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27003009** e o código CRC **6872514A**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.139956-5

27003009v7

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME até: 01/01/2022 – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
3	EMBALAGEM PLÁSTICA PRA DOSE ÚNICA HOSPITALAR INCOLOR 5CM X 5CM

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 353 / 2025

SETOR TESTE: FARMÁCIA

MARCA: PRISMA

FORNECEDOR: GLOBAL COMÉRCIO ONLINE

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: NÃO SE APLICA

LOTE: NÃO SE APLICA

FABRICANTE: PRISMA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS

QUANTIDADE AVALIADA: 01 ROLO

EMBALAGEM: (x) Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: Embalagem apresenta boa aderência das etiquetas e selagem compatível com o esperado, porém, as dimensões de 5cm x 5cm do descritivo não foram atendidas, medindo 5,7cm x 5cm.

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

NÃO MOTIVO: Tamanho não atende ao descritivo 5,7x5cm

Ana C. Leopold
Farmacêutica Bioquímica
CRI 5389 Mat. 72199
Hospital São José

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 03/10/2025

AMOSTRA

ITEM 3 – EMBALAGEM PLÁSTICA PARA DOSE ÚNICA
HOSPITALAR INCOLOR 5CMX5CM

5,7cm

GLOBAL
Prisma