Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 26148950/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 17 de julho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **217/2025**.

Objeto: Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao Memorando 26142829, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Descritivo de acordo com o Edital	Laudo/ Comodato	8.10.1 Registro ANVISA	8.10.2 Prospecto	Parecer
2	45935 - CONJUNTO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE CONJUNTO COMPOSTO POR 1 ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE AUTOCLAVE COM CERDAS DE NYLON ARREDONDADAS, MEDINDO 14CM DE LARGURA POR 19CM DE COMPRIMENT	Conjunto	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MONTEGGIA	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou (página 6).	O edital exige as escovas com as seguintes medidas: escova para limpeza interna com 14 cm de largura por 19 cm de comprimento, com cabo telescópico de alumínio adaptável com 120cm (± 5 cm) e para a escova de limpeza externa as medidas 5 x 8 x 7 cm com cabo de 23 cm.

	O COM CABO TELESCOPICO DE ALUMINIO ADAPTÁVEL COM 120CM (± 5 CM) DE COMPRIMENTO E 1 ESCOVA PARA LIMPEZA EXTERNADE AUTOCLAVE COM CERDAS DE NYLON 5X8X7CM COM CABO COM 23CM (± 2 CM).								Na proposta a empresa não indicou o modelo do conjunto ofertado, porém, ao verificar a documentação técnica apresentada os itens destinados a limpeza de autoclave, são os modelos 3768 e 3503. Ao analisar os modelos, verifica-se as seguintes medidas: escova para limpeza interna medindo 190 mm x **130** mm x 80 mm com cabo extensor de 600 mm a 1300 mm e escova para limpeza externa com as medidas de 110 mm x 50 mm x **50** mm, com cabo de 23 cm. Verifica-se também que consta na documentação técnica a informação: *Monte você seu kit de escovas com as bitolas de diâmetro e tamanho da sua necessidade*. Não sendo possível definir se tal informação é especifica para as escovas canuladas ou para todos os produtos constantes na documentação técnica. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa confirme:

									1 - Que fabrica produtos com medidas personalizadas. 2 - Que fornecerá as escovas com as medidas exigidas no edital.
3	24688 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ARTICULADOS ESCOVA COM CABO PLASTICO ANTIDERRAPANTE, MEDINDO DE 17 A 18 MM E CERDAS EM NYLON MEDINDO 2,5 E 3,5 MM EM DUAS PONTAS, UMA COM TRÊS FILEIRAS DE CERDAS E A OUTRA COM APENAS UMA FILEIRA, PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ARTICULADOS.	Unidade	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	PCA	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou (página 3).	O edital exige a escova com duas pontas, o prospecto não indica que a escova ofertada possui duas pontas. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que a escova ofertada possui duas pontas; 2 - Que as cerdas de nylon medem 2,5 e 3,5 mm.

5	45937 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM RANHURAS ESCOVA MEDINDO 22 CM (± 2 CM), COM CERDAS RÍGIDAS EM NYLON 78 X 17 X 15 MM PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM RANHURAS.	Unidade	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PCA	De acordo.	---	Isento.	Apresentou (página 4).	Proposta de acordo com o edital, classificada.
6	45938 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS GRANDES ESCOVA DESENVOLVIDA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS GRANDES QUE EXIGEM LIMPEZA SUAVE, MEDINDO 22 CM (± 2 CM), COM CERDAS FLEXÍVEIS EM NYLON 78 X 17 X 20 MM.	Unidade	FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	STERIS	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou (página 7).	O edital exige as medidas da escova de 22 cm (± 2 cm), com cerdas flexíveis em nylon 78 x 17 x 20 mm. A proposta e o prospecto indicam apenas a medida do comprimento da escova, porém em cada documento há uma medida distinta: proposta: medindo 22 cm; prospecto: comprimento 17,78 cm. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende as exigências do edital: 1 - Cabo medindo 22 cm (± 2 cm); 2 - Que a escova ofertada possui cerdas em apenas uma extremidade; 3 - Que as cerdas flexíveis em nylon possuem as

									medidas: 78 x 17 x 20 mm.
7	24692 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE RASPAS ACETABULARES ESCOVA COM CABO REFORÇADO MEDINDO DE 12 A 18 CM DE COMPRIMENTO, UMA EXTREMIDADE COM PONTA CIRCULAR DE 4,5 CM DE DIÂMETRO E OUTRA EXTREMIDADE RETA DE 0,8 CM DE DIÂMETRO PARA LIMPEZA DE RASPAS ACETABULARES.	Unidade	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	PCA	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou (página 4).	O edital exige as medidas do cabo da escova de 12 a 18 cm de comprimento, a ponta circular de 4,5 cm e a outra extremidade da escova com 0,8 cm de diâmetro. Na ficha técnica, as medidas indicadas são 28cm x 50mm, porém consta a informação: *Fabricamos em tamanhos personalizados conforme a necessidade do cliente.* Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as medidas exigidas no edital.
8	45939 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES IRREGULARES ESCOVA MEDINDO MEDINDO 22 CM (± 2 CM), FABRICADAS EM POLIAMIDA, COM CERDAS RÍGIDAS EM NYLON COM MEDIDAS 78 (± 5 MM) X 17 (± 2 MM) X 10 MM (± 2 MM) PARA LIMPEZA PROFUNDA DE INSTRUMENTAIS COM	Unidade	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PCA	De acordo.	---	Isento.	Apresentou (página 3).	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	SUPERFÍCIES IRREGULARES.								
10	911916 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO TAMANHO 10 MM X 50 CM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO MEDINDO NO MINIMO 50 CM DE COMPRIMENTO, COM CABO EM HASTE DE METAL OU POLIPROPILENO RESISTENTE, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. EXTREMIDADE PARA LIMPEZA COMPOSTA DE NYLON MACIO LONGO E COM 10 MM DIAMETRO. REUTILIZAVEIS.	PC	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MONTEGGIA	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou (página 2)	O edital exige as medidas da escova de 10mm x 50cm. Na ficha técnica, não há indicação da escova com as medidas exigidas, porém, verifica-se que consta a informação: *Fabricamos escovas canuladas de 6cm a 180cm de arame torcido de aço inox 304 e cerdas em nylon de 1,8mm até 70mm de espessura.* Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme que item atende na íntegra as exigências do edital: 1- Medidas da escova: no mínimo 50cm de comprimento e extremidade para limpeza com 10 mm diâmetro.
11	911917 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO TAMANHO 2 MM X 30 CM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO MEDINDO NO MINIMO 30	PC	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MONTEGGIA	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou (página 2)	O edital exige as medidas da escova de 2mm x 30cm. Na ficha técnica, não há indicação da escova com as medidas exigidas, porém, verifica-se que consta a informação: *Fabricamos*

	CM DE COMPRIMENTO, COM CABO EM HASTE DE METAL, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. EXTREMIDADE PARA LIMPEZA COMPOSTA DE NYLON MACIO LONGO E COM 2 MM DIAMETRO. REUTILIZAVEIS.								*escovas canuladas de 6cm a 180cm de arame torcido de aço inox 304 e cerdas em nylon de 1,8mm até 70mm de espessura.* Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme que item atende na íntegra as exigências do edital: 1 - Medidas da escova: no mínimo 30 cm de comprimento e extremidade para limpeza composta de nylon macio longo e com 2 mm diâmetro.
13	13083 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 5MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 5 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE	Peças	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MONTEGGIA	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou (página 2)	O edital exige as medidas da escova de 5mm e haste rígida em aço inoxidável medindo de 70 a 80 cm de comprimento. Na ficha técnica, não há indicação da escova com as medidas exigidas, porém, verifica-se que consta a informação: *Fabricamos escovas canuladas de 6cm a 180cm de arame torcido de aço inox 304 e cerdas em nylon de 1,8mm até 70mm de espessura..* Para a continuidade da análise,

	FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.								solicitamos que a empresa confirme que item atende na íntegra as exigências do edital: 1 - Medidas da escova: cerdas de 5mm e haste rígida em aço inoxidável medindo de 70 a 80 cm de comprimento.
14	13084 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 7MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 7 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.	Peças	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MONTEGGIA	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou (página 2)	O edital exige as medidas da escova de 7mm e haste rígida em aço inoxidável medindo de 70 a 80 cm de comprimento. Na ficha técnica, não há indicação da escova com as medidas exigidas., porém, verifica-se que consta a informação: *Fabricamos escovas canuladas de 6cm a 180cm de arame torcido de aço inox 304 e cerdas em nylon de 1,8mm até 70mm de espessura.* Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme que item atende na íntegra as exigências do edital: 1 - Medidas da escova: cerdas de 7mm e haste rígida

									em aço inoxidável medindo de 70 a 80 cm de comprimento.
18	45943 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE PAPAGAIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE PAPAGAIO DE AÇO INOX, COM CERDAS EM NYLON E ANEL. MEDIDAS DAS CERDAS: 350 MM (± 10 MM) ESPESSURA DO FIO: 0,40 MM DIÂMETRO DAS CERDAS: 50 / 80 / 40 MM COMPRIMENTO TOTAL DA ESCOVA: 480 MM (± 10 MM).	Unidade	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	PCA	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou (página 7)	O edital exige a escova com as medidas das cerdas: 350 mm (± 10 mm), espessura do fio: 0,40 mm, diâmetro das cerdas: 50 / 80 / 40 mm, comprimento total da escova: 480 mm (± 10 mm). A ficha técnica indica as medidas da escova de 47cm de comprimento e 150mm de diâmetro das cerdas, porém consta a informação: *Fabricamos em tamanhos personalizados conforme a necessidade do cliente.* Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as medidas exigidas no edital.
19	24696 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ESCOVA COM CABO PLASTICO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, COM CERDAS DE AÇO EM	Unidade	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MONTEGGIA	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou (página 3).	O edital exige a escova com as medidas de 35 a 40 mm de comprimento e cerdas de aço inox 10 a 12 mm. A ficha técnica indica a escova com cerdas de nylon ou inox e medidas de 35x8x15 mm (CxLxA).

	INOX, MEDINDO DE 35 MM A 40 MM DE COMPRIMENTO E AS CERDAS 10 MM A 12 MM								Aprovação condicionada a empresa confirmar: 1 - Que o modelo ofertado é o 3606 (cerda em aço inox).
20	917021 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 1,9 CM X 30 M FITA ADESIVA PARA FECHAMENTO DE PACOTES, COM CONTROLE QUIMICO EXTERNO, LISTAS QUE MUDAM DE COR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, POR CALOR UMIDO, EMBALAGEM UNITARIA QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 2O MESES APOS EMISSAO DA	UNID	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	CIEX DO BRASIL	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou (página 8).	Proposta de acordo com o edital, classificada

	NF DE ENTREGA.								
22	21992 - INDICADOR DE LIMPEZA PARA INSTRUMENTAIS INDICADOR DE LIMPEZA PARA AVALIAÇÃO DE RESÍDUO DE PROTEÍNA, APÓS LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA, PARA DETERMINAR SE UM INSTRUMENTAL ESTÁ LIMPO (AMOSTRAGEM). FUNCIONA POR MEIO DE ALTERAÇÃO COLORIMÉTRICA QUE OCORRE COMO RESULTADO DA REAÇÃO COM PROTEÍNAS.	Unidade	STERICONTROL LTDA	STC/STERICONTROL	De acordo.	Item ofertado utiliza tecnologia que dispensa a incubadora.	Isento.	Apresentou (página 8)	Proposta de acordo com o edital, classificada.
23	21993 - INDICADOR DE LIMPEZA PARA TERMODESINFECTORA INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR A EFICÁCIA DA FASE DE LAVAGEM EM MÁQUINAS TERMODESINFECTORAS. VERIFICA SE HÁ JATO DE ÁGUA	Unidade	STERICONTROL LTDA	STC/STERICONTROL	De acordo.	---	Isento.	Apresentou (página 4 à 6)	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	DIRETO E INDIRETO, TEMPO INSUFICIENTE, TEMPERATURA, CONCENTRAÇÃO IDEAL DO DETERGENTE E A EFICIÊNCIA DO BANHO DE ENZIMAS.								
24	22156 - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, INDICADO PARA USO INTERNO NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EFETIVO ENTRE 121°C E 134°C, OS VALORES DECLARADOS DEVEM SER SUPERIORES A 16,5 MINUTOS A 121°C E 1,2 MINUTOS A 134°C, COM TIRA INDICADORA	Unidade	MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MAXXI MED		---	Isento.	Apresentou (página 4 à 7)	O edital exige pacotes com no máximo 50 unidades. A proposta indica: *pacotes com no máximo 500 unidades. (...)* ***Embalagem****: caixa com 250 unidades - "NÃO FRACIONAMOS CAIXA*". A ficha técnica indica caixa com 100 e 250 unidades. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa informe: 1 - Está ofertando integradores em pacotes com **no máximo 50 unidades?**

	QUÍMICA COM OU SEM ADESIVO. A LEITURA PODERÁ SER FEITA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO VISUAL, TIPICAMENTE DE UMA COR A PARA UMA COR B DISTINTA, OU RESPOSTA GRADUAL, COMO OS INTEGRADORES QUÍMICOS DE MOVIMENTO FRONTAL NOS QUAIS SE OBSERVA UMA MUDANÇA PROGRESSIVA NO SENTIDO DE UMA ZONA DE ACEITAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A TODAS AS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONAR EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE,										

	DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES.								
28	21980 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	POLLITEX	De acordo	---	Isento.	Apresentou (página 37)	O edital exige a gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² e a gramatura do filme laminado de no mínimo 54g/m². A ficha técnica apresentada não indica qual a gramatura do material ofertado. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie documentação comprobatória de que o item ofertado atende as exigências do edital: 1 - Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m². 2 - Gramatura do filme plástico de no mínimo 54g/m². Caso não atenda a solicitação a proposta será desclassificada.

29	21981 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 80MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	POLLITEX	De acordo	---	Isento.	Apresentou (página 38)	O edital exige a gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² e a gramatura do filme laminado de no mínimo 54g/m². A ficha técnica apresentada não indica qual a gramatura do material ofertado. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie documentação comprobatória de que o item ofertado atende as exigências do edital: 1 - Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m². 2 - Gramatura do filme plástico de no mínimo 54g/m². Caso não atenda a solicitação a proposta será desclassificada.
30	21982 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X	Rolo	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AMED	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Não apresentou.	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente a documentação disposta, no subitem 8.10.2 do edital - Para todos os itens a(s) empresa(s) deverão apresentar

	POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.								uma das seguintes opções para análise técnica: **a)** Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. **b)** Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. **c)** Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e

									deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
31	21983 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 120MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AMED	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Não apresentou.	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente a documentação disposta, no subitem 8.10.2 do edital - Para todos os itens a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: **a)** Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. **b)** Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua

									portuguesa por tradutor oficial. **c)** Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
32	21984 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO	Rolo	SISPACK MEDICAL LTDA	SISPACK	De acordo.	---	Isento.	Apresentou (página 3)	Proposta de acordo com o edital, classificada

	54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.								
33	21985 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,	Rolo	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AMED	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Não apresentou.	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente a documentação disposta, no subitem 8.10.2 do edital - Para todos os itens a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: **a)** Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. **b)** Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o

	DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.								item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. **c)** Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
34	21986 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU	Rolo	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AMED	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Não apresentou.	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente a documentação disposta, no subitem 8.10.2 do edital - Para todos os itens a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: **a)** Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca

	CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.								e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. **b)** Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. **c)** Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
35	21987 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO	Rolo	SOMA/SC PROD	AMED	A proposta apresenta	---	Isento.	Não apresentou.	Para continuidade da análise, solicitamos que a

	300MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.		UTOS HOSPITALARES LTDA		descritivo resumido.				empresa apresente a documentação disposta, no subitem 8.10.2 do edital - Para todos os itens a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: **a)** Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. **b)** Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. **c)** Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as

									informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim**, **Servidor(a) Público(a)**, em 21/07/2025, às 12:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **26148950** e o código CRC **D9878DF8**.