

**MEMORANDO SEI Nº 25451566/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 14 de maio de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **071/2025**.

**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção aos documentos SEI nº 25448334 e SEI nº 25448763 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descrição de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudo BFE- Para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostragem	Parecer
25	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	Unidade	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	DEJAMARO	De acordo	81605660012- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	---	Não apresentado	EXIGE	<p>Parecer prévio: Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa apresente ficha técnica referente a avental cirúrgico estéril 40 g/m2, registro Anvisa 81605660012.</p> <p>Após diligência realizada 'a empresa Medmed Comércio de Materiais Hospitalares Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 25448299."</p> <p>No documento anexado consta prospecto referente ao item com registro ANVISA 81605660002, porém, na proposta a empresa anexou o registro registro Anvisa 81605660012 para o item 25.</p> <p>Para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação técnica referente ao</p>

									produto com o registro Anvisa 81605660012.  Haverá a necessidade de apresentar amostras.	
26	<p>FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%</p>									
	<p>9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal</p>	<p>Unidade</p>	<p>DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA</p>	<p>HAIBREATH/HBAV40EA</p>	<p>Apresentou descrição resumida.</p>	<p>81045429020- registro o ativo, confirmado no Portal ANVISA.</p>	<p>-----</p>	<p>Apresentou</p>	<p>EXIGE</p>	<p>Parecer prévio: O edital exige avental tamanho Médio. Na proposta a empresa não indicou o tamanho médio e na ficha técnica, constam vários modelos, não sendo estes classificados como pequeno, médio e grande.</p> <p>Para continuidade na análise, solicitamos:</p> <p>1- Que a empresa confirme o código do item ofertado;</p> <p>2- Que a empresa informe qual tamanho (pequeno, médio e grande) os modelos HBAV40EA, HBAV40EB e HBAV40EC , constantes na ficha técnica correspondem.</p> <p>Haverá a necessidade de apresentar amostras.</p> <p>Após diligência realizada 'a empresa DBV Comércio Importação e Exportação do Brasil Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 25448304 e se manifestou no sistema Comprasnet conforme segue, o cod ofertado é: HBAV40EA [...].adicionei novamente a proposta com as dimensões do avental."</p> <p>A empresa não manifestou-se acerca do segundo questionamento, acerca dos modelos constantes na ficha técnica apresentada. Em reanálise à documentação apresentada pela empresa, verifica-se que o código HBAV40EA é referente ao tamanho pequeno da marca Haibreath, visto que é o avental com as menores medidas dentre os modelos constante na ficha apresentada.</p> <p>Proposta reprovada por ofertar avental tamanho pequeno para o item que exige tamanho médio.</p>

59	<p>916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL, HIDROFILO, FECHADA 7,5 CM X 7,5 CM, DENSIDADE 13 FIOS/CM<sup>2</sup>, PESO MINIMO 490 GR POR PACOTE, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, TAMANHO ABERTA 15 CM X 30 CM, EM TECIDO 100% ALGODAO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES OPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO EVITANDO DESFILAMENTO, APRESENTACAO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 UNIDADES CONTENDO IDENTIFICACAO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, ATENDER NORMAS NBR 13843. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal</p>	PCT	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ERIMAX	<p>Apresentou descrição referente a compressa 91 cm X 91 m (tipo queijo), porém, o item 59 é referente a compressa 7,5 X 7,5 cm, pacote com 500 unidades.</p>	80698139001-Registro vigente referente a diversos modelos de compressa de gaze 7,5 X 7,5 cm, confirmado no portal da Anvisa.	---	<p>Apresentou, porém, não trás todas as exigências do edital.</p>	EXIGE	<p>Parecer prévio: Para continuidade na análise, solicitamos:</p> <p>1- Que a confirme o o produto que está ofertando para o item 59, ajustando a proposta de acordo com as exigências do edital;</p> <p>2- Que a empresa informe o peso do produto que está ofertando (o edital exige peso mínimo de 490 gramas por pacote).</p> <p>Após diligência realizada, a "a empresa Medmed Comércio de Materiais Hospitalares Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 25448313 e se manifestou no sistema Comprasnet conforme segue: bom dia, o peso do item é 779 gramas".</p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p> <p>Haverá a necessidade de apresentar amostras.</p>
----	--	-----	--	--------	---	--	-----	---	-------	---

Item	Material/Serviço	Unidade	Fornecedor	Marca	9.6 m-Alvará Sanitário	9.6 n-AFE	Parecer
27	<p>9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M<sup>2</sup>, ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%</p>	Unidade	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pion G 599990	Válido até 31/07/2025	AFE ativa para distribuir produtos para saúde (dispositivos médicos)	<p>Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.</p> <p>Empresa apta a apresentar amostras.</p>
	<p>12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO</p>					AFE ativa	

3 4	ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Principal	Unidade	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	DESCARTE	Válido até 05/03/2026	para distribuir produtos para saúde (dispositivos médicos)	Documentação o técnica de acordo com o edital, aprovada.  Empresa apta a apresentar amostras.
3 6	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, HIDORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE. - Cota Principal	Unidade	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDIX	Válido até 07/03/2026	AFE ativa para distribuir produtos para saúde (dispositivos médicos)	Documentação o técnica de acordo com o edital, aprovada.  Empresa apta a apresentar amostras.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/05/2025, às 15:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25451566** e o código CRC **F2463B37**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

25451566v21