



MEMORANDO SEI Nº 0017856833/2023 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 02 de agosto de 2023.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - **Pregão Eletrônico nº 133/2023**

José. Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São

Em atenção ao Memorando 0017856549 segue as alterações conforme solicitado:

Item	Material/Serviço	Fornecedor/Documento de Habilitação	Marca	Avaliação Técnica
57	24280 - Balão dilatador Ureteral Cateter com um balão de dilatação montado, utilizado para dilatação das estruturas ureterais em Ureterosopia. Deverá compreender as medidas: diâmetro da haste entre 5Fr e 6Fr, comprimento máximo do cateter de 80 cm, comprimento do balão de 4cm, pressão máxima de inflação de 18atm. Deverá conter externamente os dados de identificação do produto e do fabricante, procedência, número do lote, tipo e data de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 0017855252 0017791781	Endomaster	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADO</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado. Para este item a empresa deverá apresentar amostras.
60	24283 - Conjunto de dilatadores Amplatz Conjunto de dilatadores renais amplatz, seqüenciais, em teflon radiopaco, composto de um cateter de 8fr radiopaco teflonado, com até 84cm de comprimento, 3 dilatadores faciais em polietileno com diâmetros de 6, 8 e 10 fr, com 20cm de comprimento, mais 11 dilatadores teflonados de 16cm de comprimento, com diâmetros de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30 fr. Deverá conter externamente os dados de identificação do produto e do fabricante, procedência, número do lote, tipo e data de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 0017855252 0017791781	Endomaster	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADO</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado. Para este item a empresa deverá apresentar amostras.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 02/08/2023, às 11:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017856833** e o código CRC **383E4B67**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.065621-8

0017856833v7