

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 441/2026
PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL Nº 5/2026**

Objeto: Aquisição de camas hospitalares, macas avançadas, colchões e colchonetes.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em: 13 de agosto de 2026 às 12h 45min (documento SEI nº 30546099).

1º Questionamento: *"Gostaria de solicitar esclarecimento referente ao item 3- CARRO MACA AVANÇADO RADIOTRANSAPARENTE , no edital consta: " MEDIDAS MÍNIMAS DO LEITO (INTERNA) 180 CM X 60 CM (C X L); ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 60 CM E 90CM ",questiona-se se serão aceitas variações dimensionais uma vez que não comprometem a funcionalidade, segurança e finalidade do objeto, sendo mantidas as demais especificações técnicas exigidas. Destaca-se que a eventual flexibilização das medidas, dentro de parâmetros razoáveis, poderá ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de um maior número de fornecedores aptos, em observância aos princípios que regem as contratações públicas. Sendo assim, serão aceitas as medidas Internas de 1,88 x 0,59m (C x L) , Externa 2,14 x 0,78m (C x L) e altura min. e max.0,65 a 0,95m?"*

Resposta: Conforme manifestação da Área de Cadastro de Materiais da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 30582148/2026 - SES.UCO.ACM:

Em atenção ao documento SEI nº 30546120, segue manifestação desta unidade acerca do seguinte Pedido de Esclarecimento 1 - RC (30546099):

Gostaria de solicitar esclarecimento referente ao item 3- CARRO MACA AVANÇADO RADIOTRANSAPARENTE , no edital consta: " MEDIDAS MÍNIMAS DO LEITO (INTERNA) 180 CM X 60 CM (C X L); ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 60 CM E 90 CM ",questiona-se se serão aceitas variações dimensionais uma vez que não comprometem a funcionalidade, segurança e finalidade do objeto, sendo mantidas as demais especificações técnicas exigidas. Destaca-se que a eventual flexibilização das medidas, dentro de parâmetros razoáveis, poderá ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de um maior número de fornecedores aptos, em observância aos princípios que regem as contratações públicas. **Sendo assim, serão aceitas as medidas Internas de 1,88 x 0,59m (C x L) , Externa 2,14 x 0,78m (C x L) e altura min. e max.0,65 a 0,95m?**

Para análise do pedido, faz-se necessário analisar o exigido no instrumento convocatório:

Do descritivo técnico do item:

18624 - CARRO MACA AVANÇADO RADIOTRANSAPARENTE - COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, BASE REVESTIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE FACILITE A LIMPEZA; - OPERAÇÃO QUE OPERE EM SISTEMA HIDRÁULICO A PEDAL; - LEITO RADIOTRANSAPARENTE COM SISTEMA PARA ACOPLAMENTO DE CHASSIS DE RAIO-X;

ARTICULÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO LEITO, ELEVAÇÃO DE CABECEIRA, PERNAS E TRENDELEMBURG, PELO MENOS. - GRADES LATERAIS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. - PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA. - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. - HASTE DE SORO INOX COM NO MÍNIMO 2 GANCHOS. - RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 120 MM, COM SISTEMA DE FREIOS. - **MEDIDAS MÍNIMAS DO LEITO (INTERNA) 180 CM X 60 CM (C X L);** ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 60 CM E 90 CM PELO MENOS; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 150 KG. - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU COMP. DE ISENÇÃO; - ACOMPANHA COLCHONETE CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 28; REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), SEM VIÉS OU DEBRUNS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA 8 CM, LARGURA E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM AS MEDIDAS DO CARRO MACA OFERTADO. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

Dos critérios de análise (item 4.5 do Anexo VI- Termo de Referência):

4.5 - Critérios de Análise - Prospecto/Ficha Técnica/Imagem de Site (print de tela):

4.5.1 - As documentações dos itens cotados pelos proponentes deverão conter todas as informações referentes às características técnicas.

4.5.2 - **As especificações técnicas dos itens poderão ser igualadas ou superadas**, desde que mantidas as exigências conceituais de padrão, desempenho e funcionalidades. Para tanto, o proponente deverá, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, registrar esse fato em sua proposta.

4.5.3 - **Os produtos cotados deverão atender integralmente às especificações técnicas previstas neste documento.**

Desta forma, as medidas internas do leito que serão aceitas são: 180 cm X 60 cm (C x L). Produtos que não atendam as especificações mínimas exigidas não serão aceitas.

Cumpre esclarecer que não realizamos análise prévia de documentos, itens ofertados e propostas.

Atenciosamente,

Ana Luiza Baumer

Pregoeira - Portaria nº 513/2025 - SEI nº 27355692



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 18/08/2026, às 10:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30584381** e o código CRC **BAD6874F**.

