

MEMORANDO SEI N° 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 27 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras - Pregão Eletrônico 041/2025

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
22	25699 - SONDA DE ASPIRACAO ENDOTRAQUEAL N° 14 SISTEMA FECHADO 54 CM COMPRIMENTO	Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A	VITALGOLD	Amostra aprovada conforme SEI n° 0024972324
29	917690 - SONDA NASOENTERAL N° 12	Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda	GVFLEX	Amostra aprovada conforme SEI n° 0024969795

As análises das demais amostras serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 27/03/2025, às 10:16, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024975037** e o código CRC **43B9898B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.264936-9

0024975037v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 041/2025

ITEM: 22

25699 - SONDA DE ASPIRACAO ENDOTRAQUEAL Nº 14 SISTEMA FECHADO 54 CM COMPRIMENTO DE 54 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 2 CM), CONSTITUÍDO DE CONECTOR DUPLO, VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU OUTROS GASES QUANDO NECESSÁRIO SEM A DESCONEXÃO DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

FORNECEDOR: Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A

MARCA: VITALGOLD

LOTE: 240530

REGISTRO (ANVISA): 10296900167

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 12/03/25

Carissa O.P. do Luz Alexandre
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRAS

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 0041/2025

ITEM: 29

917690 - SONDA NASOENTERAL Nº 12 ELASTICA, DE SILICONE OU POLIURETANO, 105 A 120 CM DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACA COM MARCAÇÃO DE REFERENCIA, EXTREMIDADE DISTAL COM PESO/ OGIVA EM TUNGSTENIO OU METAL ATOXICO QUE FACILITE O POSICIONAMENTO/ MIGRAÇÃO DA SONDA; ORIFICIOS NA PORÇÃO DISTAL DA SONDA PERMITINDO A INFUSÃO DE SOLUCOES, COMPATIVEL COM A NUMERACAO; ATRAUMATICA, CONEXAO UNIVERSAL PRECISA, TAMPA ACOPLADA VEDANTE, LUBRIFICADA, MADRIL FLEXIVEL EM ACO INOX, DE FACIL RETIRADA, PROJETADA PARA SER REMOVIDA SEM ADICAO DE LUBRIFICANTES OU AGUA, QUE NAO TRACIONE A SONDA E NAO SAIA PELOS ORIFICIOS DA PORÇÃO DISTAL. ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda

MARCA: GVFLEX

LOTE: 02202404

REGISTRO (ANVISA): 81919860001

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 Unidade

AVALIAÇÃO TÉCNICA

Embalagem

Apontamento: _____

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE / UTILIZAÇÃO PRÁTICA

APontamentos: _____

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVADO O PRODUTO: (☒) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Material já em uso

Enf. Aline R. Lopes
COREN-SC 197801
Líder de área INFOPME/SCIH

DATA: 25/03/25