



## MEMORANDO SEI Nº 0019940420/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 29 de janeiro de 2024.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 581/2023.**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0019939281), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca/Modelo	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1- Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto	PARECER
38	3612 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 6,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 6,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 6,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	-----	Apresentou descrição resumida, porém, anexou ficha técnica com detalhamento do item ofertado	81045420015- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Na análise preliminar foi indicado: "Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui obturador." Em retorno, a empresa indicou: "Para os itens que pede a comprovação de obturador, foi consultado o fabricante. ele informa que a marca está homologada e inclusive tem contrato vigente com a prefeitura o mesmo desconhece a informação do material com obturador".  Em consulta junto ao Came do Hospital Municipal São José foi confirmado que a marca utilizada atualmente é a mesma ofertada

									pela empresa e que tal marca atende as necessidades do hospital e as exigências do edital.  Frente ao exposto, a proposta está classificada.
39	3613 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 7,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 7,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 7,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH-----		Apresentou descrição resumida, porém, anexou ficha técnica com detalhamento do item ofertado	81045420015- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Na análise preliminar foi indicado: "Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui obturador." Em retorno, a empresa indicou: "Para os itens que pede a comprovação de obturador, foi consultado o fabricante. ele informa que a marca está homologada e inclusive tem contrato vigente com a prefeitura o mesmo desconhece a informação do material com obturador".  Em consulta junto ao Came do Hospital Municipal São José foi confirmado que a marca utilizada atualmente é a mesma ofertada pela empresa e que tal marca atende as necessidades do hospital e as exigências do edital.  Frente ao exposto, a proposta está classificada
40	3614 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 7,5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 7,5 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH-----		Apresentou descrição resumida, porém, anexou ficha técnica com detalhamento do item	81045420015- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Na análise preliminar foi indicado: "Aprovação condicionada a empresa confirmar que o

	ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 7,5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.				ofertado		item possui obturador." Em retorno, a empresa indicou: "Para os itens que pede a comprovação de obturador, foi consultado o fabricante. ele informa que a marca está homologada e inclusive tem contrato vigente com a prefeitura o mesmo desconhece a informação do material com obturador".  Em consulta junto ao Came do Hospital Municipal São José foi confirmado que a marca utilizada atualmente é a mesma ofertada pela empresa e que tal marca atende as necessidades do hospital e as exigências do edital.  Frente ao exposto, a proposta está classificada
41	3615 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 8,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 8,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 8,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH-----	Apresentou descrição resumida, porém, anexou ficha técnica com detalhamento do item ofertado	81045420015-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou Na análise preliminar foi indicado: "Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui obturador." Em retorno, a empresa indicou: "Para os itens que pede a comprovação de obturador, foi consultado o fabricante. ele informa que a marca está homologada e inclusive tem contrato vigente com a prefeitura o mesmo desconhece a informação do material com

	CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.							obturador".  Em consulta junto ao Came do Hospital Municipal São José foi confirmado que a marca utilizada atualmente é a mesma ofertada pela empresa e que tal marca atende as necessidades do hospital e as exigências do edital.  Frente ao exposto, a proposta está classificada.
42	3616 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 8,5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 8,5 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 8,5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH-----		Apresentou descrição resumida, porém, anexou ficha técnica com detalhamento do item ofertado	81045420015- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou  Na análise preliminar foi indicado: "Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui obturador." Em retorno, a empresa indicou: "Para os itens que pede a comprovação de obturador, foi consultado o fabricante. ele informa que a marca está homologada e inclusive tem contrato vigente com a prefeitura o mesmo desconhece a informação do material com obturador".  Em consulta junto ao Came do Hospital Municipal São José foi confirmado que a marca utilizada atualmente é a mesma ofertada pela empresa e que tal marca atende as necessidades do hospital e as exigências do edital.  Frente ao exposto, a

								proposta está classificada.
43	3617 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 9,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 9,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 9,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	-----	Apresentou descrição resumida, porém, anexou ficha técnica com detalhamento do item ofertado	81045420015- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou  Na análise preliminar foi indicado: "Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui obturador." Em retorno, a empresa indicou: "Para os itens que pede a comprovação de obturador, foi consultado o fabricante. ele informa que a marca está homologada e inclusive tem contrato vigente com a prefeitura o mesmo desconhece a informação do material com obturador".  Em consulta junto ao Came do Hospital Municipal São José foi confirmado que a marca utilizada atualmente é a mesma ofertada pela empresa e que tal marca atende as necessidades do hospital e as exigências do edital.  Frente ao exposto, a proposta está classificada.
110	4286 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COM CANAL CENTRAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERCAO), CALIBRADO (DISTANCIA DE INSERCAO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANCA), COM	Unidade	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Medtech	-----	De acordo	10299940013- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Na análise preliminar foi indicado: Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento às seguintes exigências: 1- Comprimento de 60-70 cm. 2- Canal central para aspiração de secreções ou fornecimento de oxigênio. No retorno dos

	DIAMETRO EXTERNO DE 05 A 06 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDE COM ANGULACAO APROXIMADA DE 35 A 40° (PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO DE ANEIS TRAQUEAIS) E CANAL CENTRAL PARA ASPIRACAO DE SECRECOES OU FORNECIMENTO DE OXIGENIO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.							questionamentos, a empresa apresentou documentação complementar comprovando o atendimento ao comprimento exigido no edital, porém, não comprovou que o item possui Canal central para aspiração de secreções ou fornecimento de oxigênio. Proposta desclassificada.	
111	912552 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERÇÃO), CALIBRADO (DISTÂNCIA DE INSERÇÃO FACILMENTE OBSERVADA PARA SEGURANÇA), COM DIÂMETRO EXTERNO DE 5 A 6 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDÉ COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 35 A 40° (PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE ANÉIS TRAQUEAIS).REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Medtech	-----	De acordo	10299940013- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Na análise preliminar foi indicado: Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento às seguintes exigências: - Comprimento de 60-70 cm. No retorno dos questionamentos, a empresa apresentou documentação complementar comprovando o atendimento ao comprimento exigido no edital. Proposta classificada.

As demais análises serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 29/01/2024, às 16:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019940420** e o código CRC **DE330A19**.