



MEMORANDO SEI Nº 26963156/2025 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 29 de setembro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 409/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Hemodinâmica para atender a demanda do Hospital Municipal São José

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao disposto no Memorando SEI Nº 26942380/2025 - SAP.LCT, informamos que os itens foram devidamente avaliados de acordo com o estabelecido no Edital SEI nº 26638998. Assim, encaminhamos abaixo a análise dos documentos técnicos apresentados:

Lo te	Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Avaliação Técnica
1	1	30203 - AGULHA INTRODUTOR COAXIAL NOS TAMANHOS 15 A 20 G X 10 A 20 CM AGULHA INTRODUTOR COAXIAL, CONEXÃO PARA SERINGA, CÂNULA EXTERNA CENTIMETRADA, MARCADOR DE PROFUNDIDADE, TOTALMENTE DESCARTÁVEL, NOS TAMANHOS DE 15 A 20G X 10 A 20CM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. O TAMANHO SERÁ DEFINIDO PELA EQUIPE ASSISTENTE DENTRE OS DISPONÍVEIS NO PROSPECTO (DENTRO DA FAIXA DE MEDIDAS EXIGIDAS NO EDITAL). A EMPRESA NÃO PODERÁ ALEGAR A	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	UNIT	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa está ISENTA de apresentar amostras, devido o material já ter sido utilizado na Instituição. Conforme Pregão Eletrônico nº 117/2023 - 0018449226

		INDISPONIBILIDADE DE UM OU OUTRO TAMANHO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.			
1	2	30204 - AGULHA DE BIÓPSIA SEMI AUTOMÁTICA DE 14 A 20 G X 9 A 20 CM AGULHA DE BIÓPSIA SEMI-AUTOMÁTICA, MANDRIL COM GAVETA PARA ARMAZENAMENTO, MARCAÇÃO CENTIMETRADA, TOTALMENTE DESCARTÁVEL, COM REGULAGEM CONTROLADA DE ABERTURA, INDICADA PARA BIÓPSIAS DE LESÕES DE PARTES MOLES ORIENTADAS POR IMAGEM, NOS TAMANHOS DE 14 A 20 G X 9 A 20 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. O TAMANHO SERÁ DEFINIDO PELA EQUIPE ASSISTENTE DENTRE OS DISPONÍVEIS NO PROSPECTO (DENTRO DA FAIXA DE MEDIDAS EXIGIDAS NO EDITAL). A EMPRESA NÃO PODERÁ ALEGAR A INDISPONIBILIDADE DE UM OU OUTRO TAMANHO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	UNIT	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa está ISENTA de apresentar amostras, devido o material já ter sido utilizado na Instituição. Conforme Pregão Eletrônico nº 117/2023 - 0018449226
-	3	30074 - CATETER GUIA 6F COM CATETER INTERNO 5F CATETER GUIA 6F COM CATETER INTERNO DIAGNÓSTICO 5F - PARA ACESSO DE VASCULAR EM ANATOMIA DESFAVORÁVEL. CATETER GUIA DE LÚMEN ÚNICO, REFORÇADO COM ARAMADO DE AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO POR PTFE. PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA PRÉ-MOLDADA EM STR. COM 6F DE DIÂMETRO E COM COMPRIMENTO DE 99 À 115 CM. CATETER INTERNO DE LÚMEN ÚNICO REFORÇADO COM ARAMADO DISTAL DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. PONTA PRÉ-MOLDADA EM VTR, SIM E DIÂMETRO EXTERNO DISTAL DE 5F (ID 0.048") COM COMPRIMENTO DE 118 À 130 CM.	ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A	Chaperon / Microventi on	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa está ISENTA de apresentar amostras, devido o material já ter sido utilizado na Instituição. Conforme Pregão Eletrônico nº 441/2023 - 0019592573
-	4	30106 - INTRODUTOR FEMORAL 23CM 6FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO, FEMORAL, COM CALIBRE 6FR COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 22 À 24 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA PARA PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDA DE PONTA EM J COM ENDEREÇADOR. INTRODUTOR VALVULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702010162).	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	APT APT Medical	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa deverá apresentar amostras.
-	5	30125 - MICRO CATETER DE FLUXO DEPENDENTE MICRO CATETER FLUXO DEPENDENTE UTILIZADO COM PONTA DESTACÁVEL MECANICAMENTE PARA FINS DIAGNÓSTICOS OU TERAPÊUTICOS PARA ACESSAR LOCALIZAÇÕES DISTAIS E SELETIVAS. COMPRIMENTO DE 163 À 170 CM, DIÂMETRO EXTERNO DISTAL: 1,2F A	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	AUTO SUTURE - MICRO THERAPE UTICS INC.	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se

		1,5F E DIÂMETRO EXTERNO PROXIMAL DE 2,5F A 3,0F, COMPRIMENTO DE PONTA DESTACÁVEL ENTRE 1,5 A 5 CM, CONTENDO MARCAS RADIO PACAS EM SUAS EXTREMIDADES. É INDICADO PARA PARA USO DE CONTRASTE E AGENTES FARMACOLÓGICOS COMO: MICRO PARTÍCULAS DE PVA, AGENTES EMBOLIZANTES LÍQUIDOS E DMSO COMPATÍVEL. PONTA MOLDÁVEL . COMPATÍVEL COM MICRO GUIA 0,08" E 0,010". PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO (CÓD. SUS 0702010170).			vigentes no período Para este item a empresa está ISENTA de apresentar amostras, devido o material já ter sido utilizado na Instituição. Conforme Pregão Eletrônico nº 441/2023 - 0019390112
-	6	30115 - MICRO GUIA 0,010" MICRO-GUIA HIDROFÍLICO EM AÇO INOXIDÁVEL. DESENVOLVIDO PARA PROMOVER SUPORTE NA INTRODUÇÃO E DIRECIONAMENTO DO CO MICRO-CATETER. PONTA RETA MOLDÁVEL, DIÂMETRO: 0,010" COMPRIMENTO: 180 A 200 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS: 0702050369).	FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	STRYKER NEUROV ASCULAR	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa deverá apresentar amostras.
-	7	30091 - CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, COM INDICAÇÃO NAS ANGIOPLASTIAS DE CARÓTIDA, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014", PRESSÃO DE RUPTURA DE ATÉ 14BAR, BAIXO PERFIL DE CRUZAMENTO, CATETER DISTAL FLEXÍVEL E RESISTENTE A DOBRAS, REVESTIMENTO HIDROFÓBICO, NOS DIÂMETROS DE 5,0 A 7,0MM E COMPRIMENTO DE 20 A 30MM, NOS SISTEMAS DE ENTREGA DE 80 À 135CM (CÓD. SUS:0702040070).	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	Boston Scientific	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa está ISENTA de apresentar amostras, devido o material já ter sido utilizado na Instituição. Conforme Pregão Eletrônico nº 117/2023 - 0018448844
-	8	30119 - SISTEMA DE PROTEÇÃO (FILTRO) CAROTÍDEO COM MEMBRANA EM NITINOL SISTEMA DE PROTEÇÃO CEREBRAL PARA ANGIOPLASTIA DE CARÓTIDA, COM MEMBRANA DE NITINOL, RECOBERTO POR HEPARINA, MONTADO EM FIO GUIA 0,014", DE TROCA RÁPIDA COM MOBILIDADE ROTACIONAL E LONGITUDINAL SOBRE O FIO GUIA (INDEPENDENTE DO FILTRO), E AINDA A UTILIZAÇÃO DE UMA GUIA DE ESCOLHA. COM TAMANHOS DIFERENTES PARA VASOS DE 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 E 7.0 MM DE DIÂMETRO. COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0.014" OU 0.018", CATETER GUIA 6 FR. OU INTRODUTOR LONGO 5 FR. (DIÂMETRO INTERNO DE 0.066"). PONTA ATRAUMÁTICA, SISTEMA DE LIBERAÇÃO "PULL-BACK" (CÓD. SUS: 0702040606 - SISTEMA DE PROTEÇÃO DISTAL PARA CARÓTIDA E/OU CORONÁRIA).	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	Boston Scientific	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa está ISENTA de apresentar amostras, devido o material já ter sido utilizado na Instituição. Conforme Pregão Eletrônico nº 117/2023 - 0018448844
-	9	30071 - CATETER DIAGNÓSTICO VERTEBRAL 5FR CATETER DIAGNÓSTICO VERTEBRAL 5FR -	MED CARE PRODUTOS	APT MEDICAL	<u>DOCUMENTAÇÃO REPROVADA</u>

		CONFECCIONADO EM NYLON COM AÇO INOX; DIAGNÓSTICO; EXTREMIDADES NÃO TRAUMÁTICAS, BEM ACABADAS E BOA DIRIGIBILIDADE, COM ORIFÍCIO DISTAL; COMPATÍVEL COM O USO EM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES. RESISTENTE A TORÇÕES TIPO VERTEBRAL, SEM ORIFÍCIOS LATERAIS; COM COMPRIMENTO DE 99 À 115 CM.; DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, PARA FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS. DEVE SER EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	MEDICOS LTDA		As documentações apresentadas apresentam material não compatível com procedimentos neurovasculares , apenas compatível em procedimentos vasculares , conforme explícito nas Instruções de Uso na Proposta Comercial 26938166 , conforme consulta site da ANVISA 26962539 página 1 - item 2
-	10	30103 - PARTÍCULAS DE PVA PARTÍCULAS DE EMBOLIZAÇÃO DE ÁLCOOL POLIVINÍLICO, EMBALADAS EM FRASCOS INDIVIDUAIS, CONTENDO 1ML DE PARTÍCULAS. TAMANHOS DE 180µC A 300µC, 300µC A 500µC E 500µC A 710µC. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702050423 – PARTÍCULAS EMBOLIZANTES).	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	Boston Scientific	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa está ISENTA de apresentar amostras, devido o material já ter sido utilizado na Instituição. Conforme Pregão Eletrônico nº 117/2023 - 0018448844
-	11	30072 - CATETER DIAGNÓSTICO COBRA 2 5FR CATETER DIAGNÓSTICO COBRA 2 5FR - COM 65 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM DUAS CAMADAS DE NYLON E POLIETILENO, DUPLA MALHA EM AÇO, PONTA ARREDONDADA E SEM SOLDA, ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LEVEMENTE RADIOPACA E LISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	APT APT Medical	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa está ISENTA de apresentar amostras, devido o material já ter sido utilizado na Instituição. Conforme Pregão Eletrônico nº 437/2024 - 0023064743
-	12	30073 - CATETER DIAGNÓSTICO PIG TAIL 5FR CATETER DIAGNÓSTICO PIG TAIL 5FR - COM 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM DUAS CAMADAS DE NYLON E POLIETILENO, DUPLA MALHA EM AÇO, PONTA ARREDONDADA E SEM SOLDA, ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LEVEMENTE RADIOPACA E LISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	APT APT Medical	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa está ISENTA de apresentar amostras, devido o material já ter sido utilizado na Instituição. Conforme Pregão Eletrônico nº 437/2024 - 0023064743

-	13	44065 - STENT CORONARIANO FARMACOLÓGICO STENT DE LIGA CROMO-COBALTO, REVESTIDO DE FÁRMACO, NOS TAMANHOS DE 2,25 A 4,0 MM DE DIÂMETRO E DE 8,0 A 38 MM DE COMPRIMENTO, MONTADO EM BALÃO, COMPRIMENTO DO SISTEMA DE ENTREGA DE NO MÍNIMO 140 CM, COMPATÍVEL COM CATÉTER GUIA DE DIÂMETRO 6 FR, COM MARCAS RADIOPACAS DISTAL E PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - CÓDIGO SUS 0702040614.	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	SINO MEDICAL SCIENCES TECHNOL OGY INC.	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa deverá apresentar amostras.
-	14	30104 - INTRODUTOR FEMORAL 4FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO, FEMORAL, COM CALIBRE 4FR COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10,8 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA PARA PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702050342 – INTRODUTOR VALVULADO).	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	APT MEDICAL	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa deverá apresentar amostras.
-	15	30110 - INTRODUTOR FEMORAL 9FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO, FEMORAL, COM CALIBRE 9FR COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035", CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA PARA PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDA DE PONTA EM J COM ENDEREÇADOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	APT MEDICAL	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa deverá apresentar amostras.
-	16	30111 - INTRODUTOR RADIAL 5FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO RADIAL COM CALIBRE DE 5FR, COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA DE MICRO PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDA DE PONTA RETA . EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702050342 – INTRODUTOR VALVULADO).	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Ortus ORTUS MEDI- TECH CO	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa deverá apresentar amostras.
-	17	30112 - INTRODUTOR RADIAL 6FR INTRODUTOR PERCUTÂNEO RADIAL COM CALIBRE DE 6FR, COMPOSTO POR BAINHA COM COMPRIMENTO DE 10 À 12 CM, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035". CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA DE MICRO PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Ortus ORTUS MEDI- TECH CO	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período

		GUIA RETORCIDO DE PONTA RETA . EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL (CÓD. SUS 0702050342 – INTRODUTOR VALVULADO).			Para este item a empresa deverá apresentar amostras.
-	18	45406 - CATETER DIAGNÓSTICO VERTEBRAL 5FR LONGO CONFECCIONADO EM NYLON COM AÇO INOX; DIAGNÓSTICO; EXTREMIDADES NÃO TRAUMÁTICAS, BEM ACABADAS E BOA DIRIGIBILIDADE, COM ORIFÍCIO DISTAL; COMPATÍVEL COM O USO EM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES. RESISTENTE A TORÇÕES TIPO VERTEBRAL, SEM ORIFÍCIOS LATERAIS; COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM.; DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, PARA FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS. DEVE SER EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	APT MEDICAL	<u>DOCUMENTAÇÃO REPROVADA</u> As documentações apresentadas apresentam material não compatível com procedimentos neurovasculares, apenas compatível em procedimentos vasculares, conforme explícito nas Instruções de Uso na Proposta Comercial 26938185 página 20 - tópico 2
-	19	30082 - INTRODUTOR FEMORAL 6FR LONGO COM PONTA FLEXÍVEL HIDROFÍLICA INTRODUTOR LONGO ARAMADO COM PONTA FLEXÍVEL HIDROFÍLICA- BAINHA LONGA DE LÚMEN ÚNICO, RIGIDEZ VARIÁVEL, ARAMADO, COM MARCAÇÃO RADIOACA E VÁLVULA PROXIMAL REMOVÍVEL. DISPOSITIVO QUE PERMITE GERAR UMA VIA DE ACESSO PERCUTÂNEA ATÉ AS ARTÉRIAS SUPRA AÓRTICAS, COM EXTREMIDADE DISTAL HIDROFÍLICA E FLEXÍVEL COM LUMEN INTERNO DE NO MÍNIMO 0.88". ACOMPANHA DILATADOR COMPATÍVEL PARA TRANSIÇÃO ATRAUMÁTICA. MEDIDA APROXIMADA DE 80 A 110 CM.	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	APT SAILWIRE	<u>DOCUMENTAÇÃO REPROVADA</u> As documentações apresentadas apresentam material não compatível com procedimentos neurovasculares, apenas compatível em procedimentos vasculares, conforme explícito nas Instruções de Uso na Proposta Comercial 26938185 página 20 - tópico 2
-	20	46030 - FIO GUIA 0,035" X 150CM PTFE TEFLONADO COM PONTA "J" RECOBERTO POR TEFLON, NÚCLEO EM AÇO INOX E PONTA FLEXÍVEL, HIPOALERGÊNICO E RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Sunny Sunny Medical	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa deverá apresentar amostras.
-	21	46031 - FIO GUIA 0,035" X 260CM PTFE TEFLONADO COM PONTA "J" RECOBERTO POR TEFLON, NÚCLEO EM AÇO INOX E PONTA FLEXÍVEL, HIPOALERGÊNICO E RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Sunny Sunny Medical	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período Para este item a empresa deverá apresentar amostras.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 29/09/2025, às 10:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26963156** e o código CRC **F5F8AC44**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.179791-9

26963156v3