



MEMORANDO SEI Nº 25810086/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 16 de junho de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 149/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Em atenção ao Memorando 25809483, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/Ficha técnica/Print de tela	Amostr as	Parecer
15	909309 - CATETER DUPLO J ADULTO 6 FR CATETER DUPLO J 6FR COMPRIMENTO 28 CM, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO E FABRICADO EM POLIURETANO A PROVA DE DOBRAS. REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. MARCAÇÃO NO CORPO DO CATETER, VÁRIOS ORIFÍCIOS E EXTREMIDADES ABERTAS. FIO GUIA HIDROFÍLICO COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 130 CM. EMBALAGEM ESTÉRIL,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO	Pç.	COTACAO COM REPRESENTA CAO IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	BIOMEDIC AL	De acordo.	10196320026 - Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou (página 4) - porém, não trás todas as exigências do edital.	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse as seguintes informações: 1 - Cateter 6 FR; 2- Cateter com comprimento de 28 cm; 3- Fio guia com comprimento superior a 130cm. No retorno, a empresa apresentou a documentação SEI nº 25809474, que confirma as medidas exigidas no edital.

	ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO								Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras.
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

Ainda conforme solicitado, informamos que as amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 16/06/2025, às 12:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25810086** e o código CRC **4FF0870C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br