MEMORANDO SEI Nº 0023133045/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 10 de outubro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **391/2024**.
Objeto: Aquisição de equipamentos, móveis e materiais de uso hospitalar.

Em atenção ao documento SEI nº 0023130964, segue análise técnica acerca da diligência realizada em relação aos itens 5, 6 e 7:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Modelo	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Ficha técnica, Imagem de site, Prospecto	Questionamento na análise preliminar e manifestação da empresa:	Parecer
-	5	23128 - COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO INFANTIL MEDIDAS 130 CM X 70 CM X 10 CM (C X L X A), CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO; DENSIDADE 23, COM CAPA EM COURVIN IMPERMEÁVEL, COM	Unidade	OUROFLEX COMERCIAL LTDA	OUROFLEX	OUROFLEX Modelo OF BERÇO 01	De acordo	Item não regulado pela Anvisa, isento de registro.	Apresentou. Documentação técnica não deixa claro o atendimento a todas as exigências do edital.	A documentação técnica apresentada pela empresa não deixa claro o atendimento a diversos pontos exigidos no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende os seguintes requisitos:	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		ZIPER E ILHOSES. EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS.								1. Medidas 130 cm x 70 cm x 10 cm (C X L X A); 2. Confeccionado em espuma de poliuretano; densidade 23; 3. Com zíper e ilhoses ***Manifestação da empresa:*** Os materiais cotados e que serão entregues estarão em completo atendimento ao descritivo do termo de referência. ***Pregoeira***: Bom dia senhores, portanto a empresa confirma o atendimento a todos os pontos acima elencados? ***Participante***: Sim	
-	6	14354 - COLCHÃO HOSPITALAR PARA USO EM CAMA FAWLER MEDIDAS 188 X 78 X 12 CM, DENSIDADE 33, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO EM UMA SÓ PEÇA, REVESTIDO EM COURVIN, LAVÁVEL, SEM COSTURA NAS QUINAS LATERAIS. CAPAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE EVITANDO QUALQUER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E CONTAMINAÇÃO. PERMITIR	Unidade	OUROFLEX COMERCIAL LTDA	OUROFLEX	OUROFLEX Modelo OF HOSPITALAR 01	De acordo	Item não regulado pela Anvisa, isento de registro.	Apresentou. Documentação técnica não deixa claro o atendimento a todas as exigências do edital.	A documentação técnica apresentada pela empresa não deixa claro o atendimento a diversos pontos exigidos no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende os seguintes requisitos: 1. Medidas 188 X 78 X 12 CM; 2. Densidade 33; 3. Confeccionado em espuma de poliuretano em uma só peça; 4. Lavável; 5. Sem costura nas quinas laterais;	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		HIGIENIZAÇÃO DIARIAMENTE.								6. Capas soldadas eletronicamente evitando qualquer penetração de líquido e contaminação; 7. Permitir higienização diariamente. ***Manifestação da empresa:*** Os materiais serão entregues exatamente iguais ao termo de referência	
-	7	18872 - COLCHONETE PARA MACA ADULTO, 1,88 MT X 0,80 MT 0,05 MT COLCHONETE PARA MACA ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSÕES 1,88 MT (COMPRIMENTO) X 0,80 MT (LARGURA) X 0,05 MT (ALTURA), REVESTIDO DE COURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZÍPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS.	Peça	OUROFLEX COMERCIAL LTDA	OUROFLEX	OUROFLEX Modelo OF MACA 01	De acordo	Item não regulado pela Anvisa, isento de registro.	Apresentou. Documentação técnica não deixa claro o atendimento a todas as exigências do edital.	A documentação técnica apresentada pela empresa não deixa claro o atendimento a diversos pontos exigidos no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende os seguintes requisitos: 1. Confeccionado em espuma flexível de poliuretano; 2. Densidade 33; 3. Com 02 ilhoses e zíper na extremidade distal (peseira); 4. Com zíper reforçado na costura; 5. Capa confeccionada sem recortes; 6. Soldada eletronicamente, sem viés ou debruns. ***Manifestação da empresa:*** Os materiais serão entregues exatamente iguais ao termo de referência	Proposta de acordo com o edital, classificada.

Passamos à análise da documentação de habilitação apresentada pelas atuais arrematantes do Lote 1 e itens 8 e 10:

Lote	Item	Material/Serviço	Fornecedor	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
1	1	917496 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Válido até 26/10/2024- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.
	2	17312 - ELETRODO PA DESCARTÁVEL ADULTO	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Válido até 26/10/2024- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.
	3	17313 - ELETRODO PA DESCARTÁVEL INFANTIL	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Válido até 26/10/2024- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.
-	8	909316 - TRAVESSEIRO HOSPITALAR	ALDREY PAUCIO DA SILVA	Item não regulado pela Anvisa, isento conforme 9.6.O do edital.	Item não regulado pela Anvisa, isento conforme 9.6.O do edital.	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.
-	10	21836 - POLTRONA RECLINAVEL	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	Válido até 30/11/2024- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.

A análise da proposta para o item 4 será encaminhada posteriormente.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Servidor(a) Público(a)**, em 10/10/2024, às 11:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0023133045** e o código CRC **80D7CC39**.

24.0.147899-4

0023133045v9