

**MEMORANDO SEI Nº 27680696/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 01 de dezembro de 2025.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **346/2025**.**Objeto:** Aquisição de Pastilha Reagente DPD e Teste Biológico para Autoclave com o fornecimento de incubadoras em comodato.

Em atenção ao memorando SEI nº 27668022, segue as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descrição de acordo com o edital?	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
1	22144 - TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR DO TIPO-CONTIDO DE LEITURA RÁPIDA, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS)	Ampola	Maxxi med Comércio de Produtos Médicos Hospitais Ltda	Maxxi med	CLICK TEST IB 3 H	De acordo	Apresentou	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário apresentação de amostras conforme exigência do edital.

	HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA OU QUÍMICO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA ETIQUETADA PARA IDENTIFICAÇÃO, COM CALDO NUTRIENTE, RÓTULO EXTERNO CONSTANDO O LOTE, FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.								
2	40720 - PASTILHA REAGENTE DPD Pastilha DPD, determinação cloro residual livre, faixa 0 a 4 mg/l, para	Unidade	PHL Distribuidora Laboratorial Ltda	Lamotte	LAMOTTE	De acordo	Apresentou	Exige	O edital exige faixa 0 a 4 mg/l, para amostra de 10ml. Compatível com

amostra de
10ml.
Compatível
com o
colorímetro
de marca Del
Lab, Modelo
DLA-CL
CLORO.

o
colorím
etro de
marca
Del Lab,
Modelo
DLA-
CL
CLORO
. No
prospect
o não
foi
possível
identific
ar as
informa
ções
suprame
ncionad
as.

Para
continui
dade da
análise,
solicita
mos que
a
empresa
confirm
e:

1 - Que
o item
ofertado
determi
na cloro
residual
livre, na
faixa de
0 a 4
mg/l.

2 - Que
o item
ofertado
é
compatí
vel com
o
colorím
etro de
marca
Del Lab,
modelo

									DLA-CL-Cloro. É necessário apresentação de amostras conforme exigência do edital.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 01/12/2025, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27680696** e o código CRC **F311D5F7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.138465-7

27680696v4