

MEMORANDO SEI N° 0012005142/2022 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 17 de fevereiro de 2022.

À

Área de Suprimentos

**Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico SRP n°. 496/2021** - Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José... Os itens foram avaliados de acordo com o Anexo I do Edital (SEI 0011449891).

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Avaliação Técnica
1	911255 - CATETER DIAGNÓSTICO PIG TAIL 5FR CATETER DIAGNÓSTICO PIG TAIL 5FR COM 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM DUAS CAMADAS DE NYLON E POLIETILENO, DUPLA MALHA EM AÇO, PONTA ARREDONDADA E SEM SOLDA, ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LEVEMENTE RADIOPACA E LISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. Quantidade Mínima Consignação: 05	HOMACC	<b><i>APROVADO</i></b> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <b><i>PARECER TÉCNICO</i></b> N° 0012005018
18	912604 - INTRODUTOR FEMORAL 23 CM 6FR. INTRODUTOR PERCUTÂNEO, FEMORAL, COM CALIBRE 6FR COMPOSTO POR BAINHA DE APROXIMADAMENTE 23 CM DE COMPRIMENTO, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035", CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA PARA PUNÇÃO COMPATÍVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDA DE PONTA EM J COM ENDERECADOR. INTRODUTOR VALVULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. (CÓD. SUS: 0702010162) Quantidade Mínima Consignação: 10	GADALI	<b><i>APROVADO</i></b> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <b><i>PARECER TÉCNICO</i></b> N° 0012005041

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rosimere Barbosa Gomes**, **Servidor(a) Público(a)**, em 17/02/2022, às 13:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012005142** e o código CRC **ECCA9919**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
01	911255 - CATETER DIAGNÓSTICO PIG TAIL 5FR CATETER DIAGNÓSTICO PIG TAIL 5FR COM 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM DUAS CAMADAS DE NYLON E POLIETILENO, DUPLA MALHA EM AÇO, PONTA ARREDONDADA E SEM SOLDA, ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LEVEMENTE RADIOPACA E LISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. Quantidade Mínima Consignação: 05

### **AVALIAÇÃO TÉCNICA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 496/2021

SETOR TESTE: Hemodinâmica

MARCA: PIG APT

FORNECEDOR: Homacc

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80447710002

LOTE: SP1121071215

FABRICANTE: APT Medical

QUANTIDADE AVALIADA: 01

 EMBALAGEM:  Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: OK

### **CONCLUSÃO**

 APROVA O MATERIAL?  SIM

( ) NÃO MOTIVO:

CATETER 30M

  
 Ademir Regueira Filho  
 Cirurgião Vascular  
 CRM - SC 11424

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

 DATA: 15/02/22

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
18	912604 - INTRODUTOR FEMORAL 23 CM 6FR. INTRODUTOR PERCUTÂNEO, FEMORAL, COM CALIBRE 6FR COMPOSTO POR BAINHA DE APROXIMADAMENTE 23 CM DE COMPRIMENTO, DILATADOR INTERNO CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA BAINHA, PARA FIO 0,035", CONTENDO VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA, AGULHA PARA PUNCAO COMPATIVEL COM CALIBRE DO INTRODUTOR E MINI GUIA RETORCIDA DE PONTA EM J COM ENDERECADOR. INTRODUTOR VALVULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. (CÓD. SUS: 0702010162) Quantidade Mínima Consignação: 10

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 496/2021

SETOR TESTE: Hemodinâmica

MARCA: Nora

FORNECEDOR: Gadali Medical

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80984190037

LOTE: SM619526

FABRICANTE: Shunmei Medical

QUANTIDADE AVALIADA: 01

 EMBALAGEM:  Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### CONCLUSÃO

 APROVA O MATERIAL?  SIM

 ( ) NÃO    MOTIVO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ADEQUADO

Dr. Pedro Magalhães  
 CRM 12558  
 Neurologista RQE 9542  
 Neurorradiologista RQE 15757

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

 DATA: 08/07/2022

MEMORANDO SEI N° 0012148676/2022 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 05 de março de 2022.

À

Área de Suprimentos

**Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico SRP n°. 496/2021** - Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José... Os itens foram avaliados de acordo com o Anexo I do Edital (SEI0011449891).

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Avaliação Técnica
22	22701 - INTRODUTOR RADIAL 5FR Introdutor Percutâneo radial com calibre de 5FR, composto por bainha de aproximadamente 11cm de comprimento, dilatador interno correspondente ao tamanho da bainha, para fio 0,035". Contendo válvula hemostática e infusor lateral com torneirinha, agulha de micro punção compatível com calibre do introdutor e mini guia retorcido de ponta reta . Embalagem individual e estéril. (Cód. SUS 0702050342 – Introdutor valvulado)Quantidade Mínima Consignação: 10 Quantidade Mínima Consignação: 10	GADALI	Aguarda Avaliação Técnica
23	22702 - INTRODUTOR RADIAL 6FR Introdutor Percutâneo radial com calibre de 6FR, composto por bainha de aproximadamente 11cm de comprimento, dilatador interno correspondente ao tamanho da bainha, para fio 0,035". Contendo válvula hemostática e infusor lateral com torneirinha, agulha de micro punção compatível com calibre do introdutor e mini guia retorcido de ponta reta . Embalagem individual e estéril. (Cód. SUS 0702050342 – Introdutor valvulado) Quantidade Mínima Consignação: 10 Quantidade Mínima Consignação: 10	GADALI	Aguarda Avaliação Técnica
26	913775 - MICRO GUIA 0,14" MICRO-GUIA HIDROFÍLICO EM AÇO INOXIDÁVEL. DESENVOLVIDO PARA PROMOVER SUPORTE NA INTRODUÇÃO E DIRECIONAMENTO DO MICRO-CATETER NA VASCULATURA. PONTA RETA MOLDÁVEL. DIÂMETRO: 0,014". COMPRIMENTO: 180 A 200 CM. (CÓD. SUS: 0702050369) Quantidade Mínima Consignação: 10	ENDOTEC	Empresa não apresentou amostra

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rosimere Barbosa Gomes**, Servidor(a) Público(a), em 05/03/2022, às 12:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012148676** e o código CRC **54F16B68**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)



MEMORANDO SEI N° 0012187621/2022 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 10 de março de 2022.

À

Área de Suprimentos

**Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico SRP n°. 496/2021** - Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José... Os itens foram avaliados de acordo com o Anexo I do Edital (SEI 0011449891).

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Avaliação Técnica
22	22701 - INTRODUTOR RADIAL 5FR Introdutor Percutâneo radial com calibre de 5FR, composto por bainha de aproximadamente 11cm de comprimento, dilatador interno correspondente ao tamanho da bainha, para fio 0,035". Contendo válvula hemostática e infusor lateral com torneirinha, agulha de micro punção compatível com calibre do introdutor e mini guia retorcido de ponta reta . Embalagem individual e estéril. (Cód. SUS 0702050342 – Introdutor valvulado)Quantidade Mínima Consignação: 10 Quantidade Mínima Consignação: 10	GADALI	<b><i>APROVADO</i></b> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <b><i>PARECER TÉCNICO</i></b> N° 0012187599
23	22702 - INTRODUTOR RADIAL 6FR Introdutor Percutâneo radial com calibre de 6FR, composto por bainha de aproximadamente 11cm de comprimento, dilatador interno correspondente ao tamanho da bainha, para fio 0,035". Contendo válvula hemostática e infusor lateral com torneirinha, agulha de micro punção compatível com calibre do introdutor e mini guia retorcido de ponta reta . Embalagem individual e estéril. (Cód. SUS 0702050342 – Introdutor valvulado) Quantidade Mínima Consignação: 10 Quantidade Mínima Consignação: 10	GADALI	<b><i>APROVADO</i></b> AMOSTRA APROVADA, CONFORME <b><i>PARECER TÉCNICO</i></b> N° 0012187570

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rosimere Barbosa Gomes**, **Servidor(a) Público(a)**, em 10/03/2022, às 11:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012187621** e o código CRC **C4410E94**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
22	22701 - INTRODUTOR RADIAL 5FR Introdutor Percutâneo radial com calibre de 5FR, composto por bainha de aproximadamente 11cm de comprimento, dilatador interno correspondente ao tamanho da bainha, para fio 0,035". Contendo válvula hemostática e infusor lateral com torneirinha, agulha de micro punção compatível com calibre do introdutor e mini guia retorcido de ponta reta . Embalagem individual e estéril. (Cód. SUS 0702050342 – Introdutor valvulado)Quantidade Mínima Consignação: 10 Quantidade Mínima Consignação: 10

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 496/2021

SETOR TESTE: Hemodinâmica

MARCA: BrosMedi Medical

FORNECEDOR: Gadali Medical

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 81231559012

LOTE: C2160028

FABRICANTE: Brosmed Medical

QUANTIDADE AVALIADA: 01

EMBALAGEM:  Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica
 FUNCIONALIDADE: Dispositivo utilizado para acesso arte-  
rial via artéria radial Atende ao que se  
propõem

### CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL?  SIM

( ) NÃO MOTIVO: \_\_\_\_\_

 PAULO WILLE MD, PhD  
 CRM/SC 8396

 Neurorradiologia Intervencionista  
 RQE 11014

ASS. PROFISSIONAL CARIMBO

DATA: 10/03/2022

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
23	22702 - INTRODUTOR RADIAL 6FR Introdutor Percutâneo radial com calibre de 6FR, composto por bainha de aproximadamente 11cm de comprimento, dilatador interno correspondente ao tamanho da bainha, para fio 0,035". Contendo válvula hemostática e infusor lateral com torneirinha, agulha de micro punção compatível com calibre do introdutor e mini guia retorcido de ponta reta . Embalagem individual e estéril. (Cód. SUS 0702050342 – Introdutor valvulado) Quantidade Mínima Consignação: 10 Quantidade Mínima Consignação: 10

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 496/2021

SETOR TESTE: Hemodinâmica

MARCA: Inputn It

FORNECEDOR: Gadali Medical

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 81231559012

LOTE: C2190051

FABRICANTE: Brosmed Medical

QUANTIDADE AVALIADA: 01

EMBALAGEM:  Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica
 FUNCIONALIDADE: Dispositivo utilizado para acesso ante-  
riol via artéria radial. Atende ao que se  
propõem

### CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL?  SIM

( ) NÃO MOTIVO: \_\_\_\_\_

 PAULO WILLE MD, PhD  


CRM/SC 8396

Neurorradiologia Intervencionista

ASS. PROFISSIONAL CARIMBO

DATA: 10/09/2021