



MEMORANDO SEI Nº 0025017217/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 31 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **075/2025**.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Em atenção aos documentos SEI nº 0024847660 e 0024854427, segues as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/ Print de Tela	Parecer
1	909771 - FIO ALGODAO 0 S/AG Fio cirurgico de algodao, cor preta ou azul, espessura 0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	KIENTRO BRASIL LTDA	BRASUTURE Modelo AA554	-----	De acordo	10372360021, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
2	909770 - FIO ALGODAO 2-0 S/AG Fio cirurgico de algodao, cor preta ou azul, espessura 2-0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, esteril,	ENV	KIENTRO BRASIL LTDA	BRASUTURE Modelo AA553	-----	De acordo	10372360021, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.								
3	909769 - FIO ALGODAO 3-0 S/AG Fio cirurgico de algodao, cor preta ou azul , espessura 3-0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	KIENTRO BRASIL LTDA	BRASUTURE Modelo AA552	-----	De acordo	10372360021, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
4	909164 - FIO CERA PARA OSSO FIO CERA PARA OSSO - ENVELOPE COM NO MINIMO 2,0 GRAMAS; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	ENV	KIENTRO BRASIL LTDA	BRASUTURE Modelo: CO830	-----	De acordo	10372360030, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
6	909814 - FIO CIR. DE POLIGLACTINA 0 AG 3,5CM A 3,7CM GASTRO Fio cirurgico sintetico de poliglactina, violeta, espessura, 0, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 3,5cm a 3,7, gastro, esteril, embalagem unitaria conforme NBR14990 e suas atualizações.	ENV	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN Código/ modelo: 868000-	-----	Apresentou descrição resumida do item	80052020050, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
7	21428 - FIO CIR. DE POLIGLACTINA 5-0 AG 1,5 A 1,7CM PLAST. FIO CIRURGICO SINTETICO DE POLIGLACTINA, INCOLOR,45 CM, ESPESSURA DE 5-0, COM AGULHA DE PONTA TRIANGULAR	ENV	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	MERIL mitsu	-----	De acordo	10360810013, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA, para vários modelos, porém proposta não descreve modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto não deixa claro qual item está sendo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado e apresente prospecto com as informações exatas do modelo ofertado.

	1/2 CIRCULO, MEDINDO DE 1,5 A 1,7CM, PLASTICA, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.								
8	909807 - FIO CIR. DE POLIGLACTINA 6-0 AG 1,5CM a 1,7PLAST. Fio cirurgico sintetico de poliglactina e/ou acido poliglicolico, incolor, espessura 6-0, com 45cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta triangular, medindo 1,5cm a 1,7, plástica, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN Código/ modelo: 829060XF-	-----	Apresentou descrição resumida do item	80052020050, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
9	909823 - FIO CIR. DE POLIGLATINA 1 AG 3,6 a 3,7CM ORTOP. Fio cirurgico sintetico de poliglactina, violeta, espessura 1, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta triangular, medindo 3,6 a 3,7cm, ortop. cortante, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN Código/ modelo: 568001	-----	Apresentou descrição resumida do item	80052020050, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
10	909815 - FIO CIR. DE POLIGLATINA 1 AG 4CM F.GERAL Fio cirurgico sitetico de poliglactina, violeta, espessura 1, com 70cm de comprimento com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 4,0cm, fechamento geral, esteril, embalagem unitaria	ENV	KIENTRO BRASIL LTDA	BRASUTURE PGLV17240R;	Exige	De acordo	10372360024, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

	conforme NBR 14990 e suas atualizações.								
11	909822 - FIO CIR. DE POLIGLATINA 2 AG 4,0CM ORTOP. Fio cirurgico sintetico de poliglactina, violeta, espessura 2, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, cortante, medindo 4,0cm, ortop., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN Código/ modelo: 578002	-----	Apresentou descrição resumida do item	80052020050, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
12	909813 - FIO CIR. DE POLIGLATINA 2-0 AG 2,5 a 2,6CM GASTR. Fio cirurgico sintetico de poliglactina, violeta, espessura 2-0, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 2,5cm a 2,6, gastr., esteril, embalagem unitaria, conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN Código/ modelo: 248020	-----	Apresentou descrição resumida do item	80052020050, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
13	909810 - FIO CIR. DE POLIGLATINA 3-0 AG 2,4CM PLAST. Fio cirurgico sintetico de poliglactina, incolor, espessura 3-0, com 45cm de comprimento, com agulha 3/8 circulo, ponta triangular, medindo 2,4cm,plast., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN Código /modelo: 449030XF-	-----	Apresentou descrição resumida do item	80052020050, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
14	909835 - FIO CIR. DE POLIGLATINA 3-0 AG 2,5 a 2,6 CM GASTR. Fio cirurgico sintetico de poliglactina, violeta, espessura 3-0, com 70cm de	ENV	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN Código/ modelo: 248030	-----	Apresentou descrição resumida do item	80052020050, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 2,5 a 2,6cm, gastr., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.								
15	909812 - FIO CIR. DE POLIGLATINA 4-0 AG 2 a 2,3CM GASTR. Fio cirurgico sintetico de poliglactina, violeta, espessura 4-0, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 2,0 2,3cm, gastr., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN Código/ modelo: 248040	-----	Apresentou descrição resumida do item	80052020050, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
16	909817 - FIO CIR. DE POLIPROPILENO 5-0 AG 1,5 a 1,7CM CARDIOV. Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 5-0, com 75cm de comprimento, com 2 agulhas 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 1,5 a 1,7cm, cardiov., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	VOLARE COMERCIO LTDA	SHALON P502MRV15	Exige	De acordo	10243410014, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
17	909816 - FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 0 AG 3,5 a 3,7CM Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 3,5a 3,7 cm, gin/ob., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A.	ACE TECHNOFIO	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330017, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA para vários modelos, porém proposta não descreve qual modelo ofertado.	Apresentou Prospecto apresenta vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.

18	909819 - FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 2 AG 7,5CM Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 2, com 3x50cm de comprimento, com agulha 3/8 circulo, ponta triangular, medindo 7,5cm, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN Código/ modelo: PP48602	-----	Apresentou descrição resumida do item.	80052020066, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
19	909820 - FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 2-0 AG 3,5 A 3,7CM Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 2-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 3,5a 3,7cm, gin/ob., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	Exige	De acordo	10378330022, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.
20	911137 - FIO CIR.MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO AZUL8-0 CARDIOVASCULAR FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO SINTETICO, MONOFILAMENTAR, AZUL, NAO ABSORVIVEL DE ESPESSURA 8-0 CARDIOVASCULAR, COM 2 AGULHAS DE 0,8CM, CIRCULO CILINDRICA CORPO QUADRADO, 3/8 DE CURVATURA COM 45CM DE COMPRIMENTO.	ENV	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POLIPROPYPOINT 2PA8432080C1	-----	De acordo	10155530017, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

21	911259 - FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 3-0 FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 3-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO DE 2,2 a 2,5CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO PP37MR25	Exige	Apresentou descrição resumida do item, porém, há previsão de apresentação de amostras, onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital.	10378330017, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
22	911260 - FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 4-0 FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 4-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO 2,0CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	VOLARE COMERCIO LTDA	SHALON P402MRV20	Exige	De acordo	10243410014, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
24	911263 - FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 7-0 FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 7-0, COM 70CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 3/8 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO	ENV	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	MERIL filaprof	Exige	De acordo	10360810013, registro para vários modelos, proposta não deixa claro qual modelo ofertado.	-----	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa informe o modelo do item ofertado.

	0,9 a 0,93CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.								
25	909786 - FIO CIRURGICO (TIPO CATGUT) CROMADO 3-0 AG 2,5 A 2,6 CM Fio cirurgico (tipo catgut) cromado, espessura 3-0, com 70cm de comprimento com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 2,5 A 2,6cm, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	-----	De acordo	10378330015, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém a proposta não especifica qual modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.
26	909780 - FIO CIRURGICO (TIPO CATGUT) CROMADO 4-0 AG 1,5 A 1,7 CM Fio cirurgico (tipo catgut) cromado, espessura, 4-0, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 1,5 a 1,7cm, esteril, urol, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	-----	Proposta descreve "comprimento agulha: cerca de 14mm".	10378330015, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém a proposta não especifica qual modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.
27	909824 - FIO CIRURGICO CROMADO (TIPO CATGUT) 0 AG 3,5CM A 3,7CM FIO CIRURGICO CROMADO (TIPO CATGUT), ESPESURA 0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 1/2 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO 3,5CM A 3,7CM, GIN/OB. ESTERIL. EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	-----	Proposta descreve "diâmetro fio: 0/1-0	10378330015, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém a proposta não especifica qual modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.

28	909781 - FIO CIRURGICO CROMADO (TIPO CATGUT) 0 S/AG FIO CIRURGICO CROMADO (TIPO CATGUT) 0 SEM AGULHA. EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	VOLARE COMERCIO LTDA	SHALON	-----	De acordo C1100	10243410010, registro ativo, confirmado no portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto apresenta uma descrição geral dos tipos de fio, não especificando as características exatas do modelo ofertado.	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente prospecto específico referente ao modelo ofertado: C1100.
29	909784 - FIO CIRURGICO CROMADO (TIPO CATGUT) 1 AG 3CM A 3,1CM GAST Fio cirurgico cromado (tipo catgut), espessura 1, com 70cm de comprimento com agulha 3/8 circulo, ponta cilindrica, medindo 3,0cm a 3,1cm, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	-----	De acordo	10378330015, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém a proposta não especifica qual modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.
31	909821 - FIO CIRURGICO DE ALGODÃO 2-0 AG 2,5CM A 2,6CM GASTR Fio cirurgico de algodao, cor azul, espessura 2-0, com 45cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 2,5cm a 2,6cm, gastr., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	VOLARE COMERCIO LTDA	SHALON	-----	De acordo A920MR25	10243410016, registro ativo, confirmado no portal ANVISA.	Apresentou Prospecto apresenta uma descrição geral dos tipos de fio, não especificando as características exatas do modelo ofertado.	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente prospecto específico referente ao modelo ofertado: A920MR25.
32	909793 - FIO CIRURGICO DE POLIESTER TRANÇADO 2-0 AG 3CM A 3,1CM Fio cirurgico de poliester trançado, espessura 2-0, com 70cm de comprimento, com agulha 3/8 circulo, ponta cilindrica, medindo de 3,0cm a 3,1cm, gastr., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TECHNOFIO-ACE	-----	De acordo Technofio mod. ap27c	10378330011, registro ativo, confirmado no portal ANVISA.	Apresentou	Na proposta a empresa indicou o modelo "ap27c", porém, na ficha técnica consta o modelo AP27CR30. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o modelo do fio ofertado.

33	909796 - FIO CIRURGICO DE POLIESTER TRANÇADO 2-0 S/AG Fio cirurgico de poliester trançado, espessura 2-0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO AP240000	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330011, registro ativo, confirmado no portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto não deixa claro as características do modelo ofertado - AP240000.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente prospecto específico referente ao modelo ofertado: AP240000.
34	909795 - FIO CIRURGICO DE POLIESTER TRANÇADO 3-0 S/AG Fio cirurgico de poliester trançado, espessura 3-0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO AP340000	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330011, registro ativo, confirmado no portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto não deixa claro as características do modelo ofertado - AP340000.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente prospecto específico referente ao modelo ofertado: AP340000.
35	14841 - FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA EM POLIGLECAPRONE 3-0 FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA EM POLIGLECAPRONE 3-0, DE ORIGEM SINTÉTICA, ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTO, INCOLOR, MEDINDO ENTRE 70CM A 75CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, CORTANTE, MEDINDO 2,40CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	Envelope	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ATRAMAT P-PE2403-BH	-----	De acordo	80160840027, registro ativo, confirmado no portal ANVISA.	Apresentou Prospecto não deixa claro as características do modelo ofertado -P -PE2403-BH.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente prospecto específico referente ao modelo ofertado: -P -PE2403-BH.
36	913067 - FIO CIRURGICO POLIGLACTINA 2-0 AG DE 3,5CM A 4CM FIO	ENV	KIENTRO BRASIL LTDA	BRASUTURE Modelo: PGLV27240R	-----	De acordo	10372360024, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	CIRURGICO SINTETICO DE POLIGLACTINA, VIOLETA, ESPESSURA 2-0, COM 70CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 1/2 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO DE 3,5CM A 4CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, REGISTRO NA ANVISA								
37	14840 - FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA EM POLIGLECAPRONE 4-0 FIO CIRÚRGICO PRA SUTURA EM POLIGLECAPRONE 4-0, DE ORIGEM SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, INCOLOR, ABSORVÍVEL, MEDINDO ENTRE 70 A 75 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3,8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR, CORTANTE, MEDINDO 1,9 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	Unidade	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOLINE PGCL40CT19IES3	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10426020015, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto não deixa claro as características do modelo ofertado PGCL40CT19IES3.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente prospecto específico referente ao modelo ofertado: PGCL40CT19IES3
38	909778 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 5-0 AG 1,5CM A 1,7CM Fio cirurgico simples (tipo catgut), espessura 5-0, com 70cm de comprimento com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo de 1,5cm a 1,7cm,	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330016, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém a proposta não especifica qual modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.

	esteril, urologia, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.								
39	909777 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 0 AG DE 3CM A 3,1CM GASTR Fio cirurgico simples (tipo catgut), espessura 0, com 70cm de comprimento, com agulha, ponta cilindrica medindo de 3,0cm a 3,1cm, 1/2 circulo, gastr.,esteril, embalagem unitaria.	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	-----	Proposta descreve "diâmetro fio: 0/1-0".	10378330016, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém a proposta não especifica qual modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.
40	909787 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 2-0 AG DE 3CM A 3,1CM GAS Fio cirurgico simples (tipo catgut), espessura 2-0, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo de 3,0cm a 3,1cm, esteril, gastro, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330016, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém a proposta não especifica qual modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.
41	909838 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 3-0 AG 2,5CM A 2,6CM Fio cirurgico simples (tipo catgut), espessura 3-0,com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo de 2,5cm a 2,6cm, estéril, gastr., embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330016, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém a proposta não especifica qual modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.
42	909776 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 3-0 AG 3CM A 3,1CM Fio cirurgico simples (tipo catgut),	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330016, registro ativo para vários modelos, porém proposta não	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém a proposta não	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.

	espessura 3-0, com 70cm de comprimento, com agulha de ponta cilíndrica 3/8 medindo de 3,0cm a 3,1cm, esteril, gastr., embalagem unitária conforme NBR 14990 e suas atualizações.					especifica qual modelo ofertado.	especifica qual modelo ofertado.	
44	909775 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 4-0 AG 1,5CM A 1,7CM Fio cirurgico simples (tipo catgut), espessura 4-0, com 70cm de comprimento com agulha 1/2 circulo, ponta cilíndrica, medindo de 1,5cm a 1,7cm, esteril, urol, embalagem unitária conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	Exige	Apresentou descrição resumida do item.	10378330016, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	----- Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.
45	909837 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 2-0 AG 1,7CM A 2CM, AMIG. Fio cirurgico simples (tipo catgut), espessura 2-0, com 70cm de comprimento com agulha 3/8 circulo, ponta cilíndrica, medindo de 1,7cm a 2,0cm, esteril, amigd, embalagem unitária conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330016, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém a proposta não especifica qual modelo ofertado. Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.
46	909834 - FIO LINHO 0 AG 3CM A 3,1CM GASTR. Fio cirurgico linho branco, espessura 0, com 70cm de comprimento, com agulha 3/8 circulo, ponta cilíndrica, medindo de 3,0cm a 3,1cm, esteril, embalagem unitária conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	VOLARE COMERCIO LTDA	SHALON L200CR30	-----	De acordo	10243410011, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto apresenta uma descrição geral dos tipos de fio, não especificando as características exatas do modelo ofertado. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente prospecto específico referente ao modelo L200CR30
48	910473 - FIO MONONYLON 10-0 AG 0,5CM MICROCIRURGIA	PC	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	NYLPOINT NP1012050M1	-----	De acordo	10155530011, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou Proposta de acordo com o edital, classificada.

	FIO CIRURGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 10-0, COM 13CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA, MEDINDO 0,5CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.		CIRURGICOS LTDA					
49	25798 - FIO MONONYLON 10-0 AG 0,65 A 0,71CM OF TALMO FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR DE POLIAMIDA, ESPESSURA 10-0, COM 30 CM DE COMPRIMENTO, COM 2 AGULHAS 3/8 CÍRCULO, PONTA ESPÁTULA, MEDINDO 0,65 A 0,71 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	Peça	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ATRAMAT EE74100/2-30N	-----	De acordo	80160840028, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto não trás as informações do modelo ofertado (EE74100/2-30N). Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente prospecto específico referente ao modelo ofertado: ((EE74100/2-30N).
50	3176 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM	ENV	KIENTRO BRASIL LTDA	BRASUTURE Modelo: NPA345	Exige	De acordo	10372360009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	----- Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme as informações da agulha (responder ponto a ponto): 1- AGULHA 3/8 DE CIRCULO? 2- PONTA TRIANGULAR? 3- MEDIDA DE 2,0 CM?

	FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
51	916992 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,5 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA	ENVPE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	Exige	Proposta descreve "diâmetro: 0/1-0".	10378330022, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.

	ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
52	916966 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 3,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE	ENVPE	KIENTRO BRASIL LTDA	BRASUTURE NPA383	-----	De acordo	10372360009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
53	916997 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 3.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20	ENVPE	KIENTRO BRASIL LTDA	BRASUTURE NPA344	Exige	De acordo	10372360009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

	MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
54	916994 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 3.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,5 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	ENVPE	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX mod. 9822	Exige	De acordo	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada, porém, solicitamos que a empresa confirme se o modelo ofertado é o 9822. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
55	916999 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE	ENVPE	KIENTRO BRASIL LTDA	BRASUTURE NPA382	-----	De acordo	10372360009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 3.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 3,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
56	910340 - FIO MONONYLON 3-0 AG 3,64CM ATRAUM.CILINDRICA FIO CIRURGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 3-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 1/2 CIRCULO ATRAUMATICA,	ENV	VOLARE COMERCIO LTDA	SHALON N730MRV35	-----	Proposta descreve AG 3,5 cm	10243410009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto apresenta uma descrição geral dos tipos de fio, não especificando as características exatas do modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente prospecto específico referente ao modelo ofertado: N730MRV35.

	MEDINDO 3,64CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.							
57	917003 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	ENVPE	KIENTRO BRASIL LTDA	BRASUTURE NPA343	Exige	De acordo	10372360009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	----- Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme as informações da agulha (responder ponto a ponto): 1- AGULHA 3/8 DE CIRCULO? 2- PONTA TRIANGULAR? 3- MEDIDA DE 2,0 CM?
58	917002 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG.	ENVPE	BIMEX RS COMERCIO DE	TECHNOFIO NY44CT24	Exige	Apresentou descrição	10378330013, registro ativo, confirmado no	----- Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa

	T 3/8 2,5 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,5 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.		MEDICAMENTOS LTDA			resumida do item.	Portal ANVISA.		informe: 1- Qual o tamanho da agulha que o produto ofertado possui (modelo NY44CT24)? Haverá a necessidade de apresentar amostra.
59	917001 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO,	ENVPE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330022, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém a proposta não especifica qual modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.

	AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 3,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
60	917008 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 1/2 1,5 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 5.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 1,5 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA	ENVPE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10378330022, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém a proposta não especifica qual modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.

	INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
61	917010 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 5.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,5 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E	ENVPE	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	Exige	Não consta no documento SEI nº a proposta referente ao item 61.	Não analisado por falta de dados	-----	A empresa não apresentou proposta referente ao item 61. Para continuidade na análise, há a necessidade de apresentar a proposta e a documentação referente ao item 61.

	PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.							
62	917004 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 5.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO,	ENVPE	KIENTRO BRASIL LTDA	BRASUTURE NPA342	Exige	De acordo	10372360009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	----- Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme as informações da agulha (responder ponto a ponto): 1- AGULHA 3/8 DE CIRCULO? 2- PONTA TRIANGULAR? 3- MEDIDA DE 2,0 CM?

	LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
63	910689 - FIO MONONYLON 5-0 AG 1,3CM ATRAUM.CILINDRICA FIO CIRURGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 5-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA ATRAUMATICA, MEDINDO 1,3CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO N750CRV1	-----	De acordo	10378330013- Será analisado após retorno da empresa	Apresentou. Prospecto não deixa claro as características do modelo ofertado - N750CRV1.	Para continuidade da análise, solicitamos: 1- Que a empresa confirme o código do item ofertado 2- Que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado 3- Que a empresa apresente Propecto/ Ficha técnica/ Print específico com as informações do modelo ofertado.
64	917009 - FIO MONONYLON 6.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 6.0, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSÉPTICA,	ENVPE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	Exige	Apresentou descrição resumida do item.	10378330022, registro ativo para vários modelos, porém proposta não especifica qual modelo ofertado.	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado.

	QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.								
65	911070 - FIO MONONYLON 8-0 AG 0.65CM OFTALMO Fio cirurgico monofilamentar de poliamida preto, espessura 8-0, medindo 30cm, com 02 agulhas de 0,65cm, embalagem unitaria.	ENV	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	NYLPOINT 2NP8352065O1	-----	De acordo	10155530011, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
66	909799 - FIO MONONYLON 8-0 AG 6.35MM A 6,5MM MICRO Fio cirurgico monofilamentar de poliamida, espessura 8-0, com 13cm a 15cm de comprimento, com agulha 3/8 circulo, ponta cilindrica, medindo de 6,35mm a 6,5mm, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	NYLPOINT NP812065M1	-----	De acordo	10155530011, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com edital, classificada.
68	911129 - FIO POLIDIOXANONA 4-0 AG 1,7CM CILINDRICA	ENV	SOMA/SC PRODUTOS	BIOLINE PDO40MR20G	-----	Apresentou descrição	10426020016, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Prospecto não deixa claro as características	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente prospecto

	FIO CIRURGICO DE POLIDIOXANONA SINTETICO, MONOFILAMENTAR, VIOLETA, ABSORVIVEL DE ESPESSURA 4-0, AGULHA 1,7CM, CIRCULO CILINDRICA, 1/2 DE CURVATURA COM 70CM DE COMPRIMENTO.		HOSPITALARES LTDA			resumida do item		do modelo ofertado - PDO40MR20G	específico referente ao modelo ofertado: PDO40MR20G.
69	911131 - FIO POLIDIOXANONA DS 1 (LACADO) DE FECHAMENTO FIO POLIDIOXANONA 1 (LAÇADO) DE FECHAMENTO = FIO CIRURGICO DE POLIDIOXANONA SINTETICO, MONOFILAMENTAR, VIOLETA, ABSORVIVEL DE ESPESSURA 1 (LAÇADO), COM AGULHA TP-1 DE 6,5CM, CIRCULO CILINDRICA, 1/2 DE CURVATURA COM 120CM DE COMPRIMENTO.	ENV	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	OXANONAPPOINT OV1L12765FG2	-----	De acordo	10155530018, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com edital, classificada.
71	909804 - FIO POLIDIOXANONA II 5-0 AG 1,7CM CARDIOV. Fio cirurgico monofilamentar de polydioxanone, espessura 5-0, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 1,7cm, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	MERIL filaxyn	-----	De acordo	10360810014 - registro ativo para vários modelos, proposta não deixa claro qual modelo ofertado.	Apresentou. Prospecto não deixa claro qual item está sendo ofertado	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado e apresente prospecto com as informações exatas do modelo ofertado.
72	909788 - FIO POLIESTER 5 AG 4,7CM A 4,8CM CARDIOV. Fio cirurgico de	ENV	VOLARE COMERCIO LTDA	SHALON V405MTF47	-----	De acordo	10243410023, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto apresenta uma descrição geral dos	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente prospecto

	poliester trançado, impregnado com polibutilato, espessura 5, medindo 4x75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta triangular, medindo de 4,7cm a 4,8cm, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.							tipos de fio, não especificando as características exatas do modelo ofertado.	específico referente ao modelo ofertado: V405MTF47.
73	911179 - FIO POLIESTER 5 AG 4.8CM PARA CIRURGIA ORTOPEDICA FIO CIRURGICO DE POLIESTER COR:VERDE ESPESSURA 5 COM AG 1/2 CIRCULO,CORPO CILINDRICA E PONTA TRIANGULAR, MEDINDO 4.8 CM, COMPRIMENTO 75CM, ORTOPEDICO. ESTERIL EMBALAGEM UNITÁRIA.	ENV	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POLIESTERPOINT EG1482648FE2	-----	De acordo	10155530009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com edital, classificada.
76	43909 - FIO CIRÚRGICO DE NYLON 3-0 COM AGULHA RETA 6.0 CM FIO CIRÚRGICO EM NYLON, SINTÉTICO 3-0, NÃO ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTAR, ATÓXICO. COMPRIMENTO DE 75 CM. COM AGULHA ATRAUMÁTICA, TRIANGULAR CORTANTE, INVERTIDA, RETA, COM 6.0 CM EM AÇO SILICONIZADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,	Unidade	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOLINE NL30RT60S3	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10426020004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Prospecto não deixa claro as características do modelo ofertado - NL30RT60S3	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente prospecto específico referente ao modelo ofertado: NL30RT60S3.

	NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.								
77	18368 - FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA 3,0 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N ° 3.0, 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 3,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA.	Envelope	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	-----	Apresentou descrição resumida do item. Não descreve o modelo ofertado.	80495519040 - Há a necessidade de confirmar o modelo ofertado. O registro indicado é referente a fio de Nylon, não referente a fio Seda.	Prospecto não deixa claro as características do item e qual é o modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado, confirme o número do registro Anvisa e apresente prospecto com a descrição exata do modelo ofertado.
78	18367 - FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA 2,0 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N ° 3.0, 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2, CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA.	Envelope	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	-----	Apresentou descrição resumida do item. Não descreve o modelo ofertado.	80495519040 - Há a necessidade de confirmar o modelo ofertado. O registro indicado é referente a fio de Nylon, não referente a fio Seda.	Prospecto não deixa claro as características do item e qual é o modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado, confirme o número do registro Anvisa e apresente prospecto com a descrição exata do modelo ofertado.
79	26221 - FIO DE SEDA 4.0 COM AGULHA 1,5 A 1,7 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N ° 4.0, 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2, CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 1,5 A 1,7 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE,	Envelope	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A.	ACE (SO44MT17)	-----	De acordo	10378330012, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA. REGISTRO NA ANVISA								
82	909790 - FITA CARDIACA S/AG Fita cardiaca de algodao branco, espessura 7-0, medindo 0,35x80cm, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOLINE BFCARDIO35X80	-----	De acordo	10426020024, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Prospecto não deixa claro as características do modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual modelo ofertado e apresente prospecto com a descrição exata do modelo ofertado.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 31/03/2025, às 16:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025017217** e o código CRC **F821623F**.