

MEMORANDO SEI Nº 29731208/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 08 de junho de 2026.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 132/2026

**Objeto:** Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostromizados.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 29730964 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Modelo	Descrição de Item com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras	Parecer
									<p><b>Análise prévia:</b></p> <p>Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as seguintes exigências do edital, que não constam no prospecto anexado:</p> <p>1. Composto por duas lâminas de polipropileno ligadas</p>

12	<p>17990 - CLIPES DE FECHAMENTO RETO PARA BOLSAS DRENAVEIS CLIPES DE FECHAMENTO RETO PARA BOLSAS DRENAVEIS, COMPOSTO POR DUAS LÂMINAS DE POLIPROPILENO LIGADAS POR UMA DOBRADIÇA PARA FECHAMENTO DA ABERTURA DE DRENAGEM DAS BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA. COMPRIMENTO: 8,0 A 10,0 CM.</p>	Peça	<p>DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</p>	SEX RETO	De acordo	<p>102223 20004, Registro ativo referente a bolsa de colostomia, confirmado no Portal ANVISA em 28/05/2026.</p>	Apresentou	<p>por uma dobradiça ;</p> <p>2. Comprimento: 8,0 a 10,0 cm.</p> <p><b>Resposta da Diligência:</b></p> <p><i>"...DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: enviou documentação complementar, conforme Documento SEI nº 29730 951..."</i></p> <p><i>"Clipe para fechamento feito de plástico injetado, na cor bege e com formato de pinça, O Clamp plástico tipo guilhotina é utilizado para fechamento de bolsas de estomia drenáveis, em Polietileno com pigmento bege. Comprimento de 84 mm".</i></p> <p><b>Parecer</b></p>
----	---	------	---	----------	-----------	---	------------	---

									<b>final:</b> Proposta de acordo com edital. Classificada.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 08/06/2026, às 10:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29731208** e o código CRC **98E2B9FC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

26.0.048874-4

29731208v6