

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM: 05

909668 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.

FORNECEDOR: NOELI VIEIRA

MARCA: NEVE

LOTE: 2204011002

REGISTRO (ANVISA): 10224000085

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 06 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: *Muito bem embalada.*

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: *De acordo com o descritivo.*

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: *Bom cobertura, resistência, adequada e de boa aplicação.*

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: *05/10/2022*

Diego M. Silva Soares . COREN/SC
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

533331

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM: 04

909667 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 180 CM ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.

FORNECEDOR: NOELI VIEIRA

MARCA: NEVE

LOTE: 2204011002

REGISTRO (ANVISA): 10224000085

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 06 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Muito bem embalada.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

De acordo com o descritivo.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

Bom cobertura, resistência adequada, boa aplicação.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: *05/10/2022*

Diego Murilo Soares COREN/SC
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

533331

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM: 08

910907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 6 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORÇÃO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 13,10 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: ERIMAR INDUSTRIA

MARCA: ERIMAX

LOTE: 36310922

REGISTRO (ANVISA): 80698130001

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Bom embalado

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Elasticidade inadequada para imobilizações ortopedicas

() Adequada Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

Apresenta elasticidade inadequada para imobilizações ortopedica

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA:

Podem oferecer risco de imobilização ortopedica

DATA: *03/10/22*

Diego Múcio Soares COREN/SC 533331
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO