

MEMORANDO SEI Nº 25442506/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 13 de maio de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **141/2025**.

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atenção ao documento SEI nº 25250095 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10 a- Registro ANVISA	8.10.1- Prospe cto/ Ficha Técnica / Print de tela	Am ostr a	Parecer
59	910705 - MASCARA ANESTESIA Nº 3 ADULTO MASCARA PARA ANESTESIA COM BOJO EM POLICARBONETO TRANSPARENTE, COXIM INFLAVEL EM PVC TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO Nº 03	PC	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ADVANTIVE	De acordo	10296900074, registro ativo, confirma do no Portal ANVISA.	Apresen tou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada .
60	910704 - MASCARA ANESTESIA N º 4 ADULTO GRANDE MASCARA PARA ANESTESIA COM BOJO EM POLICARBONETO TRANSPARENTE, COXIM INFLAVEL EM PVC TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO Nº 04	PC	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ADVANTIVE	De acordo	10296900074, registro ativo, confirma do no Portal ANVISA.	Apresen tou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada .
61	919412 - MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO INFANTIL COM RESERVATORIO MASCARA EM VINIL TRANSPARENTE, MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL TECNICO, TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM), COM ELASTICO E PRESILHA EM AÇO AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTAVEL VALVULA UNIDIRECIONAL PARA	UNID	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	GOODCOM E/	Apresentou descrição	10150470368, registro ativo, confirma	Apresen tou	----- -	Proposta de acordo com o edital,

	CONEXAO COM RESERVATORIO 750 ML E EXTENSAODE MÍNIMO 1,5 M EM PVC PARA CONEXAO DA MASCARA COM OXIGENIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DATA VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA.		PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PEDIATRIC O	resumida do item	do no Portal ANVISA.			classificada .
6 8	913319 - MASCARA PARA NEBULIZACAO TAMANHO ADULTO PARA TRAQUEOSTOMIA MASCARA PARA USO EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS,AJ USTAVEL AO DIAMETRO DO PESCOCO ATRAVES DE UMA TIRA DE ELASTICO	PC	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	FOYOMED	De acordo	1015047 0540, registro ativo, confirma do no Portal ANVISA.	Não apresen tou	----- -	Para continuidad e na análise, solicitamos: 1- Que a empresa apresente Prospecto, Ficha Técnica ou Print de tela referen te a máscara para nebulizaçã o para TRAQUEO STOMIA.
6 9	910268 MACRONEBULIZADOR OXIGENIO COMPLETO MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETO - CONJUNTO COMPLETO PARA INALACAO COM TAMPA, HASTES E CONEXOES FABRICADAS EM NYLON COM FIBRAS. FRASCOS DE POLICARBONATO 500ML, TRAQUEIA CORRUGADA ATOXICA DE 1,20M E MASCARA FACIAL ADULTO EM PVC. COM TRAQUEIA DE PVC ATOXICO. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.	PC	MEDLIFE DISPOSITI VOS MEDICOS LTDA	VENTCARE Modelo: VENT40- DPC 1 Copo 500 ml; 1 Traquéia PVC cristal atóxico - 22 x 1200 mm; (Bocais Verde) ;1 Máscara Facial PVC Flexível tipo tenda.	De acordo	8067704 0005, registro ativo, confirma do no Portal ANVISA.	Não apresen tou	----- -	Para continuidad e na análise, solicitamos que a empresa apresente: - Prospecto, Ficha Técnica ou Print de tela do item ofertado.
									O edital exige extensão com comprimen to de 280 cm; na proposta a empresa indicou descritivo de acordo com o edital,

70	910467 MICRONEBULIZADOR PARA AR COMPRIMIDO ADULTO C/PINO MICRONEBULIZADOR, CONJUNTO DE MICRO NEBULIZADOR COMPLETO (ADULTO) AR COMPRIMIDO, CONTENDO: MASCARA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; RECIPIENTE E CABEÇOTE EM POLIPROPILENO, EXTENSÃO 280 CM EM PVC ATÓXICO; CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO EM NYLON. REGISTRO ANVISA.	PC	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	FOYOMED	De acordo	10150470540, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Prospecto descreve "PVC com 2m10cm de comprimento"; edital exige "extensão 280 cm". pág 15 25250007	----- -	porém, o prospecto indica comprimento de 2m10cm (pág. 15). Para continuidade e na análise, solicitamos: 1- Que a empresa confirme a medida do extensão; 2- Caso informe medida de 280 cm, há a necessidade de apresentar documentação comprobatória.
71	910574 MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO ADULTO COM PINO MICRONEBULIZADOR, CONJUNTO DE MICRO NEBULIZADOR COMPLETO (ADULTO) OXIGÊNIO, CONTENDO: MASCARA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; RECIPIENTE E CABEÇOTE EM POLIPROPILENO, EXTENSÃO 280 CM EM PVC ATÓXICO; CONECTOR PARA OXIGÊNIO EM NYLON. REGISTRO ANVISA.	PC	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	FOYOMED	De acordo	10150470540, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Prospecto descreve "PVC com 2m10cm de comprimento"; edital exige "extensão 280 cm". pág 15 25250007	----- -	O edital exige extensão com comprimento de 280 cm; na proposta a empresa indicou descritivo de acordo com o edital, porém, o prospecto indica comprimento de 2m10cm (pág. 15). Para continuidade e na análise, solicitamos: 1- Que a empresa confirme a medida do extensão; 2- Caso informe medida de 280 cm, há a necessidade de de

									apresentar documentação comprobatória.
8 1	909747 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO Nº 7.5 BAIXA PRESSAO SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 7,5, BAIXA PRESSAO = MATERIAL: PVC ATOXICO, DESCARTAVEL, SILICONIZADA, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO, COM PRESERVACAO DE LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM INTERMEDIARIO UNIVERSAL, CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO GRAVADOS EXTERNAMENTE. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH HT-880581.75	Apresentou descrição resumida do item.	81045420006, registro ativo, confirmação no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada .
8 2	910422 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 6.5 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 6.5 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH HT-880580.65	Apresentou descrição resumida do item.	81045429005, registro ativo, confirmação no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada .
8 3	911011 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7.0 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7.0 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH HT-880580.70	Apresentou descrição resumida do item.	81045429005, registro ativo, confirmação no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada .

	CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.								
84	910839 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7.5 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7.5 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH HT-880580.75	Apresentou descrição resumida do item.	8104542 9005, registro ativo, confirma do no Portal ANVISA.	Apresen tou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada .
85	910729 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8.0 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8.0 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH HT-880580.80 T	Apresentou descrição resumida do item.	8104542 9005, registro ativo, confirma do no Portal ANVISA.	Apresen tou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada .
86	910371 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8.5 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8.5 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH HT-880580.85	Apresentou descrição resumida do item.	8104542 9005, registro ativo, confirma do no Portal ANVISA.	Apresen tou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada .
87	910372 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 9.0 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 9.0 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA,	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH HT-880580.90	Apresentou descrição	8104542 9005, registro ativo, confirma do no	Apresen tou	----- -	Proposta de acordo com o edital,

	SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.		AO DO BRASIL LTDA		resumida do item.	Portal ANVISA.			classificada .
97	910808 - SONDA ROBERT SHAW Nº 35 DIREITA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, DIREITO, Nº 35, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITALGOLD MODELO/V ERSÃO: DIREITA 35 SEM GANCHO	De acordo	10296900089 Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada .
98	910809 - SONDA ROBERT SHAW Nº 37 DIREITA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, DIREITO, Nº 37, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900089 Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada .
99	910812 - SONDA ROBERT SHAW Nº 39 DIREITA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, DIREITO, Nº 39, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITALGOLD MODELO/V ERSÃO: DIREITA 39 SEM GANCHO	De acordo	10296900089 Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada .
	910814 - SONDA ROBERT SHAW Nº 41 DIREITA TUBO ENDOTRAQUEAL DE								

1 0 0	DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, DIREITO, Nº 41, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITALGOLD MODELO/V ERSÃO: DIREITA 41 SEM GANCHO	De acordo	10296900089 Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada .
1 0 1	910738 - SONDA ROBERT SHAW Nº 41 ESQUERDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, ESQUERDO Nº 41, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITALGOLD MODELO/V ERSÃO: 41 ESQUERDA SEM GANCHO	De acordo	10296900089 Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada .
1 0 2	910727 - SONDA ROBERT SHAW Nº35 ESQUERDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, ESQUERDO, Nº 35. COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITALGOLD MODELO/V ERSÃO: 35 ESQUERDA SEM GANCHO	De acordo	10296900089 Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada .
1 0 3	910736 - SONDA ROBERT SHAW Nº37 ESQUERDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, ESQUERDO Nº 37, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITALGOLD MODELO/V ERSÃO: 37 ESQUERDA SEM GANCHO	De acordo	10296900089, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada .

	FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA.								
104	910737 - SONDA ROBERT SHAW Nº39 ESQUERDA TUBO ENDOTRAQUEAL DE DUPLO LÚMEN, ROBERT SHAW, ESQUERDO, Nº 39, COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM PVC, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO ANVISA.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	VITALGOLD MODELO/V ERSÃO: 39 ESQUERDA SEM GANCHO	De acordo	10296900089, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada.
105	12560 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO COM ROSCA DE METAL E FRASCO PLÁSTICO 250 ML, SEM EXTENSÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Unidade	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	HAOXI	De acordo	82353590021, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	----- -	Proposta de acordo com o edital, classificada.
107	2133 - LINHA DE AMOSTRA DE GASES LINHA DE AMOSTRA DE GASES DE NO MÍNIMO 03 METROS COMPATIVEL COM ANALISADOR DE GASES SCIO FOUR OXI PLUS DO MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER MODELO KAPPA	Peças	MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA	VENTCARE Modelo: VENT163P3 000MM	De acordo	80677049004, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não apresentou.	----- -	Para continuidade e na análise, solicitamos que a empresa apresente: - Prospecto, Ficha Técnica ou Print de tela do item ofertado.
108	4286 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COM CANAL CENTRAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERCAO), CALIBRADO (DISTANCIA DE INSERCAO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANCA), COM DIAMETRO EXTERNO DE 05 A 06 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDE COM ANGULACAO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A	Unidade	MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA	MEDTECH Modelo: AD15F	De acordo	10299940016, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não apresentou.	----- -	Para continuidade e na análise, solicitamos que a empresa apresente: - Prospecto, Ficha Técnica ou Print de tela do

	IDENTIFICACAO DE ANEIS TRAQUEAIS) E CANAL CENTRAL PARA ASPIRACAO DE SECRECOES OU FORNECIMENTO DE OXIGENIO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.							item ofertado.
109	912552 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INTRODUTOR BOUGIE , FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERÇÃO), CALIBRADO (DISTÂNCIA DE INSERÇÃO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANÇA), COM DIÂMETRO EXTERNO DE 5 A 6 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDÉ COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE ANÉIS TRAQUEAIS).REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	PC	MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA	MEDTECH Modelo: AD15F	De acordo	10299940016, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não apresentou.	----- - Para continuidade e na análise, solicitamos que a empresa apresente: - Prospecto, Ficha Técnica ou Print de tela do item ofertado.
110	28836 - CONECTOR PARA AEROSSOLTERAPIA MDI (PUFF) ADULTO PARA USO EM CIRCUITO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO AEROSSOL EM PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, MEDIDAS: 22 MM INTERNA DE UM LADO E 22 MM EXTERNA X 15 MM INTERNA DO OUTRO LADO. DEVERÁ POSSUIR SETA INDICANDO A DIREÇÃO DO SPRAY DE MEDICAÇÃO; COMPATÍVEL COM FRASCOS DE MDI PADRÃO; COMPATÍVEL A TODO TIPO DE CIRCUITO VENTILATÓRIO OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA; POSSUIR TAMPA À PROVA DE VAZAMENTOS OU ENTRADA DE POEIRA; ORIFÍCIO PARA COLOCAÇÃO DO MDI UNIVERSAL.	Unidade	MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA	VENTCARE Modelo: VENT33	De acordo	80677040003, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não apresentou.	EXIGE Para continuidade e na análise, solicitamos que a empresa apresente: - Prospecto, Ficha Técnica ou Print de tela do item ofertado.

As demais análises serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25442506** e o código CRC **A1C4F974**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.018249-0

25442506v3