



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0016377764/2023 - SES.UFL.LAB

Joinville, 28 de março de 2023.

À SAPLCT

Sra. Ana Luiza Baumer

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 860/2022

Objeto: Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.

Em atenção aos MEMORANDOS SEI N° 0016171453/2023 - SAPLCT encaminhado análise técnica das propostas apresentadas pelas proponentes, no que se refere aos **itens 8.9, e alíneas k e l do item 10.6** do Edital 0015225547.

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Descritivo do item	Registro na ANVISA Item 8.9.1	Bula/Prospecto Item 8.9.2	Alvará Sanitário Item 10.6, alínea k)	Autorização de Funcionamento da Empresa Item 10.6 alínea l)	Parecer Técnico
1	16694 - ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL P.A. APRESENTAÇÃO 1.000 ML.	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528769 e 0015528789.	Não foi possível identificar nos documentos de habilitação 0015528776.	ok	REPROVADO
2	25270 - ÁCIDO SULFOSSALICÍLICO P.A. FRASCO COM 250 GRAMAS	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	ok	Isto	ok	ok	ok	APROVADO
3	917675 - ALCOL ISOPROPILICO APRESENTAÇÃO 1.000 ML.	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	ok	Isto	ok	ok	ok	APROVADO
8	25271 - LUGOL FORTE P.A. 2%. APRESENTAÇÃO 1.000 ML.	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	ok	ok	ok	ok	ok	APROVADO
9	917680 - OLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. APRESENTAÇÃO FRASCO COM 100 ML.	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528726 e 0015528745	ok	ok	REPROVADO
13	917682 - REATIVO DE ERLICH Reativo de Ehrlich. Apresentação frasco com 100ml.	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	ok	ok	Não foi possível identificar na proposta comercial 0015646390	ok	ok	REPROVADO
24	16710 - ASPIRADOR DE VOLUME 10 ML EM PLÁSTICO. TIPO POLIPROPILENO RÍGIDO, POSSUI ROLDANA PARA FAZER A SUÇÃO REGULADA DE LÍQUIDOS E DISPOSITIVO PARA LIBERAÇÃO RÁPIDA. NA PARTE INFERIOR POSSUI UM BOCAL DE BORRACHA COM ESTRIAS INTERNAS PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO DA PIPETA.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
25	917546 - BANDAGEM ADESIVA Bandagem adesiva absorvente hipoalérgica para uso pós coleta sanguínea, nas cores branca ou bege, caixa c/ 500 unidades.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
26	16723 - BANDEJA EM POLIETILENO 20 CM DE LARGURA X 30 CM DE COMPRIMENTO X 6,0 CM DE ALTURA. CAPACIDADE 2,5 L.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
27	16724 - BANDEJA EM POLIETILENO 28 CM DE LARGURA X 42 CM DE COMPRIMENTO X 7,5 CM DE ALTURA. CAPACIDADE 8 L.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
28	16725 - BANDEJA EM POLIETILENO 38 CM DE LARGURA X 53 CM DE COMPRIMENTO X 8,0 CM DE ALTURA. CAPACIDADE 12 L.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
29	16698 - BECKER EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 100 ML.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
30	16699 - BECKER EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 250 ML.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
31	16700 - BECKER EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 50 ML.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
32	16727 - COLETOR DE URINA 24 HORAS, CAPACIDADE DE 2.000 A 2.700 ML. COM TAMPA ROSCA, GRADUADO, BOCA LARGA, A COR DEVERÁ PROTEGER DA LUZ.	CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	O item ofertado na proposta comercial 0015528119 não atende o descritivo do Edital 0015225547, sendo este um material translúcido.	ok	ok	ok	ok	REPROVADO
33	910353 - COLETOR DE URINA 80ML ESTERIL COM ROSCA	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
35	25391 - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO/REGRESSIVO, QUE MARCA HORAS/MINUTOS/SEGUNDOS, COM ALARME, BATERIA COMPATÍVEL FORNECIDA COM O EQUIPAMENTO.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
36	25325 - CUBA DE COLORAÇÃO COM BERÇO PARA 30 LÁMINAS COM TAMPA CUBA DE VIDRO, ALTA, SEM RANHURAS (PARA SER UTILIZADA COM BERÇO). CAPACIDADE PARA 30 LÁMINAS DE MICROSCOPIA 25,4-26 X 76 MM. ACOMPANHADA DE TAMPA. CUBA E TAMPA FABRICADAS EM VIDRO. BERÇO FABRICADO EM AÇO INOX PARA 30 LÁMINAS.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
37	16709 - ESTANTE EM POLIPROPILENO P/ TUBOS DE ENSAIO C/ 60 FUROS. Estante em polipropileno p/ tubos de ensaio c/ 60 furos (interior dos furos diâmetro de 16 a 21 mm).	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
38	16708 - ESTANTE EM POLIPROPILENO P/ TUBOS DE ENSAIO C/ 40 FUROS. Estante em polipropileno	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isto	Não foi possível identificar nas propostas	ok	ok	REPROVADO

	p/ tubos de ensaio c/ 40 furos (interior dos furos diâmetro de 14 a 21 mm).				comerciais 0015528230 e 0015528241.			
39	918700 - ESTANTE EM POLIPROPILENO P/ MICROTUBOS DE 1 A 2 ML, CAPACIDADE PARA 100 MICROTUBOS.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
40	16702 - FUNIL EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO 250 MM.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
41	16701 - FUNIL EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO 100 MM.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
42	16703 - FUNIL EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO 50 MM.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
44	25380 - LÂMINA LAPIDADA PARA MICROSCOPIA TAMANHO 26,0 X 76,0 MM, ESPESURA = 1,0 A 1,4 MM, COM TARJA FOSCA. FORNECIDO EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528494 e 0015528513.	Não foi possível identificar nos documentos de habilitação 0015528498.	Não foi possível identificar nos documentos de habilitação 0015528498 e nem no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.	REPROVADO
45	25381 - LÂMINA PARA ESFREGAÇO (EXTENSORA) LÂMINAS FABRICADAS EM VIDRO NEUTRO, COM ARESTAS LAPIDADAS, CANTOS DA FACE DO ESFREGAÇO EM 45° E OUTROS DOIS CANTOS EM 90°. DIMENSÕES: 25,4 - 26,00 X 76,2 MM. ESPESURA: 1,0 - 1,2 MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 LÂMINAS.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
47	16712 - LAMÍNULA DE VIDRO 22 MM X 22 MM. PARA MICROSCOPIA (CAIXA COM 100 UNIDADES).	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	ok	Isento	ok	ok	ok	APROVADO
48	27331 - LAMINULAS DE VIDRO 18 MM X 18 MM PARA MICROSCOPIA, CAIXA COM 100 UNIDADES	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	ok	Isento	ok	ok	ok	APROVADO
49	917570 - LAMPADA P/ MICROSCOPIO 6 V 30 W. Lâmpada de Halogênio para microscópio 6V 30W.	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA		O item ofertado na proposta comercial 0015528266 não atende o descritivo do Edital 0015225547, sendo esta uma lâmpada de 20 Watts.	ok	ok	ok	REPROVADO
50	20911 - MALETA DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA COLETA DE SANGUE E OUTROS FLUIDOS CORPÓREOS. CONFIGURADA COM DIVISÓRIAS INTERNAS ESPECIFICAMENTE PARA MATERIAIS DE COLETA DE SANGUE (BANDEIAS E RACK PARA TUBOS). DIMENSÕES: 400-450 MM X 250-280 MM X 150-180 MM.	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528266 e 0015528285.	ok	ok	REPROVADO
51	25393 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 1000 MICROLITROS A 5.000 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	ok	Isento	ok	ok	ok	Não foi possível identificar na bula/prospecto a validade de calibração e acreditação pelo Inmetro e RBC do item ofertado nas propostas comerciais 0015528266 e 0015528285. Solicitamos ao pregoeiro diligência.
52	25394 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 200 MICROLITROS A 1.000 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	ok	Isento	ok	ok	ok	APROVADO
53	25395 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 20 MICROLITROS A 200 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	ok	Isento	ok	ok	ok	Não foi possível identificar na bula/prospecto a validade de calibração e acreditação pelo Inmetro e RBC do item ofertado nas propostas comerciais 0015528266 e 0015528285. Solicitamos ao pregoeiro diligência.
54	25396 - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 2 MICROLITROS A 20 MICROLITROS MONOCANAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, ACREDITADO PELO INMETRO E RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), CUMPRINDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	ok	Isento	ok	ok	ok	Não foi possível identificar na bula/prospecto a validade de calibração e acreditação pelo Inmetro e RBC do item ofertado nas propostas comerciais 0015528266 e 0015528285. Solicitamos ao pregoeiro diligência.
56	25383 - PIPETA PASTEUR, PLÁSTICO, VOLUME 1 A 3 ML, GRADUADA	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
57	14771 - PIPETA VOLUMÉTRICA 3ML PIPETA VOLUMÉTRICA CLASSE A ESGOTAMENTO PARCIAL 2 TRAÇOS CAPACIDADE 3ML, MATERIAL: VIDRO BOROSILICATO	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
59	917683 - PLACA DE KLINE (PARA VDRL) EM VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES. TAMANHO 6 X 8 CM.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
62	25386 - PONTEIRA AMARELA TIPO GILSON (2 A 200 MICROLITROS) PARA MICROPIPETAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM NO MÁXIMO 1.000 UNIDADES	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
63	27332 - PONTEIRA AZUL TIPO GILSON (200 A 1.000 MICROLITROS) PARA MICROPIPETAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM NO MÁXIMO 1.000 UNIDADES	PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	ok	Isento	ok	ok	ok	Não foi possível identificar na bula/prospecto o volume mínimo da ponteira ofertada na proposta comercial 0015528556. Solicitamos ao pregoeiro diligência.
64	16704 - PROVETA EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 100 ML.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
65	16705 - PROVETA EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 250 ML.	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528769 e 0015528789.	Não foi possível identificar nos documentos de habilitação 0015528776.	ok	REPROVADO

66	16706 - PROVETA EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 500 ML.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
67	16726 - RELÓGIO DESPERTADOR MOLDADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, AJUSTE DE TEMPO DE 0 A 60 MINUTOS, ALARME SONORO.	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	ok	Isento	ok	ok	ok	APROVADO
69	25397 - SUPORTE EM ACRÍLICO PARA MICROPIPETAS MONOCANAL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5 MICROPIPETAS, COM RECIPIENTE RETANGULAR NA PARTE FRONTAL DO SUPORTE PARA USO EM GERAL.	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	ok	Isento	ok	ok	ok	Não foi possível identificar na bula/prospecto se o item ofertado nas propostas comerciais 0015528266 e 0015528285 possui recipiente retangular na parte frontal do suporte. Solicitamos ao pregoeiro diligência.
71	5117 - Tubo Cônico Tipo Falcon 15 ml Tubo cônico tipo Falcon plástico para biologia molecular, confeccionado em polipropileno (PP), fundo cônico, graduado de 15ml, com tampa de rosca, translúcido, estéril, resistente a altas e baixas temperaturas (-70°C até 120°C), autoclavável, utilizado para centrifugação em altas velocidades (10.000 rpm) para reagentes líquidos.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO
72	25388 - TUBO CÔNICO PARA URINA, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), FUNDO CÔNICO, GRADUADO DE 15 ML, TRANSLÚCIDO, NÃO ESTÉRIL.	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIPHOSPE LABORATORIO LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528579 e 0015528589.	Não foi possível identificar nos documentos de habilitação 0015528581.	ok	REPROVADO
73	25389 - TUBO DE ENSAIO DE POLIESTIRENO, RÍGIDO, ALTAMENTE TRANSPARENTE, FUNDO REDONDO, UTILIZADOS PARA SOROLOGIA, CAPACIDADE 5 ML.	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015527999 e 0015528024.	ok	ok	REPROVADO
74	25390 - TUBO DE ENSAIO EM VIDRO, SEM TAMPA 12X75MM, CAPACIDADE 5ML.	CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	ok	Isento	ok	ok	ok	APROVADO
75	16707 - TUBO DE ENSAIO EM VIDRO, SEM TAMPA 15 X 100 MM, CAPACIDADE 10 ML.	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	ok	Isento	Não foi possível identificar nas propostas comerciais 0015528230 e 0015528241.	ok	ok	REPROVADO

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ana Claudia Frantz Schuch, Coordenador (a)**, em 28/03/2023, às 16:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016377764** e o código CRC **82981E8D**.