



## Prefeitura de Joinville

### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

À

PRIME INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

Sra. Sueli Marques da Silva de Matos

**Assunto:** Resposta ao Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico **011/2018**

**Objeto:** Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos de Enfermagem para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José de Joinville.

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste responder a seu pedido de esclarecimento, conforme Memorando SEI N° 1492060/2018 - SES.UAF.CAME emitido pela área técnica:

Considerando a NBR 13911, sugerimos a alteração no descritivo do Edital em curso, para todos os instrumentais onde diz: EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, alterar para **EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420**, de forma a cumprir o que diz a norma vigente.

Para os demais dados do pedido de esclarecimento, sugerimos manter e seguir o que diz o Edital, onde no decorrer do processo a equipe técnica fará as análises necessárias.

O Pregoeiro informa que será emitido ERRATA para alteração do descritivo EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 para **EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420**. Permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

Marcio Haverroth  
**Pregoeiro**



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor (a) Público (a)**, em 09/02/2018, às 08:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1506800** e o código CRC **03B0511C**.



---

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

17.0.056160-7

1506800v2