

MEMORANDO SEI Nº 25708991/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 05 de junho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 141/2025.**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atenção ao documento SEI nº 25708593, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medi da	Fornecedor	Marca	Descrição da proposta de acordo com o edital?	8.10 a- Registro ANVISA	8.10.1- Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela	Amostragem	Parecer
54	25612 - ESPACADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATORIOS; VALVULA DE SILICONE, BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MASCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, REG. M/SAUDE E INSTRUÇÕES DE USO.	Unidade	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3B INDUSTRIA	De acordo	81372000008, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. O prospecto apresentado não trás as informações exigidas no edital.	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item atende as seguintes exigências do edital: 1- Válvula de silicone; 2- Volume 200 a 250 ml; 3- Acompanha máscara adulto macia; 4- Todas as peças suportam desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora). Haverá a necessidade de apresentar amostras. No retorno, a empresa manifestou-se: "O nosso fornecedor afirma que atende as exigências"

							<i>solicitadas, podemos enviar amostra?"</i> Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 05/06/2025, às 16:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25708991** e o código CRC **21BE7DD2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.018249-0

25708991v3