



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0015712878/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 30 de janeiro de 2023.

À SAP.LCT

Encaminhamos as análises das amostras apresentadas para os itens 20, 21 e 27:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	8.9.1 Registro ANVISA	PARECER
20	25699 - SONDA DE ASPIRACAO ENDOTRAQUEAL Nº 14 SISTEMA FECHADO 54 CM COMPRIMENTO DE 54 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 2 CM), CONSTITUÍDO DE CONECTOR DUPLO, VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU OUTROS GASES QUANDO NECESSÁRIO SEM A DESCONEXÃO DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA.	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA / Código: 7117214	80081499002	Conforme análise técnica 0015714279, durante a avaliação, a equipe indicou que a sonda "dificulta aspiração não sendo efetiva, sonda trava durante a inserção". Amostra reprovada

	EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
21	25700 - SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 16 SISTEMA FECHADO 54 CM COMPRIMENTO DE 54 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 2 CM), CONSTITUÍDO DE CONECTOR DUPLO, VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU OUTROS GASES QUANDO NECESSÁRIO SEM A DESCONEXÃO DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA / Código: 7117216	80081499002	Conforme análise técnica 0015714141, durante a avaliação, a equipe indicou que a sonda "trava durante a inserção, aspiração não efetiva". Amostra reprovada
27	917690 - SONDA NASOENTERAL Nº 12 ELASTICA, DE SILICONE OU POLIURETANO, 105 A 120 CM DE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO	Mark Med/ Maxi Nutre	10207820024	Conforme análise técnica 0015714344, durante a avaliação, a equipe indicou que "a ponta da sonda é muito flexível,

COMPRIMENTO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACA COM MARCACAO DE REFERENCIA, EXTREMIDADE DISTAL COM PESO/ OGIVA EM TUNGSTENIO OU METAL ATOXICO QUE FACILITE O POSICIONAMENTO/ MIGRAÇÃO DA SONDA; ORIFICIOS NA PORÇÃO DISTAL DA SONDA PERMITINDO A INFUSAO DE SOLUCOES, COMPATIVEL COM A NUMERACAO; ATRAUMATICA, CONEXAO UNIVERSAL PRECISA, TAMPA ACOPLADA VEDANTE, LUBRIFICADA, MADRIL FLEXIVEL EM ACO INOX, DE FACIL RETIRADA, PROJETADA PARA SER REMOVIDA SEM ADICAO DE LUBRIFICANTES OU AGUA, QUE NAO TRACIONE A SONDA E NAO SAIA PELOS ORIFICIOS DA PORÇÃO DISTAL. ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF	LTDA				dificultando a passagem da mesma. Além disso não é possível observar o trajeto da sonda na radiografia." O edital exige sonda radiopaca. Amostra reprovada
--	------	--	--	--	--

DE ENTREGA.				
-------------	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador (a), em 30/01/2023, às 10:46, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **0015712878** e o código CRC **EA37E35E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.198482-9

0015712878v10

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 520/2022

ITEM: 20

25699 - SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 14 SISTEMA FECHADO 54 CM COMPRIMENTO DE 54 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 2 CM), CONSTITUÍDO DE CONECTOR DUPLO, VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU OUTROS GASES QUANDO NECESSÁRIO SEM A DESCONEXÃO DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

FORNECEDOR: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: HFA/ Código: 7117214

LOTE: 220224065

REGISTRO (ANVISA): 80081499002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**Apontamentos: Embalagem adequada, bem legível
de identificação, lote, validade.☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**Apontamentos: Atende ao descritivo.☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**Apontamentos: Difícil aspiração não sendo efetiva,
sonda trava durante a inserção() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica**CONCLUSÃO**APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 22/12/22
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO Mat. 84166

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 520/2022

ITEM: 21

25700 - SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 16 SISTEMA FECHADO 54 CM COMPRIMENTO DE 54 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 2 CM), CONSTITUÍDO DE CONECTOR DUPLO, VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU OUTROS GASES QUANDO NECESSÁRIO SEM A DESCONEXÃO DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

FORNECEDOR: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: HFA / Código: 7117216

LOTE: 220224066

REGISTRO (ANVISA): 80081499002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

Adequada identificação bem legível, lote e validade facilmente legíveis.☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

Adequada☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

Trava durante inserção aspiração não efetiva() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica**CONCLUSÃO**APROVA O PRODUTO: () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 22/12/2022 Mat. 84166
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 520/2022

ITEM: 27

917690 - SONDA NASOENTERAL Nº 12 ELASTICA, DE SILICONE OU POLIURETANO, 105 A 120 CM DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACA COM MARCACAÇÃO DE REFERENCIA, EXTREMIDADE DISTAL COM PESO/ OGIVA EM TUNGSTENIO OU METAL ATOXICO QUE FACILITE O POSICIONAMENTO/ MIGRAÇÃO DA SONDA; ORIFÍCIOS NA PORÇÃO DISTAL DA SONDA PERMITINDO A INFUSÃO DE SOLUÇÕES, COMPATIVEL COM A NUMERAÇÃO; ATRAUMÁTICA, CONEXÃO UNIVERSAL PRECISA, TAMPA ACOPLADA VEDANTE, LUBRIFICADA, MADRIL FLEXIVEL EM AÇO INOX, DE FÁCIL RETIRADA, PROJETADA PARA SER REMOVIDA SEM ADICAO DE LUBRIFICANTES OU AGUA; QUE NÃO TRACIONE A SONDA E NÃO SAIA PELOS ORIFÍCIOS DA PORÇÃO DISTAL. ESTERIL DESCARTAVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VAL/FABRICAÇÃO. LOTE, ISENÇÃO REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

MARCA: Mark Med/ Maxi Nutre

LOTE: 18875

REGISTRO (ANVISA): 10207820024

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: embalagem adequada, validade, lote, identificação bem legível.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Aponta que a sonda é muito flexível, dificultando a passagem da mesma além disso não é possível observar o trajeto da sonda na radiografia. Demais itens do descritivo são atendidos.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Difícil passagem devido flexibilidade excessiva, difícil visualização no RX.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: Devido ser difícil a passagem da sonda e tratando de pacientes, sendo que não auxiliam na passagem, também devido a difícil visualização no RX.

DATA: 15/12/22

Maiane Leão
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO