

MEMORANDO SEI Nº 25985090/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 03 de julho de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **217/2025**.

Objeto: Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao Memorando 25973711, segue a análise solicitada:

Item	Material/ Serviço	Unid. medida	Forneced or	Marca Registrad a	Descritiv o de acordo com o Edital	Laudo/Co modato	8.10.1 Registro ANVISA	8.10.2 Prospecto	Parecer
	25009 - AMPOLA DE INDICADO R BIOLOGIC O DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA CICLO FLASH AMPOLA DE INDICADO R BIOLOGIC O DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA CICLO RÁPIDO, CONTEND O ESPOROS DO GEOBACIL LUS STEAROT HERMOP HILUS, COM TECNOLO GIA DE								Na análise prelimin ar, foi solicidad o que a empresa confirma sse a seguinte informaç ão: 1- O item ofertado possui "ampola de vidro com caldo nutrient e"? No retorno, a empresa incluiu o documen to SEI nº 25973

1	LEITURA POR FLUORESCENCIA OU QUÍMICA, COM RESPOSTA FINAL EM ATÉ 01 (UMA) HORA. ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA ETIQUETA DA PARA IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, RÓTULO EXTERNO CONSTANDO LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVERA SER FORNECIDO INCUBADORA COMPATÍVEL EM REGIME DE COMODATO PARA LEITURA, DEVENDO A MESMA SER CALIBRADA E CERTIFICADA A CADA 06 (SEIS) MESES. (QUANDO ENCAMINHADO PARA CALIBRAÇÃO A INCUBADORA DEVERA SER IMEDIATAMENTE SUBSTITUÍDA POR EQUIPAMENTO	AMP	MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOSHOSPITALARES LTDA	MAXXIMED	De acordo	Consta na página 2 as informações sobre a incubadora em comodato.	Isento	Apresento, consta na página 86 da proposta a informação que "dispensa componentes de vidro".	692, com as seguintes informações: <i>A empresa Maxximed Comércio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA., inscrita no CNPJ nº 43.301.230/0001, vem por meio desta, responder questionamentos realizados pela comissão de licitação: Informamos que o produto ofertado, Indicado Biológico 1 h - Clicktest 1 h é um produto desenvolvido com tecnologia onde <u>a ampola contendo o caldo nutriente e isento de vidro</u> (...). Proposta reprovada por não atender na íntegra o descritivo do item, exigido</i>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------	----------	-----------	-------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	RESERVA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS)								no edital.
11	911917 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO TAMANHO 2 MM X 30 CM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO MEDINDO NO MÍNIMO 30 CM DE COMPRIMENTO, COM CABO EM HASTE DE METAL, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. EXTREMIDADE PARA LIMPEZA COMPOSTA DE NYLON MACIO LONGO E COM 2 MM DIÂMETRO. REUTILIZAVEIS.	PC	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	AOQUN BUSH	A proposta apresenta descritivo resumido	---	Isento	Apresento u.	<p>Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse e a seguinte informação:</p> <p>1- Que a escova ofertada possui o cabo em haste de metal.</p> <p>No retorno a empresa informou:</p> <p><i>Bom dia, sim nós confirmamos que a escova ofertada possui o cabo em haste de metal.</i></p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p>
	13082 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 3MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL								<p>Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse e a seguinte informação:</p>

12	CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 3 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.	Peças	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	AOQUN BUSH	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresentou.	<p>1- Que a escova ofertada possui a haste rígida em aço inoxidável.</p> <p>No retorno a empresa informou:</p> <p><i>Bom dia, sim nós confirmamos que a escova ofertada possui a haste rígida em aço inoxidável.</i></p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p>
13	13083 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 5MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 5 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIMENTO,	Peças	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	AOQUN BUSH	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresentou.	<p>Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse a seguinte informação:</p> <p>1- Que a escova ofertada possui a haste rígida em aço inoxidável.</p> <p>No retorno a empresa informou:</p> <p><i>Bom dia, sim nós confirmamos que a escova ofertada possui a haste rígida em aço inoxidável.</i></p>

	COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZEN AMENTO. REUTILIZ ÁVEL.								Proposta de acordo com o edital, classifica da.
14	13084 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIA L CANULAD O 7MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIA L CANULAD O, COM CERDAS NA EXTREMI DADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETR O DAS CERDAS DE 7 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁV EL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIM ENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZEN AMENTO. REUTILIZ ÁVEL.	Peças	DEVANT CARE COMERCI AL LTDA	AOQUN BUSH	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresento u	<p>Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse e a seguinte informação:</p> <p>1- Que a escova ofertada possui a haste rígida em aço inoxidável.</p> <p>No retorno a empresa informou:</p> <p><i>Bom dia, sim nós confirmamos que a escova ofertada possui a haste rígida em aço inoxidável.</i></p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p>
									<p>Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse e a seguinte informação:</p> <p>1- Diâmetro</p>

15	<p>13086 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 15MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON ANTIMICROBIANAS PARA LIMPEZA PESADA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 15 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA EVITAR DOBRAS MEDINDO DE 40 A 50CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.</p>	Peças	<p>MONTEGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>	MONTEGIA	De acordo. ---	Isento	Apresentou.	<p>das cerdas de 15mm.</p> <p>No retorno a empresa informou:</p> <p>(...) referente ao atendimento da especificação: sim nossas escovas são sob medida, podendo ser fabricada com comprimento, tamanho de cerdas e diâmetro, conforme a necessidade e do cliente demanda.</p> <p>Portanto, sim, nossa escova cotada possui as seguintes medidas 450x50x15 mm nossos catalogo foi feito por amostragem e contém as escovas de tamanho padrão, conforme mencionamos, fabricamos escovas de todas medidas de CXLXA conforme demanda do cliente. Inclusive nosso catálogo menciona a seguinte frase: Para escovas especiais, sob</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------	----------	----------------	--------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p><i>medida e medidas similares à outras marcas, entre em contato e solicite um orçamento sem compromisso!</i></p> <p><i>*comprimento da haste pode ser de 15cm até 120cm, o diâmetro das escovas podem ser de 1,8mm até 50mm.</i></p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p>
	<p>45887 - INDICADOR/ EMULADOR QUÍMICO-INTEGRADOR CLASSE 6 DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E A AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. INDICADO PARA USO INTERIORES PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. VALORES</p>							<p>Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse a seguinte informação:</p> <p>Na proposta a empresa indicou descritivo igual ao edital, porém, no prospecto (página</p>

25	<p>DECLARA DOS DEVEM SER IGUAIS A 5 (CINCO) MINUTOS A 134° C E DE 15 A 20 MINUTOS A 121° C. DEVERA TER SUA COR MODIFICA DA, DA COR A PARA A COR B, DE FORMA UNIFORM E. COM REATIVO ATOXICO, LIVRE DE CHUMBO, POSSIBILI TANDO A LEITURA DOS SEGUIN TES PARÂMET ROS: TEMPO, TEMPERA TURA E VAPOR. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1 E SUAS ATUALIZA ÇÕES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. ACONDICI ONADO EM EMBALAG EM QUE GARANTA A INTEGRID ADE DO PRODUTO E CONTENH A DADOS DE IDENTIFI CAÇÃO E PROCEDÊ NCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇ ÃO E</p>	Unidade	MAXXIME D COMERCI O DE PRODUTO S MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	MAXXIME D	De acordo	---	Isento	Apresento u.	<p>93) há a informaçã o que o integrador está calibrado para monitorar os ciclos de esterilizaç ão de 134° C por 04 minutos.</p> <p>o edital exige valor declarado igual a 05 (cinco) minutos a 134° C.</p> <p>Para finalização da análise, questiona mos:</p> <p>Quais os valores declarados a 134° C?</p> <p>No retorno, a empresa informou:</p> <p><i>Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia! O produto ofertado realiza o monitoram ento em esterilizaç ão a 134º a 4 minutos, pedimos desculpa pelo equivoco.</i></p> <p>Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigênci as do edital.</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------	-----	--------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALIDADE · ACONDICI ONADO EM PACOTE COM NO MAXIMO 500 UNIDADE S.								
------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 04/07/2025, às 08:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25985090** e o código CRC **EFB486CE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.067136-9

25985090v7