

MEMORANDO SEI Nº 30586366/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 18 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 112/2026.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - Fios cirúrgicos.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30581843 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras	Parecer final
61	910689 - FIO MONONYLON 5-0 AG 1,3CM ATRAUM.CILINDRICA FIO CIRURGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 5-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA ATRAUMATICA, MEDINDO 1,3CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	SHALON	Descritivo da proposta não atende as especificações exigidas: 47042 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 1,9 CM A 2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 5.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO DE 1,90 A 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES	10243410009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA, com medida cautelar vigente para o lote 1070222138, com Suspensão de distribuição, uso e comercialização.	Apresentou	-----	Análise anterior: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado, com indicação do modelo que será ofertado e que deverá ser analisado. Resposta da diligência: a empresa PL & BR Distribuidora de Produtos e Materiais encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30567579, contudo, a imagem apresenta distorções ao ser ampliada, o que inviabiliza a análise das informações. Para o prosseguimento da análise, solicitamos a apresentação de um documento legível, em conformidade com o item 8.10.2 do edital, bem como a adequação da proposta ao descritivo nele exigido e ofertado pela empresa. Resposta da nova diligência: a empresa PL & BR Distribuidora de Produtos e Materiais encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30581654, referente ao prospecto com modelo N750CRV13, que atende ao descritivo e apresentou no documento SEI nº 30581833 declaração

								da empresa Shalon referente ao lote 1070222138 "...se aplica a um lote fabricado em 2022 e que, atualmente, já não se encontra mais em comercialização..."
								Parecer final: proposta de acordo com o edital, classificada.
74	18367 - FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA 2,0 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N º 3.0, 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2, CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA.	Envelope	PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	SHALON	De Acordo	10243410013, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA, com medida cautelar vigente para o lote 2391124290, com Suspensão de distribuição, uso e comercialização.	Apresentou -----	Análise anterior: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado, com indicação do modelo que será ofertado e que deverá ser analisado. Resposta da diligência: a empresa PL & BR Distribuidora de Produtos e Materiais encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30567658. Parecer prévio: classificação condicionada à confirmação da empresa de que não fornecerá itens do lote com medida cautelar vigente (ANVISA). Resposta da nova diligência: a empresa PL & BR Distribuidora de Produtos e Materiais encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30581833, que refere-se ao lote 1070222138 do registro ANVISA 10243410009. Porém, para este item, o registro ANVISA é o 10243410013, com medida cautelar vigente para o lote 2391124290. Para continuidade da análise solicitamos novamente a confirmação da empresa de que não fornecerá itens do lote com medida cautelar vigente: registro ANVISA 10243410013 lote 2391124290 ou a proposta estará desclassificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 18/08/2026, às 08:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30586366** e o código CRC **91765094**.