



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais médicos hospitalares, a serem utilizados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal São José de Joinville

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 16 de janeiro de 2020 às 11h21min (documento SEI 5465064).

1º Questionamento: *"O FIO2 deve possuir a porcentagem de 21% a 100%?"*

Resposta: Solicitada análise técnica do setor competente, esse se manifestou: *"O texto 'porcentagem de oxigênio 21 a 100% na mistura ar/O2' referente a Faixas Mínimas de Trabalho deveria conter a informação mínima podendo variar entre 21% - 50% e máxima de 100% na mistura ar/O2 (FiO2). Foi solicitado uma errata no Item 2 do Anexo I do Edital SEI 5426963."*

2º Questionamento: *"Quais empresas prestaram cotações para chegar no valor informado? Quais equipamentos foram ofertado?"*

Resposta: Tais informações pertencem a fase interna do processo, caso a empresa deseje acesso, deve solicitar vistas ao mesmo. Vistas são asseguradas em conformidade com a legislação vigente.

3º Questionamento: *"Quais empresas atendem ao descritivo?"*

Resposta: Quando do processo de pesquisa de mercado vários equipamentos foram ofertados, a exemplo do questionamento 2, caso haja o interesse de acesso ao processo, solicitamos que seja solicitado vistas.

4º Questionamento: *"Quais os motivos para a tela ser de 8 polegadas?"*

Resposta: Solicitada análise técnica do setor competente, esse se manifestou: *"Com relação ao tamanho da tela, é apenas de referencia. Não devendo ser relevante se a tela do equipamento for com valores entre 2 polegadas para mais ou para menos. Foi solicitado uma errata no Item 2 do Anexo I do Edital SEI 5426963."*

5º Questionamento: *"Quais os motivos para o equipamento ser operado por meio de botão rotativo?"*

Resposta: Solicitada análise técnica do setor competente, esse se manifestou: "*O formado de acionamento do botão, não interfere na qualidade do equipamento, tendo em vista que o fator relevante são os recursos que o equipamento oferece ao atendimento do paciente. Foi solicitado uma errata no Item 2 do Anexo I do Edital SEI 5426963.*"

Em atenção ao pedido de esclarecimento, desde já solicitamos aos interessados que fiquem atentos à futura publicação de errata ao Processo.

Atenciosamente,

Pregoeiro,

Portaria Conjunta nº 79/2019/SMS/HMSJ



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Costa Sumi de Moraes, Servidor(a) Público(a)**, em 20/01/2020, às 10:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5483653** e o código CRC **32006D5D**.

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.004251-4

5483653v3