

MEMORANDO SEI Nº 27185461/2025 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 16 de outubro de 2025.

Ao
SAP.LCT

Assunto: Resposta da Análise Técnica - Pregão Eletrônico **334/2025**.

Objeto: Aquisição de embalagem para esterilização para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.

Prezado(a) Senhor(a),

Em resposta ao memorando SEI nº27183312, este setor realizou a análise dos laudos solicitados conforme quadro abaixo:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd. licitada	Fornecedor	Marca	Prospecto e Ficha Técnica	Parecer
3	EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 80 X 80 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/MELTBLOW/SUPUNBOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL;	Unidade	144.000	FERNANDO UNIFORMES LTDA	SP PROTECTOR	Apresentou na página 4 do documento SEI nº27183300 C omposição e Gramatura do item; Laudos de Filtração Viral e Filtração Bacteriana nas páginas 1 a 3 do	Habilitada para próxima fase

DEVE SER HIDRORREPEL ENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 40G/M2. POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMIÇÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 80 X 80 CM					documento 27 183300	
					Laudo de não emissão de partículas e barreira microbiana na página 1 e 4 do documento 27 183300	

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Soares, Servidor(a) Público(a)**, em 16/10/2025, às 13:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27185461** e o código CRC **72EC0315**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.129927-7

27185461v4