



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

À

Sispack Medical,

Sra. Vanessa Zerlenga

Assunto: Resposta ao Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico **073/2018**.

Objeto: Aquisição de Materiais para uso na Central de Materiais e Esterilização.

Prezado(a) Senhor(a),

Venho por meio deste responder ao vosso pedido de esclarecimento:

Quanto ao questionamento: Referente ao item 01 (indicador biológico 1 hora), o equipamento de esterilização que possuem é Gravitacional ou Pré Vácuo?

Quanto a resposta técnica (documento SEI 1661385): O equipamento de esterilização é Pré Vácuo.

Att,

Marcio Haverroth
Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor (a) Público (a)**, em 26/03/2018, às 14:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1661870** e o código CRC **845458D2**.

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

17.0.072918-4

1661870v2