

---

**OFÍCIO SEI Nº 28969233/2026 - HMSJ.CAOP**

Joinville, 31 de março de 2026.

**À SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **083/2026**.

**Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Videolaringoscópio Portátil.

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção aos Ofícios SEI Nº 28946258 e 28966170/2026 - SAP.LCT, referente a análise técnica do item ofertado pela proponente Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA, através dos Anexos SEI n. 28944096 e 28966162, servimo-nos do presente expediente para informar o que segue.

Ao analisarmos a proposta apresentado, foi constatado pela equipe técnica, que o descritivo fixado em edital está equivocada, visto que a exigência de "*CÂMERA DE 2 MB OU MELHOR*" referente a resolução da câmera não é compatível com a unidade de medida deste tipo de característica. A unidade MB (megabyte) é utilizada para medida e capacidade de memória, enquanto a unidade de medida correta para resolução de câmera é MP (megapixel).

O descritivo incorreto compromete a lisura e a isonomia do certame e evidencia a necessidade de alteração do descritivo desde item, portanto, solicitamos a anulação do Pregão Eletrônico 083/2026, para que o item seja atualizado e posteriormente faça parte de novo certame.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 13/04/2026, às 08:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Arnoldo Boege Junior, Diretor (a) Presidente**, em 13/04/2026, às 11:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28969233** e o código CRC **DC6204CE**.

