



MEMORANDO SEI Nº 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de dezembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao documento SEI nº 0024003156, segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unidade de medida	Empresa	Marca	Proposta de acordo com o edital	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica	Amostra	Parecer
72	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTESS POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTESS (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Principal	Unidade	METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Embramed/ Cremer	De acordo, porém, a empresa não indicou o modelo do item ofertado.	80245210221- registro vigente, referente a vários modelos de equipos multivias, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, porém não foi possível confirmar todas as informações do edital.	EXIGE	Na análise preliminar foi questionado se o item ofertado atende as seguintes exigências do edital: 1- Possui 2 conectores Luer Lock fêmea e 1 conector Luer Lock macho; 2- Possui tampas sobressalentes (4 no total). No retorno, a empresa informou " <i>sim, o nosso</i>

									atende ao edital, ele vem com as tampas que somando ficam 4 tampas", porém não se manifestou acerca das conexões. Para evitar morosidade na tramitação do processo e custos ao licitante com o envio de amostras que não atendem ao edital, novamente questionamos: - O item ofertado possui 2 conectores Luer Lock fêmea e 1 conector Luer Lock macho? Haverá a necessidade de apresentar amostras.
73	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Reservada até 25%	Unidade	MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE	MEDIX / VITALGOLD	De acordo	10296900113- registro vigente, referente a vários modelos de equipos multivias, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, porém, na imagem do produto constante na ficha técnica é possível verificar que a conexão macho é luer slip; a ficha técnica não trás informações acerca de tampas sobressalentes.	EXIGE	Na análise da documentação técnica apresentada pela empresa verifica-se que a conexão macho é Slip e o edital exige Luer Lock; também não há informações acerca de tampas sobressalentes. Já houve apresentação de amostras da mesma marca no presente processo que não atenderam a exigência de conector luer-lock macho e tampas sobressalentes, porém, o registro Anvisa é referentes a vários modelos de equipos multivias. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme que o produto ofertado atende às seguintes exigências do edital: 1- Tampas sobressalentes (4 no total); 2- Possui conectores luer-lock macho.

								Haverá a necessidade de apresentar amostras.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/12/2024, às 16:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024003553** e o código CRC **05AD7608**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0

0024003553v6