

MEMORANDO SEI Nº 29180529/2026 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 17 de abril de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 064/2026

Objeto: Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, na especialidade de ortopedia geral

EMPRESA	DOCUMENTO SEI Nº
Item 23 ÍNTEGRA	29180516 - APROVADO
Item 24 ÍNTEGRA	29180516 - APROVADO
Item 25 ÍNTEGRA	29180516 - APROVADO

Protocolo de amostras:

- Empresa: Integra Hospitalar Ltda | Itens: 23, 24 e 25 - 29180480

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Eduardo Schmidt, Coordenador(a)**, em 23/04/2026, às 14:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29180529** e o código CRC **01FFC189**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.015435-8

29180529v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de Padronização OPME – Ramal 9077

Item	MATERIAL
23	910712 - FIO DE KIRSCHNER 2,5 FIO DE KIRSCHNER COM DIÂMETRO 2.5 MM, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO EM AÇO INOX. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, NÃO ESTERIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.
24	910390 - FIO DE STEIMANN 3,0 FIO DE STEIMANN COM DIAMETRO DE 3,0 MM, E 30CM DE COMPRIMENTO FABRICADO EM AÇO INOX, EMBALAGEM INDIVIDUAL NÃO ESTERIL. Cod. Sus 0702050792
25	910468 - FIO DE STEIMANN 3,5 FIO DE STEIMANN COM DIAMETRO DE 3,5 MM, E 30CM DE COMPRIMENTO FABRICADO EM AÇO INOX, EMBALAGEM INDIVIDUAL NÃO ESTERIL. Cod. SUS 0702050792

PREGÃO ELETRÔNICO: 064/2026

SETOR TESTE: BLOCO CIRÚRGICO

MARCA: ORTOBIO

FORNECEDOR: ÍNTEGRA HOSPITALAR LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80062900008

LOTE: 2511032, 2509156, 231049

QUANTIDADE AVALIADA: 01 DE CADA ITEM

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada Não se aplica
 FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM () NÃO

MOTIVO: Adequado.

Alberto K. Miyamoto
 Ortopedia e Traumatologia
 CRM 26706 TEOT 15396

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: ___/___/___